

Data 05.06.2024

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS:

BLERJE SET URGJENCE

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

33140000-3

VLERA E FONDIT LIMIT:

22.910.000 (njëzet e dymilionë e nëntëqind e dhjetëmijë) lekë pa TVSH

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor Qendra Kombetare e Urgjences Mjekesore ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formularin e ofertës sipas Shtojcës 1

b. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8

c. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, 30 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. i ndryshuar.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Xhironja mesatare vjetore për 3 vitet e fundit duhet të ketë një vlerë jo më të vogël se vlera e fondit limit. Për këtë operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron e realizuar gjatë tre viteve të fundit. Kërkesa e mësipërme konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Ne nenin 73 të VKM nr.285 parashikohet:

Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë:

-vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në VKM nr.285, neni 43, pika 1:

Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi **deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare.**

Kërkesa e mësipërme konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore).

2.3Kapaciteti teknik:

1. Furnizime të ngjashme në një vlerë jo më të vogël se 40% të vlerës së perlllogaritur të fondit limit që prokurohet, të realizuara gjatë tri viteve të fundit. Kjo do të vërtetohet me dokumentat e mëposhtme.

a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku

të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,

- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruar në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Kriteri konsiderohet i përmbushur për kontratat e ngjashme të realizuara gjatë 3 viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 40 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Bazuar në nenin 40, pika 4 të VKM Nr.285:

Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përlllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Kjo vlerë është vendosur për të krijuar bindjen të AK se OE fitues është në gjendje të realizojë me sukses kontratën, duke qenë se edhe objekti i prokurimit është i një rëndësie jetike (blerje sete urgjence)

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi.

- 2.3.2. Ofertuesi duhet të paraqesë autorizim për këtë procedurë prokurimi nga prodhuesi i mallrave ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, ku në çdo rast të dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin, për lejin e tregtimit të artikujve. (të perkthyer dhe të noterizuar).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 4, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenit 40, pika 8, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar

Në zbatim të nenit 40 të VKM nr.285, pika 8:

Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.

Ky kriter është vendosur për të vërtetuar se OE pjesëmarrës në procedurën e prokurimit, është i autorizuar për tregtimin e ketyre mallrave (në rast se nuk është vetë prodhues), pasi kjo garanton cilësinë e mallrave dhe seriozitetin/garancinë se OE do të realizojë me sukses kontratën me AK.

2.3.3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore, të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenit 40, pika 5, gërma a,) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, nenit 21 të ligjit nr.89/2014 “Për pajisjet mjekësore”, i ndryshuar.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

Në nenin 21 të ligjit nr.89/2014 “Për pajisjet mjekësore”, parashikohet:

Autorizimi për tregtim të pajisjeve mjekësore

1. Ministri përgjegjës për shëndetësinë, nëpërmjet strukturës përgjegjëse, pajis me autorizimin për tregtim prodhuesit, vendas ose të huaj, që kanë regjistruar biznesin në Shqipëri, dhe tregtuesit me shumicë e tregtuesit me pakicë të pajisjeve mjekësore. 2. Rregullat për pajisjen me autorizimin për tregtim të pajisjeve mjekësore dhe për revokimin e tij miratohen me urdhër të ministrit përgjegjës për shëndetësinë.

2.3.4. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Çertifikatë ISO 9001:2015 ose ekuivalente për “Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë”. Certifikata duhet të jetë e vlefshme dhe e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga RSH. Certifikata të jetë e përkthyer dhe noterizuar në gjuhën shqipe.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenit 44, pika 1 dhe 3 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se mallrat objekt prokurimi plotësojnë kërkesat e cilësisë, duke qenë se kjo certifikate është certifikata me e njohur ndërkombëtare për standartin e menaxhimit të cilësisë.

2.3.5 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikata ISO 13485:2016 ose ekuivalente e prodhuesit. Certifikata duhet të jete e vlefshme dhe e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga RSH. Certifikata të jetë e përkthyer dhe noterizuara në gjuhën shqipe.

Për rastet kur OE nuk është prodhues i artikujve objekt prokurimi, kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e një vetëdeklarimi me shkrim, që në këtë rast, furnizuesi është konform standardeve të cilësisë. AK ruan të drejtën e verifikimit të vetëdeklarimit. AK ka të drejtë të kërkojë paraqitjen e certifikatës në fjalë nëse OE shpallet fitues.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenit 44, pika 1 dhe 3 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

ISO 13485: 2016 specifikon kërkesat për një sistem të menaxhimit të cilësisë për OE te përfshire në një ose më shumë faza të ciklit jetësor të një pajisjeje mjekësore. Kjo certificate siguron bazën për të siguruar dizajn, zhvillim, prodhim, instalim dhe shpërndarje të qëndrueshme të produkteve që te jene te sigurta për qëllimin e synuar. ISO 13485 është një standard i harmonizuar i zbatuar nga prodhuesit e pajisjeve mjekësore për të vërtetuar përputhshmërinë e sistemit të cilësisë me kërkesat e Direktivës 93/42/EEC.

Për rastet kur OE nuk është prodhues i artikujve objekt prokurimi, kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e një vetëdeklarimi me shkrim, që në këtë rast, furnizuesi është konform standardeve të cilësisë. AK ruan të drejtën e verifikimit të vetëdeklarimit. AK ka të drejtë të kërkojë paraqitjen e certifikatës në fjalë nëse OE shpallet fitues.

2.3.6 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatën CE ose Deklarate Konformiteti sipas direktives 93/42/ EEC ose certifikaten FDA per produktet e ofruara, që vërteton se arikujt objekt prokurimi janë prodhim europian.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenit 44, pika 1 dhe 3 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Direktiva e Pajisjeve Mjekësore (93/42/EEC) përcakton që prodhuesit e pajisjeve mjekësore duhet t'i etiketojnë produktet e tyre me shenja CE para se t'i hedhin në tregun e BE -së

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se mallrat objekt prokurimi plotesojne kerkesat e cilesise se pajisjeve mjekesore, si dhe te jene te markuara CE per efekt sigurie, besueshmerie, per shkak te perdorimit te mallrave objekt prokurimi (qe perdoren ne sherbimin e urgjences, per qytetaret te ndodhur ne kushte rreziku per jeten).

2.3.7 Operatori ekonomik duhet të paraqese deklarate mbi origjinën e mallit (vendi i prodhimit dhe kompania prodhuese) për secilin artikull, për plotësimin e afatit të skadencës së tyre, për përmbushjen e sasise të kërkuara, si dhe respektimit të specifikimeve teknike të kërkuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenit 40, pika 3 dhe 8 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Ky kriter është vendosur për të krijuar bindjen të AK se mallrat që do të furnizohen nga OE do të jenë sipas kërkesave të cilësive, origjinës, skadencës dhe specifikimeve (pasi mallrat objekt prokurimi do të perdoren për shërbimin e urgjencës mjekësore, për qytetaret të ndodhur në kushte rreziku për jetën).

2.3.8 Për të gjithë artikujt e ofruar të paraqiten katalogje, të perkthyer në gjuhën shqipe dhe të noterizuar, ku të përfshihen edhe specifikimet teknike të hollësishme për secilin artikull. Operatori ekonomik duhet të markojë në katalogun përkatës produktet që ofron sipas numrit rendor (të markuara sipas artikullit) të përcaktuar në formularin e ofertës

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 4, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenit 40, pika 6, germa b) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: fotografitë apo katalogët teknikë; (për të parë të përshkruar specifikimet teknike të mallrave objekt prokurimi nëse përputhen me kërkesat e AK)

2.3.9 Për artikujt e ofertuar duhet të paraqiten mostra në ditën dhe orën e hapjes së ofertave. Dorezimi i kampioneve/mostrave, të bëhet pranë Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse-Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore, të mbyllura në një zarf /kuti jo transparente të vulosur mbi të cilin të shënohet:

- “Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të procedurës së prokurimit « Blerje set urgjence » dhe jo para datës 19.09.2022, ora 11:00
- Së bashku me mostrat ofertuesi duhet të japë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/kuti.
- Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënojë nr.rendor të artikullit që përfaqëson sipas formularit të çmimit.
- Në paketimin e çdo mostre duhet të evidentohet qartë origjina e mallit, e cila duhet të përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi.

Nëse mostrat e dorëzuara, nuk janë të shoqëruara me listën e inventarizimit dhe të identifikuara sipas nr. rendor të formularit të çmimit, nëse ka mungesa mostrash për artikuj të veçante ose nëse origjina e stampuar mbi mostër nuk përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi, atëherë oferta do të quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do të skualifikohet.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 4, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenit 40, pika 6, germa a) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:

mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Në këtë rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të argumentojë kërkesën për mostrat. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial 39 tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit/entit kontraktor. Në rastin e procedurave të zhvilluara me mjete elektronike, autoriteti ose enti kontraktor përcakton qartë procedurën për dorëzimin e mostrave, duke garantuar aksesin e çdo operatori të interesuar si dhe konfidencialitetin për pjesëmarrjen në proces. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit

Kërkesa për mostra është bërë marrë parasysh rëndësinë e veçantë të shërbimit për të cilin do të përdoren mallrat objekt prokurimi, që është për shërbimin e urgjencës mjekësore. Për këto artikuj duhet patjetër një vlerësim fizik i tyre përpara se të lidhet kontrata me OE, për tu siguruar që këto mallra janë sipas specifikimeve të vendosura nga AK.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose

originë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Per shkak te kerkesave te vazhdueshme te sherbimit te urgjences mjekesore, i cili eshte nje sherbim i pandreprete 24 h/7 dite te javes, per gatishmerine e ekipeve te urgjences mjekesore ne terren, bazuar ne kerkesat e Spitaleve dhe Qendrave Shendetesore, si dhe per nevojat e vete Qendres Kombetare te Urgjences Mjekesore, eshte e domosdoshme blerja e seteve, marre parasysh edhe buxhetin e vene ne dispozicion, si ne vijim:

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Age Dekompresuese PNX	cope	50
2	Ambu	cope	35
3	Imobilizues I shtylles kurrizore (kosh)	cope	2
4	Bateri Defibrilatori te perputhshme me Defibrilator AED Rescue Life Sam	cope	8
5	Bateri Defibrilatori te perputhshme me Defibrilator Primedic	cope	7
6	Bateri Defibrilatori te perputhshme me Defibrilator Rescue Life	cope	5
7	Bllokues koke	cope	15
8	Çanta autoambulances, te kete dhe Setin e vogël	cope	30
9	Çarçaf njëpërdorimësh	cope	30000
10	Doreza njeperdorimshme	cope	50000
11	Doreza sterile	cope	200
12	Doreze Laringoskopi	cope	3
13	Fasho adezive 10x10	cope	300
14	Fasho autoadezive 10x4,5	cope	300
15	Fonendoskop	cope	35
16	Garza Pambuku	Pako (një kg)	50
17	Gershere te vogla	cope	80
18	Glukometër	cope	30
19	Imobilizues bacini	cope	10
20	Imobilizues kollone alumini	cope	4
21	Kabell (ECG 5 kanale) te perputhshme me Defibrilator Rescue Life	cope	13
22	Kabell (ECG 10 kanale) te perputhshme me Defibrilator Primedic	cope	10

23	Kabell (SPO2) te perputhshme me Defibrilator Primedic	cope	12
24	Kabell (SPO2) te perputhshme me Defibrilator Rescue Life	cope	20
25	Kabell + Manshet (NIPB) te perputhshme me Defibrilator Primedic	cope	12
26	Kabell + Manshet (NIPB) te perputhshme me Defibrilator Rescue Life	cope	20
27	Kanjula nazale per oksigjenim	cope	1500
28	Kanjula nazofaringeale	cope	30
29	Kanjula orofaringeale	cope	40
30	Kanjula venoze 20G/22G	cope	3000
31	Kateter urinar Fooley14,16,18	cope	150
32	Klema umbilikale	cope	150
33	Lak hemostatik	cope	200
34	Lama	cope	6
35	Lancet	cope	5000
36	Leter EKG te perputhshme me Defibrilator Primedic	cope	500
37	Leter EKG te perputhshme me Defibrilator Rescue Life	cope	800
38	Magil forceps	cope	40
39	Maska Laringeale njeperdorimshe	cope	5
40	Maske oksigjeni me rezervuar	cope	3000
41	Maske silikoni	cope	95
42	Mbulese izotermike	cope	5000
43	Mushama Telo	cope	40
44	Ngjitese per elektrodat	cope	12000
45	Paketa dizifektuese (alkol, betadine dhe uje i oksigjenuar)	cope	50
46	Piastra adulte AED te perputhshme me Defibrilator Primedic	cope	25
47	Piastra adulte AED te perputhshme me Defibrilator Rescue Life	cope	30
48	Piastra Pediatrike AED te perputhshme me Defibrilator Rescue Life	cope	2

49	Pulsosimeter	cope	50
50	Qafore 3 masa	cope	200
51	Qese urine		150
52	Set i vogel cantash	cope	250
53	Set imobilizimi gjymtyresh Splinter KIT me 5 pjesë me cante mbajtëse	cope	15
54	Sete imobilizimi kollone	cope	3
55	Sfigmomanometër	cope	30
56	Shiringa 10ml plus age 21G	cope	2000
57	Shiringa 20ml plus age 21G	cope	1500
58	Shiringa 5ml plus age 22G	cope	1500
59	Sistem Infuzioni	cope	1000
60	Sonda aspirimi	cope	30
61	Spider	cope	10
62	Strisha Glukometri	cope	10000
63	Termometer elektronik	cope	20
64	Termometer infra red	cope	10
65	Rregullues fluksi i.v	cope	400
66	Tourniquet urgjence	cope	105
67	Tube (ET)	cope	10
68	Imobilizues rikuperimi Total	cope	2
69	Mushama telo me rripa dhe doreza për transportin e pacientit jo traumatik	cope	2

1. AGE DEKOMPRESUESE



- Age dekompresuese per pneumo toraksin tensiv ne rastet e traumave paraspitalore.
- Madhesia 14G e lehte ne perdorim sterile, 1 perdorim.

2. AMBU (Njësi e frymëmarrjes manuale artificiale)



- Të përbëhet nga material shumë rezistent silikonit dhe polisulfonat, që garanton qëndrueshmëri, transparent
- Valvula transparente me lidhës të kthyeshëm
- Të ketë rezervuar
- Lidhje vetëbllokuese
- Një nga përdorimet kryesore të një qese Ambu është reanimimi në situata emergjente, siç është arresti kardiak. Mund të përdoret gjithashtu për të ofruar mbështetje të frymëmarrjes për pacientët që nuk janë në gjendje të marrin frymë vetë, përkohësisht ose afatgjatë.

Një nga përdorimet kryesore të një qese Ambu është ringjallja në situata emergjente, siç është arresti kardiak. Mund të përdoret gjithashtu për të ofruar mbështetje të frymëmarrjes për pacientët që nuk janë në gjendje të marrin frymë vetë, përkohësisht ose afatgjatë.

3. IMOBILIZUES I SHTYLLËS KURRIZORE (KOSH)



- Përdoret në imobilizimin dhe transportin në distanca për emergjencat traumatike në territor, në zonat malore, kanione, shpella dhe në ujë.
- Përbehet nga material polietileni me doreza mbajtëse dhe rripa fiksues. Përdoret për transportin e pacientit në mjedise jashtë spitalit dhe në distanca të largëta nga autoambulanca ose helikopteri
 - Të jetë e përbërë nga material polietileni me densitet të lartë me kornizë alumini dhe e kompletuar me dyshek poliuretani.
 - Përmasat: jo më pak se 190x 60 cm
 - Peshë: jo më shumë se 15 kg
 - Ngarkesa maksimale: jo më pak se 180 kg

Përdoret për transportin e pacientit në mjedise jashtë spitalit dhe në distanca të largëta nga autoambulanca ose helikopteri.

4. BATERI DEFIBRILATORI TË PËRPUTHSHME ME DEFIBRILATOR SEMI AUTOMATK (AED) RESCUE LIFE SAM

Për defibrilator AED Rescue Life Sam, e përbërë nga Lithium, njëpërdorimshe, me kohëzgjatje minimum 200 goditje ose minimum 3 vjet garanci.

Pjesë perberse e AED

5. BATERI DEFIBRILATORI TË PËRPUTHSHME ME DEFIBRILATOR PRIMEDIC

Për monitor-defibrilator Primedic e përbërë nga lithium, e karikueshme, me garanci 2 vjetecare.

Pjesë perberse e defimonitorit për matjen e parametrave ose defibrilimit

6. BATERI DEFIBRILATORI TË PËRPUTHSHME ME DEFIBRILATOR RESCUE LIFE

Për monitor-defibrilator Rescue Life, e përbërë nga lithium, e karikueshme, me garanci 2 vjetecare.

7. BLOKUES KOKE



Projektuar për të siguruar imobilizim të shkëlqyeshëm të kokës për pacientët e traumatizuar që duhet të transportohen me një imobilizues të shtyllës kurrizore. Mbështetësja bazë e kokës për ne imobilizimin e shtyllës kurrizore, e bërë nga shkumë me densitet të lartë me veshje kundër ujit. Ai lejon një bllokim të shpejtë dhe të sigurt të kokës së personit të traumatizuar.

Ky komplet përbëhet nga:

- Dy imobilizues koke në formë trapezoidi, nga shkumë e zgjeruar me densitet të lartë, e mbuluar me material vinil, i papërshkueshëm nga uji, për të shmangur thithjen e lëngjeve organike. Një bazë e mbushur, e mbuluar me material vinili të papërshkueshëm nga uji, e pajisur me rripa me sythe plastike për t'u ngjitur në lloje të ndryshme të dërrasave të shtyllës kurrizore dhe velcro, për ngjitjen e imobilizuesve të kokës
- Dy rripa imobilizatori të mbushur me kokë, të mbuluara në Material vinyl, i papërshkueshëm nga uji, i pajisur me Velcro në skajet për fiksim të shpejtë
- Imobilizuesit e kokës janë gjithashtu të pajisur me një vrimë anësore për të lejuar inspektimin e veshit, duke ju lejuar të monitoroni çdo otoragji dhe të komunikoni lehtësisht me pacientin.

8. CANTA E AUTOAMBULANCA



- Duhet të jetë multifunksionale.
- Me permasa jo me pak se 60x20 cm.
- Me qepje dhe me ngjitje.
- Me ndarje të brendshme, 5 canta te vogla.

- Të jetë me zinxhirë, që çmontohet në pjesë të ndryshme
- Të ketë xhepa anesore me zinxhire.
- Komode në pjesën e shpinës dhe me rripat me mbushje me sfungjer, të rregullueshëm për gjatësinë e trupit të personelit.
- Në pjesën e brendshme ku vendosen cantat e vogla të ketë velkro për fiksimin e tyre.
- Të jetë e përshtatshme për vendosjen e seteve të ndryshme(infuzioni, mjekimi, intubimi, ventilim, canta e parametrave).
- Të jetë e përbërë nga material shumë rezistent me kapacitet të lartë mbajtës dhe me strisho fosforeshente.
- Një cantë e madhe të ketë në përbërje të saj një set cantash të vogla (të përbërë nga 5 canta të vogla)
- Çantat i mundësojnë ekipit tonë të urgjences të marrë gjate nderhyrjes te pacientit pajisjet e mjetet, medikamentet e duhura per trajtimin e pacienti në urgjencën para spitalore, duke i dhënë atyre mundësinë më të mirë për të mbijetuar.

Set i vogël cantash:



- Të jenë me ngjyra të ndryshme identifikuese për çdo set.
- Materiali i jashtëm te jete nejlon, kundër gërvishtjeve dhe që lahet.
- Materiali i brendshem: nejlon, elastik PVC.
- Mbyllja me zinxhir.
- Xhepa të jashtëm transparente prej PVC.
- Me ngjitje nga mbrapa me velkro për fiksime te canta e madhe dhe përmasa të përshtatshme me çantën e madhe të autoambulancës.

Çanta e intubimit



- 5 ndarje vertikale
- 5 xhepa me rrjetë
- 1 xhep i brendshëm transparent me mbyllje me zinxhir
- 2 xhepa të mëdha vertikale
- 1 ndarëse e mbushur

➤ Çantë për setin e mjekimit



➤ Çantë për setin e ventilimit



➤ Çantë për setin e infuzionit



- Canta e parametrvave jetësorë (për mbajtjen e sfigomanometër, stetoskop, termometër, aparat glicemie, pulsoksimetër)

9. CARCAFË NJËPËRDORIMËSH



- Të jetë e përbërë nga material TNT
- Te jete me permasa brenda parametrvave 140x240 cm
- Të jetë njëpërdorimshe

-
- Perdoren per cdo pacient gjate transportit me autoambulanc

10. DOREZA NJËPËRDORIMSHE



- Të përbëra nga 100 % nitril, me rezistencë të lartë ndaj perforimit dhe materialeve të ndryshme kimike. Material termoelastik që I përshtatet me lehtësi dorës.
- Pa pluhur dhe që nuk shkaktojnë reaksione alergjike kutane
- Të jenë me përmasa të ndryshme: 7-8-8.5 (për secilën përmasë sasia e barabartë)
- Perdoren ne cdo kontakt gjate nderhyrjes te pacienti per mbrojtjen e personelit shendetesor

11. DOREZA, STERILE

Perdoren ne egzaminime ose procedura si kateterizimi vezikal etj



- Madhësia: 7-8-9 (për secilën përmasë sasia e barabartë)
- Përbërja me lateks, pa pluhur me ngjyra natyrale.
- Veshje polimer sintetike, forma anatomike e shënuar (L / R) me gishta të lakuar, të jenë të sterilizuara

Perdoren ne egzaminime ose procedura si kateterizimi vezikal etj

12. DOREZË LARINGOSKOPI



- Të jetë e përbërë nga metal inoks i kromuar i përshtatshëm për mbajtjen e baterisë C, që shërben për vizualizim të rrugëve të frymëmarrjes.
- Përmasat dhe pesha duhet të mundësojnë një përdorim optimal edhe në intubimet më delikate.
- Përdoret në rastet e intubimit endotrakeal në arrestin kardio- respirator

13. FASHO ADEZIVE 10X10



- Material adeziv për ngjitje të shpejte
- Të ketë përmasa: 10mx10 cm
- Ngjites hipoalergjike e indikuar për fiksimin e tubave, sondave, kateterëve, instrumenteve matëse dhe instrumenteve të ndryshme.

14. FASHO AUTOADEZIVE 10X4.5



- Material autoadeziv për imobilizim të shpejte

- Te kete përmasa: jo më pak se 5mx 10 cm
- Perdoret ne rastet traumatike per tamponim ose mjekimet e nevojshme, vetengjitet dhe puthitet mire dhe ne plaget e kokes

15. FONENDOSKOP



- Të përbëhet nga membrane që dedektojnë dhe amplifikojnë zhurmat kardiake dhe ato respiratore.
- Koka e përbërë prej inoksi që të dedektojë dhe tingujt me frekuencë të ulur.

16. GARZA PAMBUKU



- Jo sterile, me pako, me përmasa 10cmx10cm, pesha 1 kg pakoja
- Garza per mjekim ndalim hemoragjie ne pacientet traumatik ne ambientet paraspitalore

17. GËRSHËRË TË VOGLA



- Gërshërë të vogla metalike me doreza të plastifikuara

- me gjatësi jo më pak se 14 cm me majë të rrumbullakosur për të parandaluar dëmtimin e strukturave indore gjatë përdorimit.
- Përdoret për prerjen e bendeve leucoplast ose veshje të pacientit duke mos i shkaktuar dëmtim

18. GLUKOMETËR



- Me sistem për matjen e sasisë së glukozës në gjak
- Të masë sasinë e glukozës në gjak, duke e nxjerrë atë nga shiritat (artikulli 72 më poshtë) në të cilën është hedhur një pikë e gjakut kapilar.
- Të jetë i pajisur me cantë mbajtëse.
- Përdoret për matjen e nivelit të sheqerit në gjakun kapilar si një nga elementet e vlerësimit të parametrave të pacientit

19. IMOBILIZUES BACINI (PELVIK)



- Është disapërdorimeshe në formë rrethore e cila bllokun legenit/pelvisin në mënyrë simetrike. Ajo ndalon hemoragjinë e legenit/perlvistit kur ka frakturë të tij në trauma. Bllokohet nëpërmjet një sistemi me rrip të fortë që kalon nëpërmjet një tokëze/unaze, që lejon përshtatjen e mbylljes me ngjitje me velkro, sipas diametrit të legenit/perlvistit të pacientit.
- Radio transparent për radiologjinë, material i padeformueshëm, mund të dezinfektohet dhe dekontaminohet për shumë përdorime, rrip të jetë i përthyeshëm dhe elastik.

- Të jetë i përshtatshëm për moshë të ndryshme

20. IMOBILIZUES KOLONE ALUMINI



- Imobilizuesi i luget është i ndarë e ndare në 2 pjesë për transport pacientit
- Të jetë e përbërë nga material alumini me madhësi të ndryshueshme
- Të jetë e pajisur me rripat lidhës dhe dorëza transporti
- Të jetë e palosshme për të kursyer hapësirën
- Të ketë gjatësi të ndryshueshme në diapazonin 160-200 cm
- Të ketë gjatësi 40-44 cm
- Pjesë e setit të traumatës për imobilizimin e pacientit traumatic në terren ose transportin nga barrela në shtrat, mund të vendoset poshtë pacientit pa pasur nevojë ta lëvizë atë, e krijuar për të imobilizuar më së miri pacientin gjatë transportit

21. KABËLL ECG 5 KANALE TË PËRPUTHSHME ME DEFIBRILATOR RESCUE LIFE

- Të jetë e përputhshme me Defibrilator Rescue Life, e përbërë nga fibra optike, garancia 2 vjet.

22. KABËLL ECG 10 KANALE TË PËRPUTHSHME ME DEFIBRILATOR PRIMEDIC

- Të jetë e përputhshme me Defibrilator Primedic, e përbërë nga fibra optike, garancia 2 vjet.
- Pjesë e defi monitorit që shërben për matjen e oksigjenit kapilar të pacientit.

23. KABËLL SPO2 TË PËRPUTHSHME ME DEFIBRILATOR PRIMEDIC

- Të jetë i përputhshëm me Defibrilator Primedic, garancia 2 vjet.
- Pjesë e defi monitorit që shërben për matjen e oksigjenit kapilar të pacientit.

24. KABËLL SPO2 TË PËRPUTHSHME ME DEFIBRILATOR RESCUE LIFE

- Të jetë i perputhshëm me Defibrilator Rescue Life, garancia 2 vjet. Pjese e defi monitorit qe sherben per matjen e oksigjenit kapilar te pacienti.

25. KABËLL + MANSHET (NIBP) TË PËRPUTHSHME ME DEFIBRILATOR PRIMEDIC

- Të jenë të perputhshme me Defibrilator Primedic, garancia 2 vjet. Kablli lidhet me manshetin nëpërmjet një valvule me mekanizëm femër-mashkull, mansheta të mbyllet me velkro me ngjitje. Pjese e defimonitorit qe sherben per matjen e presionit arterial te pacienti.

26. KABËLL + MANSHET (NIBP) TË PËRPUTHSHME ME DEFIBRILATOR RESCUE LIFE

- Të jenë të perputhshme me Defibrilator Rescue Life, garancia 2 vjet. Kablli lidhet me manshetin nëpërmjet një valvule me mekanizëm femër-mashkull, mansheta të mbyllet me velkro me ngjitje. Pjese e defimonitorit qe sherben per matjen e presionit arterial te pacienti.

27. KANJULË NAZALE PËR OKSIGJENIM



- Kanjulë nazale me tub që nuk shtypet jo më pak se 1.60 cm
- Tubi të jetë fleksibël dhe rezistent ndaj deformimeve me PVC mjekësor
 - Kanjula nazale që përshtatet lehtë hapësirave nazale, prej PVC dhe biokompatibël
 - Pjesa fundore me përmasa standarte, e përshtatshme me të gjithë rakordet e bombolave të oksigjenit, me PVC mjekësor
- Rakord me dy dalje paralele të O2: në PVC rigide, transparente
Perdoret per administrim e oksigjenit ne patologjit e indikuara

28. KANJULE NAZOFARINGEALE



- Kanjule e harkuar per mbajtjen hapur te rrugeve te frymarrjes nazofaringeal
- Vendoset ne kavitetin nazofaringeal
- Diametrat 5 madhësi të ndryshme 8-10mm
- Paisje qe inserohet ne kavitetin nazal dhe sherben per ruajtjen e rrugeve te frymarjes ne nje pacient jo koshient
- Materiali: PVC (pa lateks)

29. KANJULË OROFARINGEALE



- Kit me 8 copë
- Dizajn anatomik
- Fund i butë dhe i rrumbullakosur që parandalon dëmtimin e indeve
- Fleksibile duke mos demtuar dhembet gjate kafshimit dhe pengon mbylljen e rrugeve ajrore.
- Garanton akses per kateter aspirimi
- Me ngjyra te kodifikuara sipas permas
- Me material silikoni transparent

- Të jetë e pasjitur me mbajtëse.
- Paisje qe inserohet ne kavitetin oral dhe sherben per ruajtjen e rrugeve te frymarjes ne nje pacient jo koshient

30. KANJULA VENOZE



- Me përmasa 20 G, të identifikuara me ngjyra,
- Të jetë me një ose dy rrugë soministrimi medikamentesh
- Të jetë sterile
- Sherben gjate nderhyrjeve per aksesin venoz te pacientet.

31. KATETER URINAR



- Të jetë model foley.
- Të jetë sterile dhe njëpërdorimshe, 10/30 ml
- Sherben per eleminimin e urines te pacientet me probleme akute ose kronike te patologjive te indikuae

32. KLEMA UMBILIKALE



- I pershtatshem per blokimin e kordonit umbelikal ,1 perdorim .steril,Perdoret ne rastet e lindjeve ne banes ,gjate transportit me autoambulanc apo ambjente jasht spitali.

33. LAK HEMOSTATIK



- Të jetë modeli tubular e përbërë nga material latex
- Te ketë gjatesi min 30 cm Perdoret per identifikimin e sistemit venoz kur duhet te aksesojm per nderhyrje me medikamente.
- Të jetë modeli manual shumeperdorimesh

34. LAMA



- Të ketë formë të lakuar e cila mundëson rrëshqitjen në nivel te valekulave dhe mbajtjen hapur te rrugeve te frymëmarrëjes duke shtypur gjuhën, me masa te ndryshme
- Te jete adulte dhe pediatrike
- Pjese perberse me permasa te ndryshme sipas anatomis se pacientit per itubim ne rastet e indikuara

35. LANCET (Age për gjak kapilar)



- Pajisje projektuar për marrjen e gjakut kapilar.
- Maja shumë e mprehtë që lejon depërtim të lehtë në mollzat e gishtave.
- Shërben për të shmangur kontaktin aksidental me mostrën e gjakut për operatorët shëndetësor.
- Të jetë sterile.
- Mjet I mprehtë për shpimin e gishtit gjatë matjes së glicemis

36. LETËR ECG TË PËRPUTHSHME ME DEFIBRILATOR PRIMEDIC

- Të jetë e palosshme me 100 flete dhe e përputhshme për defibrilator Primedic, me përmasa 58 mm x 28 m.
- Përdoret për printimin e elektokardiogrames 12 lidhje ose të dhënave të parametrave jetësor të pacienti në monitorim

37. LETËR ECG TË PËRPUTHSHME ME DEFIBRILATOR RESCUE LIFE

- Të jetë e përputhshme për defimonitor Rescue Life, me përmasa 58 mm x 30m.
- Përdoret për printimin e elektokardiogrames 12 lidhje ose të dhënave të parametrave jetësor të pacienti në monitorim.
- Përdoret për printimin e elektokardiogrames 12 lidhje ose të dhënave të parametrave jetësor të pacienti në monitorim

38. MAGIL FORCEPS

Përbërje metalike, e përshtatshme për adultë dhe pediatrike (20 pediatrike dhe 20 adulte)



- Pincë që përdoret për heqjen e truave të huaj në rrugët e frymëmarrjes, drejtimin e tubit endotrakeal si dhe ndihmon në vendosjen e tubit nazogastrik.

39. MASKA LARINGEALE NJËPËRDORIM



- Rrugë alternative e mbrojtjes së rrugëve të frymëmarrjes dhe ventilimit efikas të pacientëve në arrest respirator ose kardio-respirator.
- Përdoret si një mjet i shpejtë për sigurimin e rrugëve respiratore në patologjitë jetë kërcenuese
- Maska laringeale (3 masa adulte)
- 1 përdorim
- E dizenuar për të bërë kalimin e ajrit pa u penguar nga epigliti .
- Jastek ajri i butë që shërben për të bllokuar ezofagun dhe kalimin e ajrit në trake
- I lehtë për tu vendosur në rastet emergjente

40. MASKË OKSIGJENI ME REZERVUAR



- Maskë për oksigjeno-terapi me përqëndrim të mesëm, e butë, dhe me tub lidhës jo më pak se 2 m, transparente.
- Me llastik për tu fiksuar në kokën e pacientit

41. MASKË SILIKONI




- Të jetë e pajisur me jastëkë ajri që të garantojë përshtatshmërinë maksimale me fytyrën e pacientit
- Maska e përshtatshme sipas forms anatomike të pacientit për rastet e frymëzimit artificiale në arres kardio respirator ose patologjitet që e indikojnë

42. MBULESË IZOTERMIKE (METALIN)



- Të mbrojnë nga i ftohti dhe evitojnë hipoterminë
- Të reflektojnë të nxehtin.
- Të përbëhet nga fletë poliesteri të aluminizuar.
- Mbules për ruajtjen e temperaturës trupore në të ftohte ose në rastet e djegjeve .

43. MUSHAMA TELO



- Me 6 ose 8 doreza.
 - Transferimi nga barela në shtrat;
 - Transporti në barelë.
- Materiali i papërshkueshëm nga uji - mund të dezinfektohet shpejt.
Përmasat e vogla e bëjnë atë perfekt për ruajtje në hapësira të vogla.
- Karakteristikat kryesore:**
- Material rezistent ndaj ujit.
 - Kapaciteti i ngarkesës: jo me pak se 120 kg.
- Përdoret për transporte të pacientit jo traumatik në hapësira të ngushta ose për transferim drejt bareles ose shtratit.

44. NGJITËSE PWR ELEKTRODA

- Elektrodat EKG të jenë të përshtatshme për regjistrimin e elektrokardiogramave duke i aplikuar ato drejtpërdrejt në sipërfaqen e lëkurës. Sensori Ag/AgCl siguron një gjurmë të qëndrueshme dhe të besueshme të EKG-së.
- Te jene me diameter 55mm me permbajtje Ag/agCl Xhel me klikim
- Universale

45. PAKETË DIZINFEKTUESE

- Me dezinfektantë për plagë. Cdo pakete duhet të përmbajë:
 - Betadinë, 1 litër
 - Ujë i oksigjenuar, 1 litër
 - Alkohool, 1 litër
- Për dezinfektim të zonës anatomike apo mjeteve të nderhyrjes të pacientit

46. PIASTRA ADULTE TË PËRPUTHSHME ME DEFIBRILATOR PRIMEDIC

- Të kryejne funksionin e defibrilimit nje perdorimshe adezive dhe me diagrame per vendosje te qarte
- Të jetë e përputhshme per defimonitor Evo
- Të jetë per perdorim adult
- Pjastra 1 perdorim per percjelljen e rrymes elektrik drejt muskulit kardiak ne nje arrest ose si pacemaker ose ne konvertime te aritmive te ndryshme
- Pjastra 1 perdorim per percjelljen e rrymes elektrik drejt muskulit kardiak ne nje arrest ose si pacemaker ose ne konvertime te aritmive te ndryshme

47. PIASTRA ADULTE TË PËRPUTHSHME ME DEFIBRILATOR RESCUE LIFE

- Të kryejne funksionin e defibrilimit nje perdorimshe adezive dhe me diagrame per vendosje te qarte
- Të jetë per perdorim adult
- Të jetë e përputhshme per Rescue Life
- Pjastra 1 perdorim per percjelljen e rrymes elektrik drejt muskulit kardiak ne nje arrest ose si pacemaker ose ne konvertime te aritmive te ndryshme

48. PIASTRA PEDIATRIKE TË PËRPUTHSHME ME DEFIBRILATOR RESCUE LIFE

- Të kryejne funksionin e defibrilimit nje perdimshme adezive dhe me diagrame per vendosje te qarte
- Të jetë per perdorim pediatrik
- Të jetë e përputhshme per Rescue SAM Aed
- Pjastra 1 perdorim per percjelljen e korendit elektrik drejt muskulit kardiak ne nje arrest ose si pacemaker ose ne konvertime te aritmive te ndryshme

49. PULSOKSIMETËR



- I lehtë, kompakt, me gërma te medha dixhitale.
- Të pranojë sensorë te ripërdorshëm dhe konsumi
- Të jetë i pajisur me cantë mbajtëse dhe varëse për qafën.
- Përdoret për matjen e nivelit të oksigjenit kapilar si një nga parametrat jetesor.

50. QAFORE (Bllokues i kolonës cervikale)



- Të jetë me përmasat jo më pak se 30x30 cm
- Duhet të garantojë gjatë lëvizjes së të dëmtuarit një linearizim sipas aksit anatomik dhe shtrirje të sigurt të vertebrave cervikale .
- Duhet të sigurojë një kontroll të mirë të lëvizjeve aksiale dhe përkuljeve laterale të kolonës
- Struktura themelore të jetë e realizuar me material polietilieni me densitet të ulët, që siguron pastrim të lehtë.
- Të jetë fleksibël për të përmirësuar aplikimin, dhe e ngurtë për të përmirësuar imobilizimin.
- Të ketë një hapje të përparme për të lehtësuar aksesin e trakeotomisë.
- Mund të jetë e përbërë nga një pjesë e vetme ose dy pjesë që lidhen me velkro me ngjitje.
- Fiksimi bëhet me velkro me ngjitje.
- Të jetë në 3 masa
- Përdoret për imobilizimin e kolonës cervikale në çdo rast trauma ose jo ku kemi dyshime dëmtimi

51. QESE URINE



- Kapaciteti 1500 ml, gjatësia e tubit jo më pak se 90 cm.
- Përdoret për grumbullimin dhe matjen e diurezes.

52. SET I VOGËL CANTASH



- Të jenë me ngjyra të ndryshme identifikuese për çdo set.
- Materiali i jashtëm të jetë nejlon, kundër gërvishtjeve dhe që lahet.
- Materiali i brendshëm: nejlon, elastik PVC.
- Mbyllja me zinxhir.
- Xhepa të jashtëm transparente prej PVC.
- Me ngjitje nga mbrapa me velkro për fiksion të cantës së madhe dhe përmasa të përshtatshme me çantën e madhe të autoambulancës.

- Çanta e intubimit



- 5 ndarje vertikale
- 5 xhepa me rrjetë
- 1 xhep i brendshëm transparent me mbyllje me zinxhir

- 2 xhepa të mëdha vertikale
- 1 ndarëse e mbushur

- Çantë për setin e mjekimit



- Çantë për setin e ventilimit



- Çantë për setin e infuzionit




- Çanta e parametrvave jetësorë (për mbajtjen e sfigomanometër, stetoskop, termometër, aparat glicemie, pulsoksimetër)

53. SET IMOBILIZIMI PËR GJYMTYRËT (SPLINT)



- Sistem për imobilizimin e gjymtyrëve në rastet e frakturave të gjymtyrëve të sipërm dhe të poshtëm, të të rriturit dhe fëmijët.
- Mbyllja me shirita me ngjitje.
- Bordurat të jenë me qepje ose ngjitje që sigurojnë qëndrueshmëri.
- Materiali Neopren (familja e gomës), Alumin, i veshur në pjesën e brendshme dhe të jashtme me nylon laminat.
- Material shumë rezistent, 100% kundër lëgështirës, i cili është i lehtë për t'u pastruar.
- I përbërë nga 5 pjesë:
- Për imobilizimin e frakturave të pulsit
- Për imobilizimin e parakrahut të të rriturit dhe të gjymtyrëve të poshtëm të fëmijës
- Për imobilizimin e kavigjës, bërrylit ose si bllokues krahu gjatë infuzionit venoz
- Për imobilizimin e gjymtyrëve të sipërm të të rriturit ose të gjymtyrëve të poshtëm të fëmijëve
- Për imobilizimin e gjymtyrëve të poshtëm të të rriturit.
- E pajisur me çantë për vendosjen e setit.

54. SET IMOBILIZIMI KOLONE



- Të përmbushë kërkesat ergonomike sipas standarteve ndërkombëtare
- Të jetë e përbërë nga materiale të përshtatshme dhe dhe radiotransparent.
- kapaciteti mbajtes jo më pak se 150 kg
- Të jetë e përshtatshme për adultët dhe fëmijët
- Të ketë hapësira anësore për fiksimin e rripave me velkro ose tokëza për imobilizimin e pacientit
- Të vendosen me lehtësi mbajtëset e kokës
- Të ketë rripa me velkro për bllokimin e kokës
- Përdoret në imobilizimin e një pacienti traumatik ku kemi dyshime për dëmtim të shtyllës kurrizore

55. SFIGMOMANOMETËR



- Sfigmomanometër klasik me manshetë pëlhure me mbyllje velcro
- Manometër i madh i besueshëm (60 mm) për lexime të lehta, i fiksuar në llambë.
- Shkallë 0-300 mmHg, graduar çdo 2 mmHg
- Përdoret për matjen e vlerave të presionit diastolik dhe sistolik si një nga parametrat jetësor për vlerësimin e pacientit

56. SHIRNIGA 20 ML PLUS AGE 21 G



- Të jetë e përbërë nga 3 pjese
- Te jete e pajisur me agen
- Të jetë sterile dhe njëpërdorimshe, 20 cc
- Per aplikimin e medikamenteve sipas dozave dhe rruges se administrimit iv,im etj

57. SHIRINGA 10 ML PLUS AGE 21 G



- Të jetë e përbërë nga 3 pjese
- Te jete e pajisur me agen
- Të jetë sterile dhe njëpërdorimshe, 10 cc
- Per aplikimin e medikamenteve sipas dozave dhe rruges se administrimit iv,im etj

58. SHIRINGA 5 ML PLUS AGE 21 G



- Të jetë e përbërë nga 3 pjese
- Te jete e pajisur me agen
- Të jetë sterile dhe njëpërdorimshe, 5 cc
- Per aplikimin e medikamenteve sipas dozave dhe rruges se administrimit iv,im etj

59. SISTEM INFUZIONI



- Sisteme infuzioni
- Set i infuzionit venoz, transparent, fleksibël, pa latex, rezistent ndaj tërheqjes dhe kimikisht i qëndrueshëm
- Pajisje jo-invazive për administrimin intravenoz të barnave, tretësirave ose substancave të tjera.
- Karakteristikat: Rregullator i rrjedhës rul. Gjatësia e tubit: 150 cm.
- Lidhja: bllokues me vidhim ose mekanizëm femër mashkull.
- Produkt për përdorim profesional me shënimin CE

60. SONDË ASPIRIMI



- Aspiron likidet, legjet biologjike nga hapësira e gojës te personat me koshiencë të alteruar, me qëllim pengimin e aspirimit të tyre në rrugët e frymëmarrjes
- Me përmasa të ndryshme
- Me valvul për kontrollin manual të presionit të aspirimit.
- Fotot janë demonstruese dhe ilustruese.

61. SPIDER – SISTEM UNIVERSAL RRPASH PËR IMOBILIZIMIN SPINAL



- Sistemi universal i rripit merimangë për imobilizimin e shtyllës kurrizore
- Të mundësojë një fiksimit të shpejtë të të dëmtuarit në barrelë, pa dëmtime të strukturave anatomike,
- Një imobilizim korrekt të kolonës dhe artikulacioneve, edhe në transporte të gjata e në kushtë të vështira,
- Rripat e ndërtuar nga material elastik dhe shumë i qëndrueshëm kanë në pjesën fundore të tyre ngjitëse që mundësojnë fiksimin e sigurt në barrelë dhe njëkohësisht mundësojnë shkëputjen e lehtë prej saj, në momentin e heqjes së spiderit.
- Eshte pjese e setit te imobilizimit te nje pascienti traumatik spinal .

62. STRISHA PËR GLUKOMETËR

- Shiritat /strishot janë reaktive në sajë të elektrodës me sensorë, të përshtatshme me glukometrin (artikullin numër 11 më poshtë).
- Fisha per matjen e nivelit te sheqerit ne gjak si nje nga parametrat jetesor per vleresimin e pacientit

63. TERMOMETËR ELEKTRONIK



- Të jetë i thjeshtë në përdorim dhe me precizion të lartë.
- I përshtatshëm për fëmijë dhe të rritur.
- Më i shpejtë në përdorim se termometrat tradicionalë.
- Shfaq temperaturën në ekran njësi: °C
- Temperatura: 32°C - 42.9°C (90°F - 107.6°)
- Lo do të thotë që matja e temperaturës është gati.
- Punon me bateri të vogël 1.55V.
- Përdoret për matjen e temperaturës trupore si një nga elementet e parametrave jetësor në vlerësimin e pacienti.

64. TERMOMETËR NFRA- RED DIXHITAL



- Matje e shpejtë e temperaturës së trupit.
- Termometër pa kontakt me trupin, i sigurt dhe higjenik.
- I përshtatshëm për të gjitha moshat,
- Fikje automatike.
- Regjistrore matjet e fundit të temperaturës.
- Mat gjithashtu edhe temperaturën e ambientit.
- Shfaq temperaturën në njësi: °C.

65. RREGULLUES FLUKSI I.V



- Përdoret si rregullator i rrjedhës me precizion të lartë që përbën një zgjidhje praktike dhe të besueshme kur terapia kërkon një infuzion me një shpejtësi dhe kohë të caktuar.
Të përbëhet nga tre pjesë që garantojnë që tubat e hyrjes dhe daljes të jenë në një linjë pavarësisht nga pozicioni i numrit, duke siguruar saktësi maksimale të infuzionit.
- Të jetë i përshtatshëm për disa lloje infuzionesh dhe të sigurojë një shpejtësi nga 5 deri në 250 ml/orë

66. TOURNIQUET URGJENCE



- Përdoret për ndalimin e hemoragjive të jashtme të gjymtyrëve kur nuk mund të kontrollohen me metoda të tjera. Vendoset në pjesën proksimale të gjymtyrëve të sipërm apo të poshtëm.
- Mbyllja me mekanizëm apo velkro në mënyrë që të sigurojë një shtrëngim të qëndrueshëm, me qëllim bllokimin e hemoragjisë.

67. TUBA ENDOTRAKEALË (ET)



- Të mundësojë intubim të shpejtë dhe padëmtime të strukturave anatomike në sajë të një veshje mbuluese të butë dhe të rrëshqitshme
- Të jetë opake për lehtësi vizualizimi dhe në sipërfaqe të shënohen dukshëm diametri dhe gjatësia e tubit.
- Tubi endotrakeal me manshetë është bërë nga PVC jo toksike në shkallë mjekësore, përbëhet nga tubi, manshetë, linjë fryrjeje, valvul, balonë pilot dhe lidhës.

68. SET IMOBILIZUES RIKUPERIMI TOTAL NË TERRENE TË VËSHTIRA



- Imobilizues dhe transportues të pacientit traumatik në hapsira të kufizuara (të ngushta) terrene të vështira për tu aksesuar nga mjetet e urgjencës.
- Përbëhet nga material rezistent, doreza anësore, për transport, rripa sigurimi për bllokimin e pacientit.
- Set me litarë, gança, rripa për tërheqje dhe ngritje.
- Për rekuperimin e pacientëve në zonat alpine, shpella, guva, humnera, ujë e tjer.
- Material polietilen
Madhesia jo me pak se 240x850 cm
Kapaciteti mbajtës jo me pak se 180kg
Të ketë rripa najloni me cilësi të lartë dhe rezistente, pasi lidhen me një barelë shpëtimi, garantojnë ekuilibrin e barelës gjatë fazave të ngritjes, tërheqjes ose uljes.
- Pesha; jo me shume se 10 kg

Të përfshihen në set:

- Çanta për barelën, aksesorët dhe një për të mbajtur instrumentet e tjera.
- rripa për tërheqje dhe ngritje
- një sistem rripash për montimin e barelës dhe më pas palosjen

69. MUSHAMA TELO ME RRIPA DHE DOREZA PËR TRANSPORTIN E PACIENTIT JO TRAUMATIK



- Pajisje e destinuar për rikuperimin dhe lëvizjen e pacientëve pa traumë të shtyllës kurrizore, nga vendi i ndërhyrjes së parë deri te barela apo mjete i urgjencës. Të mundësoj transport të pacientit jo vetëm në një pozicion shtrirë, por edhe në një pozicion ulur.
- Mund të përdoret nga dy persona në terrene të vështira si shkallë të ngushta ose më shumë persona kur janë në dispozicion ose kur pacienti është obez.
- Të përfshijë shufra alumini për të reduktuar palosjen dhe shpërndarjen e peshës gjatë transportit.
 - Të jetë e përbër nga material pvc dhe rripa nejloni
 - Kapacitet mbajtës jo më pak se 130 kg
 - Të përfshi 8-10 doreza ngritëse anësore
 - E paloshme dhe e përshatshme për pacientët adult.

Fotot janë demonstruese dhe ilustruese.

Njesia e Prokurimit