



**MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE
OPERATORI I SHËRBIMIVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL BERAT**

Nr. _____ prot.

Berat , më ____ . ____ . 2024

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës – Shërbime

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Mirmbajtje e Pajisjeve Mjekesore Spitalit Rajonal Berat, Marrëveshje kuadër me nje operatorë ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me afat 1 (nje) vjeçar (12 muaj).

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Sherbime per riparimin dhe mirembajtjen e pajisjeve mjekesore- 50421000-2

Argumentimi: Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 I ndryshaur “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,autoriteti/enti kontraktor *Spitali Rajonal Berat* ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

Argumentim: Bazuar ne shkresen e MSHMS-se me Nr. 477/3 Prot. date 15.02.2024 protokolluar ketu me Nr. 854 Prot. date 19.02.2024,bazuar ne kerkesen per bashkpunim drejtuar Qendres Kombetare Teknike Bio-Mjekesor date 22.05.2024 dhe kthim pergjigje protokolluar me Nr. 2333 prot. date 22.05.2024, bazuar në kërkesën e miratuar me sasi të dhe specifikimet teknike përkatëse të specialistes Biomjekesore me Nr. 1830 Prot., datë 22.04.2024, bashkengjitur inventarin e pajisjeve mjekesore per vitin 2023 dhe relacionin teknik mbi gjendjen e pajisjeve Nr. 945 Prot. date 23.02.2024, përlllogaritjes së fondit limit me Nr. 2285 Prot., datë 21.05.2024, Proces verbal Nr. 2520 Prot. date 03.06.2024 I korrjigimit te vleres per perlllogaritjen e fondit limit, konfirmimin e kerkeses Nr.1830 prot., date 22.04.2024 nga Ing Biomjekesor me shkresen Konfirmim kerkeses Nr.3726 Prot., 02.08.2024, Ndryshimin e zerit te rregjistrimit me Nr. 3748 Prot. date 05.08.2024, Proces verbalin e argumentimit te kriterëve teknike termave te references dhe grafikut te levrimit te miratuar te specialistes Biomjekesore me shkresen Nr.3819 Prot. date 07.08.2024 për procedurën me objekt: “Mirmbajtje e Pajisjeve Mjekesore Spitalit Rajonal Berat

- Marrëveshje kuadër me nje operatorë ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 (nje) vjeçar (12 muaj)

1. Vlera e Fondit limit* vlera e pritshme e kontratave ne marrëveshjen kuadër: 4,830,120

(Katermilioneteteqindetridhjetemijeenjeqindenjezete) leke pa tvsh.

Argumentimi: Përlllogaritja e fondit limit është dokumentuar nga komisioni i argumentimit të përlllogaritjes së fondit limit të procedurës me përlllogaritjes së fondit limit me Nr. 2285 Prot., datë 21.05.2024, Proces verbal Nr. 2520 Prot. date 03.06.2024 I korrigjimit te vleres per perlllogaritjen e fondit limit, *bazuar ne nenet 34” Perlllogaritja e vleres se parashikuar te prokurimit”,35 “Studim paraprak I tregut” te ligjit Nr. 162/2020 dhe nenin 12 “ Metoda te zbatueshme ne perlllogaritjen e vleres se kontrates’, 76 “Menyrat per perlllogaritjen e vleres se prokurimit” pika 1/b e VKM_RPP_285_19.05.2021*

Argumentim: Procedure e Hapur e Thjeshtuar - Sherbime ne baze te ligjit nr. 162/2020 datë 23/12/2020 “PërProkuriminPublik”, neni 42 pika 5 i LPP, nenet 46 pika 2/a, neni 47 në VKM_RPP_285_19.05.2021 për “ Rregullat e Prokurimit Publik.Arsyeja e përdorimit të kësaj procedure prokurimi, është objekti dhe kufijte monetare, bazuar ne nenin 42 te LPP-se pika 5.

Shtojca 8

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë veprë penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortaku, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendim i gjykatës i formës së prerë për çdo veprë penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale;
- dh) nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 9.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

Argumentimi: Kërkesat e përgjithshme të kualifikimit dhe kërkesat e pikës 1 (gërmat a / b) të kriterëve të veçanta të kualifikimit janë parashikuar pa ndryshime, sipas formatit të dokumenteve standarde të tenderit të publikuara nga APP, dhe vendosja e tyre është bazuar në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9*

Argumentimi: Ky kriter u vendos me mbështetje në nenin 76 të Ligjit nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik", dhe nenin 26 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", në të cilën është e përcaktuar se: "1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla.

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3; Eshtë 96,602.4 (nëntëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e dyqind e katër) leke*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Kjo pikë e kriterëve plotësohet me kriteret e përgjithshme të pranimit/ kualifikimit të plotësuar më sipër.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 40, pika 5, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik"

1.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar, për tre vitet financiare 2021, 2022, 2023, ku vlera e xhiros minimale vjetore për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 20 % e vlerës së fondit limit që prokurohet/ të shumatores se vlerave limit të lotëve për të cilat ofertuesi konkuron.

(Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Bazuar në nenin 43 pika 2/a, 43 pika 3 dhe 43 pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" ku përcaktohet:

Neni 43 pika 2/b

Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë:

a) dyfishin e vlerës së përlloritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar; Neni 43 pika 3

Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

Neni 43 pika 5

Në rastin e kontratave që bazohen në një marrëveshje kuadër, kërkesa për xhiron minimale, llogaritet mbi bazën e vlerës maksimale të kontratave specifike që do të zbatohen në të njëjtën kohë ose, kur përmasat nuk dihen, mbi bazën e vlerës së parashikuar të marrëveshjes kuadër.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohej, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 29, të Ligjit Nr. 8438, dt. 28.12.1998 "Për Tatimin mbi të Ardhurat", i ndryshuar, ku përcaktohet: Çdo tatimpagues pergatit deklaratën vjetore të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhezimin e Ministrisë të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës,

(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore).

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për **shërbime të mëparshme të ngjashme**, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më e vogël se 20 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate (*apo shumatores së fondit limit të loteve, nëse kontrata është e ndarë në lote dhe ofertohej për më shumë se një lot*).

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

ose

b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Shënim:* Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 20% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar sipas sasive të pritshme për të cilën ofertohej, konkretisht mbi vlerat e kolonës "Vlera e pritshme e kontratave" në piken 2.10.

Faturat të jenë të deklaruara në organet tatimore, në përputhje me parashikimet e nenit 40, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 41, pika 3 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik". Me anë të këtij kriteri kërkohej që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së

fondit limit te kontrates (apo shumatores së fondit limit të loteve, nëse kontrata është e ndarë në lote dhe ofertohet për më shumë se një lot), që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Referuar nenit 55 pika 4 gërma b e VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” është përcaktuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, për të vërtetuar aftësitë teknike të OE me qëllim përmbushjen nevojave të AK.

2.3.2 Ofertuesi duhet te kete ne stafin e tij të paktën 3 (tre) specialistë të lartë me profilet specifike: **Biomedical/Elektronik/Elektrik/Mekatronik/Mekanik/IT** për mirëmbajtjen e aparaturave objekt të këtij prokurimi, ku të paktën njeri prej tyre **duhet** të jetë Inxhinier Biomedical i trajnuar dhe certifikuar për mirëmbajtjen e aparaturave Mjekesore objekt i ketij prokurimi si vijon:

- a. Defibrilator, ECG, Elektrobisturi, sisteme infuzioni,
- b. Monitorimin e ECG, sistem respirimi, pressionit, temperatures.
- c. Pajisjeve e anestezise te gazrave dhe lengjeve, ventilatoret, legeshtueseve te oksigjenit..
- d. Krevatet e Operacionit dhe Sistemet e ndricimit operator.

Për këtë OE duhet të disponojë dokumentat e mëposhtme provuese:

- CV-në e specialistit/ve;
- Çertifikatat/dëshmitë e trajnimit lëshuar nga kompania prodhuese ose ekuivalentet e këtyre çertifikimeve lëshuar nga autoritete të autorizuar/çertifikuara për dhënien e tyre,
- Kontratë pune/ shërbimi e vlefshme.
- Listëpagesa ku të figurojnë emrat e inxhinierëve të deklaruar për periudhën *Prill, Maj, Qershor 2024*.

* Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 9 të DST.

Shenim:

Referuar pikës 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, ku parashikohet : “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.

Argumentimi: Bazuar në pikën 4, të nenit 77, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pikave 4/b dhe 4/c të nenit 41 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, për te provuar kapacitetet teknike dhe profesionale. *Ky kriter kërkohet edhe për faktin e shumëllojshmërisë të aparaturave të ndryshme që disponon Spitali Rajonal Berat dhe qe jane objekt i ketij prokurimi dhe kane rendesi jetike ne mbarevajtjen e sherbimit ne kujdes te pacientit.*

2.3.3 Nje deklarate që merr përsipër zevendesimin e pjesëve te këmbimit dhe konsumit, që ato do jenë të reja dhe origjinale ose ekuivalente me ato te perdoruara ne fillim nga prodhuesi dhe që përfshihen në vlerën e kontratës dhe se garancia e pjesëve të këmbimit do të jetë për një periudhë jo më pak se 1 (nje) vit nga momenti i lëvrimit.

Argumentimi: Bazuar në nenin 77, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pikën 2 të nenit 41 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku ndër të tjera percaktohet se keto kërkesa i shërbejnë autoritetit kontraktor për te provuar kapacitetet teknike dhe profesionale. AK kërkon plotesimin e këtij kriteri per t'u garantuar per realizimin me sukses te procedures gjate zbatimit te kontratave.

2.3.4. Ofertuesi duhet të jetë i certifikuar ISO 9001:2015 “Sistemet e menaxhimit cilësisë” /ose/ ekuivalent, ose ISO 13485 “Per Sistemin e menaxhimit te cilesise per pajisjet mjeksore”, /ose ekuivalent/, mbi **objekti i së cilës t’i përkasë fushës së aktivitetit të OE. Për këtë ai duhet të paraqesë certifikatën përkatëse, të vlefshme. Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.**

Certifikata duhet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

Shenim: Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, kriteri i siperpermendur plotësohet nga te gjithë operatorët ekonomik se bashku.

Argumentimi: Ky kriter i percaktuar ne piken a) dhe b) eshte vendosur ne perputhje me nenin 77, piken 1 te nenit 79 te Ligjit nr.162/2020 “Per Prokurimin Publik”, ne te cilen gjeje me percaktuar se:

1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.

Ky kriter gjen mbeshtetje ne piken 1 te nenit 44 te VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”ku percaktohet se: 1. Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit. 3.Certifikatat dhe etiketat e kërkuara duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës, si dhe çdo operator ekonomik duhet të ketë akses në to, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit.4. Nëse autoriteti/enti kontraktor kërkojnë një certifikatë, ose etiketë, ata janë të detyruar të pranojnë çdo certifikatë ose etiketë ekuivalente/ të barasvlershme me të, ose një dokument që provon të njëjtin informacion.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se zotërojnë Certifikatat përkatëse që i mundëson Autoritetit Kontraktor për të verifikuar dhe krijuar besimin që OE ofertues është në gjendje të realizojë punën /shërbimin në mënyrë cilësore që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente, me anë të këtij kriteri kërkohet që Autoriteti ose enti kontraktor të vërtetojë se se mallrat, objekt prokurimi, I plotësojnë kërkesat e

cilësisë, mund t'u kërkojë ofertues vetë paraqesin çertifikata të lëshuara ne perputhje me objektin e prokurimit nga një organ I vlerësimit të konformitetit, I akredituar nga organizmi kombëtar I akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të deklarojnë dhe mbajnë përgjegjësi për cilësinë e produkteve që do të furnizojne dhe garancinë e tyre sipas normativave standarte.

Shënim për operatorët ekonomik:

Në zbatim të pikës 1, të Nenit 26, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, ku parashikohet: *“Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”*, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: *“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.*

Autoriteti/enti kontraktor pranon një dokument të lëshuar nga i njëjti institucion ose palë e tretë dhe që ka të njëjtin informacion me atë të paraqitur në procedurën e zhvilluar në mënyrë elektronike.

Gjithashtu risjellim ne vemendje se:

- Autoriteti/enti kontraktor perpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, do t'i kërkojë ofertuesit fitues nëpërmjet Sistemit të Prokurimit Elektronik që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet e bëra në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e tjera të kërkuara sipas Shtojcës 9 të DST. Mosparaqitja e dokumentacionit permbushes per keto pika do te jete kusht skualifikimi.
- Autoriteti Kontraktor mund te beje verifikimin e dokumentacionit ne perputhje me vetedeklarimin e bere gjate fazes se ofertimit. Konstatimi i mosperputhjeve midis Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe dokumentacionit te dorezuar perben kusht skualifikimi.
- KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të paraqitura nga ofertuesit si dhe rezervon te drejten e verifikimit ne terren lidhur me funksionimin e proceseve te punes per pajisjet që do të paraqiten nga operatorët ekonomik. .
- Në cdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të shërbimeveobjekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Bazuar në kërkesën e miratuar me sasi të dhe specifikimet teknike përkatëse të specialistes Biomjekesore me Nr. 1830 Prot., datë 22.04.2024, bashkëngjitur inventarin e pajisjeve mjekesore per vitin 2023 dhe relacionin teknik mbi gjendjen e pajisjeve Nr. 945 Prot. date 23.02.2024 dhe konfirmimin e kerkeses Nr.1830 prot., date 22.04.2024 nga Ing Biomjeksor me shkresen Konfirmim kerkese Nr.3726 Prot., 02.08.2024, Ndryshimin e zerit te rregjistrir me Nr. 3748 Prot. date 05.08.2024.

me te dhenat si me poshte:

Mirmbajtje e Pajisjeve Mjekesore Spitalit Rajonal Berat,

NR	Emertimi I Pajisjes	Prodhuesi/modeli	Vendndodhja	Sherbimet	Njesia	Sasia
1	Negativoskop		Ortopedi Spital	1. Kontroll I sitemit te furnizimit me energji dhe nderimi I celsit te ndezjes	cope	1
				2. Mirmbajtje profilaktike e fushes vizive dhe zevendesim reflektori	cope	1
				3. Nderrim I ndricueseve me probleme	cope	1
2	EKG	Meditech	Kardiologji Spital	1. Kontrolli sitemit te furnizimit me energji nga rrjeti dhe zevendesimi I celesit te ndezjes ne rast demtimi	cope	1
				2. Kontrolli i baterise se rikarikushme dhe zevendesim konektori	cope	1
				3. Kontroll i sitemit te printimit dhe nderrimi I mekanizmit te dhembeuar	cope	1
				4. Zvendesimi i fishave te pacientit	cope	1
				5. Testim i aparatit dhe valve te elektrodave me ECG tester	cope	1
3	Shiringe elektrike		Ped.Pergjithshme	1. Kontroll i te gjithe parametrave funksionale te pajisjes dhe zevendesimi I konektorit te funizimit me energji	cope	1
				2. Kontrolli I elektromotorrit shtytes te shringes	cope	1

		WEGO WGS-1011		3. Zevendesimi I klampit mbajtes te shiringes	cope	1
				4. Kalibrimi I shiringes	cope	1
4	Monitor	Zoncare PM-7000D		1. Kontrolli i parametrave te punes dhe nderimi I konektoreve elektrik	cope	1
				2. Kontroll I dhe zvendesim i baterive	cope	1
				3. Kalibrim i sinjalit elektrik dhe sensivitetit elektrik	cope	1
				4. Kontroll i fishave te pacientit dhe zevendesimi I tyre ne dast demtimi	cope	1
				5. Kalibrim i touch screen	cope	1
6	Aparat Narkoze		Salla e kirurgjise	1. Kontroll, riparim i rrugve te gazeve	cope	1
				2. Kontroll, riparim i elektrovalvuave	cope	1
				3. Kalibrim, riparim i sistemit te komprimimit	cope	1
				4. Kontroll per detektimin e rrjedhjeve para dhe pas servisit dhe nderrim garnicion	cope	1
				5. Kalibrim i sensorit te oksigjenit	cope	1
7	Aparat Narkoze	Medec Benelux		1. Kontroll, riparim i rrugve te gazeve	cope	1
				2. Kontroll, riparim i elektrovalvuave	cope	1
				3. Kalibrim, riparim i sistemit te komprimimit	cope	1
				4. Kontroll per detektimin e rrjedhjeve para dhe pas servisit dhe nderrim garnicion	cope	1
				5. Kalibrim i sensorit te oksigjenit	cope	1
8	Aspirator Kirurgjikal	Aspimed		1. Kontroll I sistemit te furnizimit me energji	cope	3
				2. Kontrolli I sistemit te thithjes	cope	3
				3. Nderrim I filtrit se siguris	cope	3
				4. Zvendesimi i tubave te aspirimit	cope	3
9	Llambe salle			1. Kontroll I sistemit te furnizimit me energji	cope	2
				2. Kontrolli, riparimi I bllokut te ushqimit	cope	2
				3. Nderrim I lampes halogjene nese eshte i nevojshem	cope	2
				4. Riparim, zvendesim I panelit te kontrollit	cope	2
10	Negativoskop			1. Kontroll I sistemit te furnizimit me energji	cope	2
				2. Mirmbajtje profilaktike e fushes vizive	cope	2
				3. Nderrim I ndricueseve me probleme	cope	2
11	Llambe Portative(Mobile)	Rimsa		1. Kontroll I sistemit te furnizimit me energji	cope	2
				2. Zvendesim i celsit komandues	cope	2
				3. Nderrim I ndricueseve me probleme	cope	2
12	Elektrobisturi	Alsa		1. Kontrolli i parametrave te punes	cope	1
				2. Kontroll I dhe zvendesim i pllakave te togezimit	cope	1
				3. Kalibrim i sinjalit elektrik dhe frekuences se	cope	1

				sinalit		
				4. Kontroll, riparim bllokut te ushqimit	cope	1
				5. Nderrimi i penes	cope	1
13	Monitor Pacienti	JPD-800B		1. Kontrolli i parametrave te punes	cope	1
				2. Kontroll I dhe zvendesim i baterive	cope	1
				3. Kalibrim i sinjalit elektrik dhe sensivitetit elektrik	cope	1
				4. Kontroll i fishave te pacientit	cope	1
				5. Kalibrim i touch screan	cope	1
14	Defibrilator			1. Kontroll I te gjithë parametrave funksionale te paisjes	cope	1
				2. Kontrolli I kabllove te pacientit	cope	1
				3. Kontolli I sistemeve te alarmeve	cope	1
				4. Testim I elementeve elektrostatik te siguris	cope	1
				5. Riparim ,zvendesim i pjesve elektrike me problem	cope	1
15	Shiringe elektrike			1. Kontroll i te gjithë parametrave funksionale te pajisjes	cope	2
				2. Kontrolli I elektromotorrit shtytes te shiringes	cope	2
				3. Zevendesimi I klampit mbajtes te shiringes	cope	2
				4. Kalibrimi I shiringes	cope	2
16	Monitor			1. Kontrolli i parametrave te punes	cope	2
		Zoncare		2. Kontroll I dhe zvendesim i baterive	cope	2
				3. Kalibrim i sinjalit elektrik dhe sensivitetit elektrik	cope	2
				4. Kontroll i fishave te pacientit	cope	2
				5. Kalibrim i touch screan	cope	2
17	Llambe Mobile	Rimsa	Salla ORL	1. Kontroll I sitemit te furnizimit me energji	cope	1
				2. Zvendesim i celsit komandues	cope	1
				3. Nderrim I ndricueseve me probleme	cope	1
18	Aspirator Kirurgjikal	Aspimed		1. Kontroll I sitemit te furnizimit me energji	cope	1
				2. Kontrolli I sitemit te thithjes	cope	1
				3. Nderrim I filtrit se siguris	cope	1
				4. Zvendesimi te tubave te aspirimit	cope	1
19	Aerosteril			1. Kontroll I parametrave teknike dhe elektrike	cope	2
				2. Kontroll I rezistencave elektrike	cope	2
				3. Mirembajtje e sitemit te ventilimit	cope	2
				4. Testim I termostatit kryesor dhe atij te emergjences	cope	2
20	Shtrat Operacioni			1. Kontroll I sitemit te furnizimit me energji	cope	1
				2. Kontrolli, zvendesimi I pultit te komandimit	cope	1
				3.Mirembajtje e sitemit mekanik te levizjes	cope	1
				4.Kontrolli, zvendesimi I sitemit pneumatik me rryme te vazhduar	cope	1
				5. Profilaksi e pergjithshme e sitemit mekanik	cope	1

21	Llambe Mobile	Rimsa	Kirurgjia Spital	1. Kontroll I sitemit te furnizimit me energji	cope	1
				2. Zevendesim i celsit komandues	cope	1
				3. Nderrim I ndricueseve me probleme	cope	1
22	Monitor Pacienti	Fukuda Denshi	Urgjenca Spital	1. Kontrolli i parametrave te punes dhe nderimi I konektoreve elektrik	cope	2
				2. Kontroll I dhe zevendesim i baterive	cope	2
				3. Kalibrim i sinjalit elektrik dhe sensitivitetit elektrik	cope	2
				4. Kontroll i fishave te pacientit dhe nderrimi I tyre	cope	2
				5. Kalibrim i touch screan	cope	2
23	Apirator Thithes	suciton Unit	Urgjenca Spital	1. Kontroll I sitemit te furnizimit me energji	cope	1
				2. Kontrolli I sitemit te thithjes	cope	1
				3. Nderrim I filtrit se siguris	cope	1
24	Elektrokardiograme	Zoncare	Urgjenca Spital	1. Kontrolli sitemit te furnizimit me energji nga rrjeti	cope	1
				2. Kontrolli i baterise se rikarikushme	cope	1
				3. Kontroll i sitemit te printimit	cope	1
				4. Testim i aparatit dhe valve te elektrodave me ECG tester	cope	1
				5. Zvendesimi i fishave te pacientit	cope	1
25	Shtrat Elektrike		Urgjenca Spital	1. Kontroll I sitemit te furnizimit me energji	cope	10
				2. Kontroll , zevendesimi I pultit te komandimit	cope	10
				3. Mirmbajtje e sitemit mekanik te levizjes	cope	10
				4. Kontrolli, zevendesimi I elektromotorrve me rryme te vazhduar	cope	10
26	Monitor Pacienti	OKM 500	Kabineti I gastroskopis	1. Kontrolli i parametrave te punes	cope	1
				2. Kontroll I dhe zevendesim i baterive	cope	1
				3. Kalibrim i sinjalit elektrik dhe sensitivitetit elektrik	cope	1
				4. Kontroll i fishave te pacientit	cope	1
				5. Kalibrim i touch screan	cope	1
27	Elektrokardiogram	Meditec	Reanimacion	1. Kontrolli sitemit te furnizimit me energji nga rrjeti	cope	1
				2. Kontrolli i baterise se rikarikushme	cope	1
				3. Kontroll i sitemit te printimit	cope	1
				4. Zvendesimi i fishave te pacientit	cope	1
				5. Testim i aparatit dhe valve te elektrodave me ECG tester	cope	1
28	Monitor Pacienti	OKM500	Reanimacion	1. Kontrolli i parametrave te punes	cope	2
				2. Kontroll I dhe zevendesim i baterive	cope	2
				3. Kalibrim i sinjalit elektrik dhe sensitivitetit elektrik	cope	2
				4. Kontroll i fishave te pacientit	cope	2
				5. Kalibrim i touch screan	cope	2
29	Defibrilator	Rescue 230		1. Kontroll I te gjithe parametrave funksionale te	cope	1

				paisjes		
				2. Kontrolli I kabllove te pacientit	cope	1
				3. Kontrolli I sistemeve te alarmeve	cope	1
30	Defibrilator			1. Kontroll I te gjithe parametrave funksionale te paisjes	cope	1
				2. Kontrolli I kabllove te pacientit	cope	1
				3. Kontrolli I sistemeve te alarmeve	cope	1
31	Monitor Pacienti	VP- 1000		1. Kontrolli i parametrave te punes	cope	4
				2. Kontroll I dhe zvendesim i baterive	cope	4
				3. Kalibrim i sinjalit elektrik dhe sensivitetit elektrik	cope	4
				4. Kontroll i fishave te pacientit	cope	4
				5. Kalibrim i touch screen	cope	4
				6. Zvendesimi i SPO2	cope	4
				7. Zvendesimi i matsit te presionit NIBP	cope	4
				8. Zvendesimi i fishes se elektrokardiogrames	cope	4
32	Pompa infuzioni	PG-801D		Kontroll I sistemit elektrik	cope	3
				Kalibrim I pajisjes ne Infuzim	cope	3
				Kontroll I sistemit te infuzionit	cope	3
				Kalibrim te minipompave elektrike	cope	3
33	Aspirator	VacuAid		1. Kontroll I sitemit te furnizimit me energji	cope	1
				2. Kontrolli I sistemit te thithjes	cope	1
				3. Nderrim I filtrit se siguris	cope	1
				4. Zvendesimi te tubave te aspirimit	cope	1
34	Shiringa elektrike	PG-901A		1. Kontroll i te gjithe parametrave funksionale te pajisjes	cope	3
				2. Kontrolli I elektromotorrit shtytes te shringes	cope	3
				3. Zvendesimi I klampit mbajtes te shringes	cope	3
				4. Kalibrimi I shringes	cope	3
35	Shtreter Pacienti Elektrik			1. Kontroll I sitemit te furnizimit me energji	cope	8
				2. Kontrolli ,zvendesimi I pultit te komandimit	cope	8
				3. Mirmbajtje e sistemit mekanik te levizjes	cope	8
				4. Kontrolli ,zvendesimi I elektromotorrve me rryme te vazhduar	cope	8
				5. Riparim ,zvendesim bordit te procesimit te sinjaleve	cope	8
36	Llamb Ekzaminimi		Dhoma e Mjekimit	1. Kontroll I sitemit te furnizimit me energji	cope	2
				2. Zvendesim i celsit komandues	cope	2
				3. Nderrim I ndricueseve me probleme	cope	2
37	Tapet Zemre	LabTech		1. Kontroll I Sistemit Mekanik te levizjes	cope	1
				2. Kontroll I bordit te komandimit te elektromotorrit	cope	1
				3. Kontroll I sistemit elektrik	cope	1
				4. Riparim I sitemit te komandimit	cope	1

38	EKG	Meditec	Kardiologji Poliklinik	1. Kontrolli sitemit te furnizimit me energji nga rrjeti	cope	1
				2. Kontrolli i baterise se rikarikushme	cope	1
				3. Kontroll i sitemit te printimit	cope	1
				4. Zvendesimi i elektrodave nese eshte e nevojshme	cope	1
39	Holter Ritmi	LabTech		1. Kontroll I vales me stimulus vale te ECK	cope	1
				2. Rikonfigurim I softit ne se eshte I nevojshem	cope	1
				3. Profilaksi e pergjithshme e sitemit nderlidhes	cope	1
40	Holter Presioni	LabTech		1. Kontroll I vales me stimulus vale te ECK	cope	1
				2. Rikonfigurim I softit ne se eshte I nevojshem	cope	1
				3. Profilaksi e pergjithshme e sitemit nderlidhes	cope	1
41	Defibrilator			1. Kontroll I te gjithe parametrave funksionale te paisjes	cope	1
				2. Kontrolli I kablllove te pacientit	cope	1
				3. Kontrolli I sistemeve te alarmeve	cope	1
42	Pompa infuzioni	PG801D	Sherbimi punktiv Paliativ	Kontroll I sitemit elektrik	cope	2
				Kalibrim I pajisjes ne Infuzim	cope	2
				Kontroll I sitemit te infuzionit	cope	2
				Kalibrim te minipompave elektrike	cope	2
43	Monitore	PM-7000D	Kabineti I patologjise	1. Kontrolli i parametrave te punes	cope	2
				2. Kontroll I dhe zvendesim i baterive	cope	2
				3. Kalibrim i sinjalit elektrik dhe sensivitetit elektrik	cope	2
				4. Kontroll i fishave te pacientit	cope	2
				5. Kalibrim i touch screen	cope	2
44	Monitor Pacienti	VP- 1000	Infektiv	1. Kontrolli i parametrave te punes	cope	1
				2. Kontroll I dhe zvendesim i baterive	cope	1
				3. Kalibrim i sinjalit elektrik dhe sensivitetit elektrik	cope	1
				4. Kontroll i fishave te pacientit	cope	1
				5. Kalibrim i touch screen	cope	1
45	Monitore Pacienti	PM-7000D	Infektiv	1. Kontrolli i parametrave te punes	cope	2
				2. Kontroll I dhe zvendesim i baterive	cope	2
				3. Kalibrim i sinjalit elektrik dhe sensivitetit elektrik	cope	2
				4. Kontroll i fishave te pacientit	cope	2
				5. Kalibrim i touch screen	cope	2
46	Spirometria	Spiro lab 3	Kabineti I Argeologjis	1. Kontrolli I sitemit te printimit	cope	1
				2. kontrolli I sitemit elektrik	cope	1
				3. Riparim dhe Kontrolli I sondes se aparatit	cope	1

Afati i kontrates : Shërbimi i mirëmbajtjes do të kryhet nga lidhja e kontratës Brenda MK me afat 12 muaj nga marrëveshja kuadër. Shërbimi do të ofrohet sipas Mini - Kontratave të lidhura Brenda MK..

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

SPECIFIKIMET TEKNIKE DHE TERMAT E REFERENCËS:

Specifikimet Teknike të Përgjithshme

1. Operatori Ekonomik duhet të ketë më shumë se një person kontakti për raportimin e defekteve dhe çështjeve administrative, për të cilët duhet të bëje me dije Autoritetin Kontraktor (telefon dhe email).
2. Çdo ndryshim kontakti duhet të raportohet menjëherë me shkrim palëve.
3. Stafi (i të Kontraktuarit) duhet të jetë i pajisur me kartë (mjet) identifikimi personal gjatë vizitave në ambjentet e Kontraktuesit dhe të shoqërohet nga stafi i Sektorit të IT-se.
4. Ofertuesi (Operatori Ekonomik) duhet të lëshojë një Deklaratë me anë të së cilës merr përsipër sigurimin teknik të stafit të tij gjatë kohës së punës në ambjentet e Spitalit Rajonal Berat dhe kjo e fundit nuk mban asnjë përgjegjësi për aksidentet e ndodhura të punonjësve të Operatorit Ekonomik në ambjentet e saj.

Spitali i Rajonal Berat ka aparaturë mjeksore të një cilësie të lartë

Kerkohet që për aparaturat që janë të përfshira në preventiv, operatori fitues duhet të bëjë shërbim mirëmbajtje sipas kërkesës së përcaktuar dhe zëvendësimin e pjesëve të këmbimit të nevojshme sipas shërbimit.

Organizimi, realizimi, mirëmbajtja e aparaturave mjeksore do të realizohet në përputhje me Urdhër Nr. 3272 Prot. date 11.09.2007 të Ministrisë së Shëndetësisë, me objekt: “Miratimi i Politikës Kombëtare për Menaxhimin e Paisjeve Mjekësore në Shqipëri”. Dhe LIGJ Nr. 21/2020 PËR DISA SHITESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 89/2014 “PËR PAJISJET MJEKËSORE

1. Operatori ekonomik duhet të bëjë mirëmbajtjen e paisjes dhe zëvendësimin e pjesëve të këmbimit për ato paisje që është e nevojshme.
2. Pjesët e këmbimit të cilat duhet të zëvendësohen, të jenë origjinale ose ekuivalente me ato të përdorura në fillim nga prodhuesi i pajisjes objekt riparimi.
3. Operatori ekonomik pas zëvendësimit të pjesëve të këmbimit duhet të bëjë rikthimin e pajisjes në gjendje pune.
4. Pjesët e këmbimit që do të përdoren për riparimin e kësaj aparature duhet të kenë garanci minimumi një vjeçare nga momenti i hartimit të procesverbalit të marrjes në dorezim.
5. Pjesët e këmbimit duhet të jenë të reja, origjinale ose nga prodhuesi tjetër të certifikuar, dhe gjithmonë në përputhje me ato të përdorura fillimisht në pajisje, duke siguruar konformitetin me udhëzimet e dhëna nga prodhuesi në dokumentacionin teknik furnizuar me pajisjen.
6. Pjesët me defekt pas zëvendësimit të tyre me të reja dhe pajisja të rikthehet në gjendje pune, pjesët e defektuara do të mbahen nga AK dhe do të ruhen në magazin duke u bërë hyrje.

(Sqarim: Afati i garancisë së pjesëve të këmbimit mund të tejkalojë afatin e kësaj kontrate. I kontraktuari detyrohet të mirëmbajë, sipas kushteve të garancisë, pjesën e këmbimit edhe pas afatit të përfundimit të kësaj kontrate nëse defekti i pjesës ndodh brenda afatit një vjeçar të garancisë së pjesës së këmbimit/ ose arrijen e maksimumit të konsumit të vërtetuar nga prodhuesi.)

FORMULARI I SHËRBIMEVE DHE GRAFIKUT TË EKZEKUTIMIT

Shërbimi që kërkohet: “Mirëmbajtje e Paisjeve Mjekësore Spitalit Rajonal Berat, Marrëveshje kuadër me disa operatorë ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 (një) vjeçar (12 muaj).

Shënim: Oferta e paraqitur nga operatorët ekonomik të interesuar duhet të paraqitet cmimi/vlera për zërat sipas ofertes ekonomike.

Afatet e ekzekutimit:

Kohëzgjatja e kontratës: 12 muaj nga lidhja e Marrëveshjes Kuadër .

Kontratrat do të jepen brenda periudhës, nga momenti i lidhjes së MK me OE fitues, me afat përfundimtar, 12 muaj nga lidhja e MK.

FORMULARI I TERMAVE TË REFERENCËS

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: “Mirembajtje e Pajisjeve Mjekesore Spitalit Rajonal Berat, Marrëveshje kuadër me nje operatorë ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 (nje) vjeçar (12 muaj).

Mirembajtja e aparaturave mjekesore te Spitalit Rajonal Berat do te behet per nje periudhen 12 mujore.

1. Mirembajtja e aparaturave te kirurgjise, salles se operacionit dhe urgjences

Aparaturat mjekesore te sallave te operacionit sic jane aparatet e narkozes, elektrobisturite, defibrilatorët, aspiratorët kirurgjikale jane aparatura me rrisht te larte per jeten, prandaj kerkohet qe mirembajtja e tyre te jete sipas kushteve te kontrates.

2. Mirembajtja e aparaturave te Patologjise dhe Reanimacionit

Ne keto pavione jane parashikuar te behen mirembajtja e ECG ,monitoreve shiringave elektrike etj. Mirembajtja e tyre behet sipas preventivit bashkengjitur ketyre termave te references dhe zevendesimi I pjeseve te kemibimit sic jane kabllot e pacientit ne rastet kur jane te demtuara.

Theksojme qe operatori duhet te jete I gatshem per kryerjen e mirembajtjes dhe riparimit te ketyre aparaturave pasi mungesa e tyre per shkak te qenies me defekt shkakton probleme te medha ne ekzaminimin dhe vleresimin e pacienteve dhe mbarevatjen e punes ne spital.

Operatori (OE) duhet të paraqitet për të kontrolluar e verifikuar defektin brenda 48 oreve nga marrja e njoftimeve (me e-mail/telefon me te të dhënat e kontaktit të paraqitur) nga Sektori i IT-se për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo defekte të pajisjes.

Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi, rregullimi i defektit duhet të realizohet jo më vonë se 2 (dy) deri 3 (tre) diteve pas marrjes së njoftimit.

Në rast se konstatohet se për korigjimin e një defekti nevojiten pjesë këmbimi, OE duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë defektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7-10 ditëve pune nga data e hartimit të procesverbalit të verifikimit të defektit, model të standartizuar nga AK.

Shpërndarja: Në godinat e Spitalit Rajonal Berat dhe Polikliniken e Specialiteteve, në të gjitha shërbimet ku ndodhen pajisjet mjekësore të cilat janë përcaktuar në tabelat e detajuara dhe do të rifreskohen në momentin e lidhjes së kontratës me Operatorin Ekonomik fitues.

Vendi dhe dorëzimi i shërbimeve: Spitali Rajonal Berat dhe Poliklinika e Specialiteteve

Grafiku i shërbimit dhe termat e references : jane vendosur ne perputhje me piken 1 te nenit 41 te **VKM-se Nr. 285, date 19.05.2021** “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ne te cilen gjejme te percaktuar se: *1. Në procedurat e prokurimit për shërbime, autoriteti/enti kontraktor , duhet te percaktoj qarte termat e references dhe afatet kohore kur duhet te kryhen*

Afatet e ekzekutimit: Shërbimi i mirëmbajtjes do të kryhet nga lidhja e kontratës Brenda MK me afat 12 muaj nga marrëveshja kuadër. Shërbimi do të ofrohet sipas Mini - Kontratave të lidhura Brenda MK.

Detyrat: Mirëmbajtja e pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen sikurse e cilëson prodhuesi dhe urdheri Nr. 2372 Prot., date 11.09.2007 per : ‘Miratimi i Politikës Kombëtare për Menaxhimin e Pajisjeve Mjekësore në Shqipëri’, furnizim dhe ndërrimin e pjesëve të këmbimit dhe aksesoreve dhe instalimin e pjesëve të reja me kërkesë nga Autoriteti Kontraktues.

Shpërndarja: Në godinat e Spitalit Rajonal Berat dhe Poliklinikën e Specialiteteve, në të gjitha shërbimet ku ndodhen pajisjet mjekësore të cilat janë përcaktuar në tabelat e detajuara dhe do të rifreskohen në momentin e lidhjes së kontratës me Operatorin Ekonomik fitues.

Vendi i kryerjes së shërbimeve: Spitalit Rajonal Berat dhe Poliklinikën e Specialiteteve.

Shënim: Kontratat do të jepen brenda periudhës, nga momenti i lidhjes së MK me OE fitues, me afat përfundimtar, 12 muaj nga lidhja e MK.

Kontratat do të lidhet me zëra të veçantë, bazuar në periudhën e garancisë.

Kontratat do të lidhen, me kërkesën e Sektorit të IT-se bazuar në periudhën e mbulimit të shërbimit, të përcaktuara nga kjo drejtori brenda periudhës së Marrëveshjes Kuadër.

Specifikimet teknike

Argumentimi: Specifikimet teknike janë vendosur në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, “b) në rast të prokurimit publik të mallrave ose shërbimeve, specifikimi me të cilin përkufizohen karakteristikat e prodhimit ose shërbimit, siç janë niveli i cilësisë, ndikimi mbi mjedisin jetësor dhe ndikimet klimatike, përshkrimi i të gjitha kushteve, duke përfshirë edhe arritshmëri për persona me aftësi të kufizuara dhe vlerësim të përputhshmërisë, niveli i realizimit, shfrytëzimi i prodhimit, siguri ose dimensione, duke i përfshirë edhe kërkesat relevante për produktin në raport me emërtimin me të cilin shitet, terminologjinë, simbolet, testimet dhe metodat për testim, paketimin, shënimin dhe etiketimin, si dhe udhëzime për përdorim, proceset dhe metodat e prodhimit në secilën fazë të jetëgjatësisë së mallrave dhe shërbimeve, si dhe procedura për vlerësim të përputhshmërisë” si dhe nenit 41, pika 1, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, “Në procedurat e prokurimit për shërbime, autoriteti/enti kontraktor duhet të përcaktojë qartë në termat e referencës, natyrën, objektin, qëllimin, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit që do të kryhet.”

Argumentimi: Specifikimet teknike janë hartuar nga Specialist i fushës Inxhinier Biomjekësor të miratuara me shkresën me Nr. 1830 Prot., date 22.04.2024.

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.**

Kujdes:Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

NJESIA E PROKURIMIT

Armelin Çili

Elona Dundo

Kamela Halitaj

MIRATOI

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ANILA KALA