



MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE
OPERATORI I SHËRBIMIVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
QENDRA SPITALORE RAJONALE BERAT

Nr. _____ Prot.

Berat, më _____ / _____ /2025.

Shtojca 11.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT

[04.03.2025]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☒ ose

BIOMETRIC ALBANIA NIPT J61827062E, *adresa:* TIRANE; Tirane; Bulevardi Zhan D'ark, Pallati 53, Ap 6b, Tiranë.;

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☒

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☒

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: Mallra

Lloji i Procedurës së prokurimit: PROCEDURËN E HAPUR MALLRA

Numri i Procedurës /referenca e Lotit: REF-28920-11-11-2024, Loti 2: “Blerje pajisje mjekësore "Kullë Laparoskopike Endoskopike" REF-28927-11-11-2024

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Blerje Pajisje Mjekësore me 2 lote]: Loti 2: “Blerje pajisje mjekësore "Kullë Laparoskopike Endoskopike”

Kohëzgjatja e kontratës: 45 (dyzete e pese) dite nga nenshkrimi i kontrates

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: 12/11/2024

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletinin e Njoftimeve Publike [Data:18.11.2024,] [Numri 80]

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim x

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. BIOMETRIC ALBANIA

NIPT J61827062E

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera 7,870,000 (shtatë milion e tetëqind e shtatëdhjetë mijë) lekë pa Tvsh
(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO x

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. “Health & Light”

NIPT L42231011L

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera: Nuk ka dorëzuar ofertë ekonomike

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO x

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

3. “FEDOS”

NIPT K01514009I

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera: 6,227,499.76 (gjashtë milionë e dyqind e njëzet e shtatë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë pik shtatëdhjetë e gjashtë) lekë pa Tvsh

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. “Health & Light”

NIPT L42231011L

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Per arsytet e mëposhtme:

“Health & Light” me NIPT L42231011L

Për mos dorëzim të ofertës ekonomike dhe mos plotësim të kriterëve dhe specifikimeve teknike të kërkuara në DST.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. “FEDOS”

NIPT K01514009I

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Per arsytet e mëposhtme:

FEDOS” NIPT K01514009I

Për mospërmbushje të disa specifikimeve teknike të kërkuara në DST dhe në kriterin 2.3.3. si vijon:

➤ *Procesori dhe kamera*

Specifikimi i kërkuar: Procesori të mund të njohe USB dhe të shfaqë statusin dhe kohën e mbetur të regjistrimit në panelin e kontrollit.

Specifikimi nuk gjendet i markuar në katalog.

Specifikimi i kërkuar: Koka e kameras , se bashku me couplerin te mundesoje vendosjen e teleskopeve optike me diameter deri ne 32 mm.

Specifikimi nuk gjendet i markuar në katalog.

➤ *Burimi i drites*

Specifikimi i kërkuar: Ngjyra e temperatures te mund te pershtatet minimalisht deri ne 6600K.

Në katalog gjendet: “Temperatura e dritës së ngjyrës, K 6500 “, pra 100K më pak.

➤ *Insuflatori*

Specifikimi i kërkuar: Mundesi rrjedhje deri ne 45 l/min me diapazon te rregullueshem rrjedhje nga 2-50 l/min.

Në katalog nuk gjendet pjesa e specifikimit: “me diapazon te rregullueshem rrjedhje nga 2-50 l/min”

Specifikimi i kërkuar: Te kete te paracaktuara disa modalitete pune perfshire: pediatrik, adult, bariatrik,retroperitoneum dhe te rregullueshem.

Në katalog nuk gjenden të listuar të gjitha modalitetet e listuar në specifikim.

➤ *Elektrobisturi*

Specifikimi i kërkuar: Panel kontrolli minimalisht 6 deri ne 8 inch, me prekje.

Në katalog nuk gjenden të dhëna për madhësinë e panelit.

Specifikimi i kërkuar: Te mundesoje shpjegim per perdoruesin mbi zgjidhjen e problemit per te cilin ndodhi alarmi,si probleme me furnizimin me energji, shkeputje te kabujve etj

Në katalog nuk gjenden të gjithë elementët përberes të specifikimit.

Specifikimi i kërkuar: Mundesi per konfigurime te programeve, si modalitetet e energjise, intensitetin e energjise,tipin e elektrodës etj.

Në katalog gjendet: “memorie të programueshme me 199 vende nga përdoruesi të cilat ruajnë profilin e plotë të përdoruesit”, dhe nuk i shpreh sipas listimit të kërkuar në specifikim.

Specifikimi i kërkuar: Modalitetet koaguluese bipolare: minimalisht modaliteti Precise, Standard , Macro dhe Soft.

Në katalog nuk gjenden të markuar modalitetet: “Precise, Standard, Soft”

Specifikimi i kërkuar: Te kete te perfshire pedalin e kembes per modalitetin monopolar si dhe pedalin e kembes per modalitetin bipolar.

Në katalog nuk gjendet e markuar pjesa e specifikës për: “pedalin e kembes per modalitetin bipolar”

➤ *Pompe thithje/irrigimi*

Specifikimi i kërkuar: Te kompensoje automatikisht diferencat e presioneve duke kontrolluar dhe kalibruar diferencen e lartesisë së aparatit nga pacienti si dhe llojin e kellefit te teleskopit.

Në katalog nuk gjendet: “dhe llojin e kellefit te teleskopit”

Specifikimi i kërkuar: Teknologji e pompes me rrul rrotullues, me jo me pak se 3-6 akse, per te permiresuar njetrajtshmerine e rrjedhjes dhe presionit

Nuk gjendet i markuar në katalog ky specifikim.

Specifikimi i kërkuar: Mbushja e tubave dhe vete kalibrimi te behen ne jo me shume se 30 sekonda.

Nuk gjendet i markuar në katalog ky specifikim.

Specifikimi i kërkuar: Te shoqerohet me karrel te pershtatshem per pompen dhe per vendosjen e qeseve te solucionit me te pakten 2 hook.

Në katalog nuk gjendet i markuar sa hook.

➤ *Endoskopi Rigid*

Specifikimi i kërkuar: Kend Shikimi $\geq 75^\circ$

Nuk gjendet i markuar në katalog ky specifikim.

Specifikimi i kërkuar: Thellesia e fushes-DOF: jo me pak se 3 deri ne 200mm

Nuk gjendet i markuar në katalog ky specifikim.

Specifikimi i kërkuar: E autoklavueshme, ne jo me pak se 450 here

Nuk gjendet i markuar në katalog ky specifikim.

➤ *Aksesore dhe instrumenta*

Specifikimi i kërkuar: Reduktore $\varnothing 10$ - $\varnothing 5$ mm – 4 cope

Nuk gjendet i markuar ne katalog ky specifikim

Specifikimi i kërkuar: Gjilpere Veress $\varnothing 2.5$ x (140 mm) – 2 cope

Në katalog gjendet me përmasat $\varnothing 2$, dhe nuk gjendet me 140 mm, por 120mm ose 150 mm.....

Specifikimi i kërkuar: Gjilpere Veress $\varnothing 2.5$ x (120mm) – 2 cope

Në katalog gjendet me përmasat $\varnothing 2.7$

Specifikimi i kërkuar: Kabell monopolar dhe bipolar – 1 cope secila

Në katalog nuk gjendet e markuar specifika për kabell bipolar

Specifikimi i kërkuar: Aplikator per klipe titanium small $\varnothing 5$ x (320-340mm) – 1 cope

Në katalog nuk gjendet e markuar klipe titanium small $\varnothing 5$, por vetëm $\varnothing 10$

Në katalog për të gjitha specifikimet e listuara me poshtë, dimensionimi është jashtë intervalit të kërkuar në specifikime, dmth duhet (340-360mm) por në katalog gjendet 330 mm, pra 10 mm më pak.

Specifikimi i kërkuar:

Gershene Mezenbaum $\varnothing 5$ x (340-360mm) -1 cope

Pince me maje te kthyer, kapje dhe disektimi (gjatesi e majes jo me pak se 15mm) , $\varnothing 5$ x (340-360mm) -1 cope

Pince me maje te harkuar Kelly, kapje dhe disektimi (gjatesi e majes jo me pak se 20mm) , $\varnothing 5$ x (340-360mm) -1 cope

Pince kapje Bowel (gjatesi e majes jo me pak se 17mm) , $\varnothing 5$ x (340-360mm) -1 cope

Pince kapje atraumatike (gjatesi e majes jo me pak se 22mm), $\varnothing 5$ x (340-360mm) -1 cope

Pince kapje Croce-olmi (gjatesi e majes jo me pak se 25mm) , $\varnothing 5$ x (340-360mm) -1 cope

Pince kapje DeBaKey (gjatesi e majes jo me pak se 30mm) , $\varnothing 5$ x (340-360mm) -1 cope

Fan retractor me 3-5 tehe $\varnothing 5$ x (340-360mm) – 1 cope

Gjithashtu për 2 specifikat më poshtë (të listuara edhe më lart për dimensionin) nuk gjendet e markuar gjatësia e majës:

Specifikimi i kërkuar:

Pince me maje te kthyer, kapje dhe disektimi (gjatesi e majes jo me pak se 15mm) , $\varnothing 5$ x (340-360mm) -1 cope

Pince me maje te harkuar Kelly, kapje dhe disektimi (gjatesi e majes jo me pak se 20mm) , $\varnothing 5$ x (340-360mm) -1 cope

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [**BIOMETRIC ALBANIA** NIPT J61827062E, *adresa: TIRANE; Tirane; Bulevardi Zhan D'ark, Pallati 53, Ap 6b, Tiranë.*], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 7,870,000 (shtatë milion e tetëqind e shtatëdhjetë mijë) lekë pa Tvsh / totali i pikëve të marra [*nuk aplikohet*] është identifikuar si ofertues i sukseshëm.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Arben KONOMI