

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Blerje kite/reagent, materiale konsumi per ekstraktorin automatik QIASyphony për testimet e Covid-19

Nr.	Kodi I katalogut	Emertimi	Specifikimi teknik	Amballazhi/ose Paketimi	Njesia	Sasia	Origjina e mallit	Kompania prodhuese	afati I levrimit
1		Kit per amplifikimin e ARN-se	<p>Kiti duhet të jete i destinuar për aplikime te biologjise molekulare. Te bazohet ne teknologjine me grimca magnetike per izolimin dhe purifikimin automatik simultan te acideve nukleike nga mostra biologjike si serum, plazem, CSF, mostra respiratore (tamponë, apirate, peshtyme, lavazhe bronkoalveolare), urine dhe tamponë urogjenitale (cervikal dhe uretral). Te purifikojë acide nukleike nga nje spekter i gjere virusesh me ADN dhe ARN si dhe ADN bakteriale prej bakteveve Gram-negative dhe Gram-pozitive. Acidi nukleik i purifikuar te jete i gatshem per perdorim direkt ne procese te metejshme si psh. amplifikim apo reaksione te tjera enzimatike. Te permbaje reagente per purifikimin teresish automatik te acideve nukleike virale.</p> <p>Duhet te jete i pershtatshem per ekstraktorin QIASyphony SP. Kiti duhet te jete i standartizuar per te kryer te pakten 192 teste me nje volum mostre prej 200 µl/test. Kiti duhet te permbaje: kartrixhe per te gjithë reagentet e nevojshem se bashku me kapaket respektive, stativ per enzimen, tampon AVE 1 (te pakten 20ml), tampon AVE 2 (te pakten 2 ml), ARN carrier si dhe instruksionet e nevojshme per perdorim dhe cdo reagent tjetër te nevojshme per te zhvilluar reaksionin</p>	192 test/ reaksione per kit	teste ose reaksione	138,240			
2		Tub	Tub ne forme konike me vellim 2 ml për manipulim me reagentet e kitit perkates I cili është i pershtatshem per ekstraktorin QIASyphony.	2*500 copë/kuti	kuti	160			

Dokumentat Standarde të Tenderit

3	Kartrixh per pergatitje mostre	Kartrixh plastik me tete gropeza per pergatitjen e mostres. Duhet te jete i pershtatshem per ekstraktorin QIASymphony .	336 kartdrixhe/ kuti	kuti	400			
4	Kapake mbulues	Blok me 8 kapake mbulues per procesin e ekstraktimit te mostres. Duhet te jete te pershtatshem per ekstraktorin QIASymphony .	144/kuti	kuti	150			
5	Maja me filter	Me filter, me vellim 200 µl dhe te vendosura ne rack-e me paketim 8 x 128. Duhet te jene te pershtatshme per ekstraktorin QIASymphony .	(8*128) ose 1024 maja /kuti	kuti	200			
6	Maja me filter	Me filter, me vellim 1500 µl dhe te vendosura ne rack-e me paketim 8 x 128. Duhet te jene te pershtatshme per ekstraktorin QIASymphony .	(8*128) ose 1024 maja /kuti	kuti	540			
7	Mikrotuba	Per procesin e tretjes. Prej polipropileni josterile me kapacitet maksimal 0,85 ml dhe me kapaket respektive. Paketimi 2304 gopeza te vendosur ne rack-e me 96. Duhet te jene te pershtatshem per ekstraktorin QIASymphony .	(24*96)/kuti	kuti	65			
8	Kapake	Kapake per mikrotubat e tretjes te lidhur me njeri-tjetrin ne shirita. Cdo shirit permban 8 kapake. Duhet te jene te pershtatshem per ekstraktorin QIASymphony.	(50*8)/kuti	kuti	350			
9	Majtese tubash mostre	Mbatjese tubash mostre per 24 tuba . Duhet te jene te pershtatshem per ekstraktorin QIASymphony.	cope	cope	5			
10	Adaptor per tuba 2 ml	Adaptor per tuba 2 ml qe vendosen ne mbajtesen e tubave te mostres. Duhet te jene te pershtatshem per ekstraktorin QIASymphony.	24 cope/ kuti	kuti	5			
11	Tampon per lizen qelizore	Tampon per procesin e lizes virale/bakteriale. I perdorshem ne protokollet e lizimit te patogjeneve komplekse. Duhet te jete i pershtatshem per procesin e purifikimit me ekstraktorin QIASymphony.	4*50 ml/kuti	kuti	10			

KUJDES: Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

Afati i skadencës: duhet të jetë jo më pak se 10 muaj nga data e lëvrimit të mallit në ISHP.

Skadencia duhet të jetë e shënuar në ambalazh.

Ambalazhimi të jetë i përshtatshëm sipas llojit të mallit të shoqëruar me etiketat dhe markimin përkatës