

Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

- a. Bordet e kokës dhe kembeve mund të cmontohen (ABS)
- b. Struktura anësore mbajtëse prej alumini me mbyllje alumini.
- c. Pjesa e sipërme e krevatit e përbërë nga shufra celiku me hapësirën e veshur me pluhur epoksi, për të qenë anti korrodive.
- d. Korniza e krevatit e përbërë prej celiku me fortesë të mesme.
- e. Rrota të mbuluara me diametër 125 mm me frenë.
- f. Dimensionet 2100*980*480mm
- g. Me tre funksione të ndryshme me levizje manuale, shpina 70°, gjunjët 30°
- h. Ndryshimi i lartësisë në 480-700mm
- i. Me mbajtëse
- j. Dysheqe spitalor me mbulesë fleksibile, rezistente ndaj ujit, përbërë nga shkume polietirani, trashësi jo më pak se 8mm.

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Fondi limit 3,800,000 leke

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Shtretër pacienti spitalor manual+stativa serumi+dyshek+mbulesë spitalore	Cope	45		
	Shuma pa tvsh				
	tvsh				
	Shuma me tvsh				

Afatet e lëvrimit:

Me lidhjen e kontratës deri në 10 ditë