

## SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:Pershkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

**Loti 1 Furnizim Vendosje Paisje Mobilimi,Aspirimi -Kondicionimi per Repartin e Rikonstruktuar te Urgjences per Spitalin Rajonal Berat.**

leke

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Banak per Reception	Cope	2		
2	Dollap Rrobash per zyra(nje kanata)	Cope	6		
3	Dollap Rrobash per zyra(dy kanate)	Cope	4		
4	Karrike Rrotulluese Zyre	Cope	4		
5	Karrike Tip Kinema	Cope	10		
6	Komedina dyshe (ushtari)	Cope	10		
7	Krevat Druri tek	Cope	2		
8	Tavoline per Dhome	Cope	8		
9	Tavolin e thjesht pune ne forme L	Cope	1		
10	Kredence e ulet	Cope	1		
11	Perde e levizeshme	Cope	5		
12	Perde fikse	Cope	12		
13	Grila Dritaresh	Cope	10		
14	F.V Sistem Aspirimi-Kondicionimi	komplet	1		
19	Vazo Lulesh	cope	10		
	vlera pa tvsh				2904660

**Loti 2;Furnizim Vendosje Paisje Mjeksore per Repartin e Rikonstruktuar te Urgjences per Spitalin Rajonal Berat.**

leke

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
15	Troller Medical	Cope	10		
16	Shtrat Vizitash	Cope	5		
17	Shtrate Pacienti elektrike	Cope	10		
	vlera pa tvsh				1262000

I.Shtrat Egzaminimi

- 1)Përmasat:56 x 185 x 66 cm
- 2)Pesha: 25 Kg
- 3)Skelet me profil hekuri 1,20 mm
- 4)Kater pozicione levizje manual per pjesen ballore
- 5)te jete e veshur me lekure
- 6)skelet I lyer me boje elektrostetike
- 7)Kembet te palosen ne rast mosperdorimi

II.Trolley mjeksor

- 1)PERMASAT : 40X80X175 cm
- 2)Pesha 40 kg.
- 3)Te jete i lyster me boje elektrostatike.
- 4)te jete i paisur me tre sirtare per nevoja te ndryshme.
- 5)te jete i paisur me 4 rrota te rrotullueshme 360 grade.

### III.Krevat Elektrik.

1. Duhet te jete i projektuar per diagnostifikim, vzhgim, trajtim, rehabilitim.
2. Levizjet e pozicionimit te pacientit duhet te kryhen me ane te dy elektromotoreve DC.
3. Elektromotoret te vihen ne levizje nepermjet baterie 9V.
4. Elektromotoret dhe mekanizmat e krevatit duhet te jene silencioze.
5. Levizjet e krevatit duhet te realizohen nepermjet pulti komandues.
6. Siperfaqja e shtratit duhet te jete e ndare ne kater pjese.
7. Pjesa ballore dhe fundore e krevatit t duhet te jene me kornize profili hekuri qe mund te cmontohen per tu pastruar.
8. Duhet te kete dy mbrojtese anesore hekuri sistem i pershtatur per levizje dhe mbrojtje sa me ideale per pacientin
- 9.Duhet te kete 4 pale rrota 2-she me frena qe mund te bllokohen dhe te kthehen 360 grade.
- 10.Krevati duhet kete hapsire per vendosjen e stativit ne kater kendet.
11. Skeleti duhet te jete i lyster me boje elektrostatike
- 12.Permasat e shtratit: (ExBxY) 100 x 200 x 45 cm + - 5 cm
13. Dysheku duhet te jete sfungjer me kater pjese.
14. Dimensionet e dyshekut duhet te jene 90x190x10 cm.
15. Materiali i fibrave dyshekut te jene 80 gr.

## SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet: sipas tabelës së mëposhtme.

Afatet e lëvrimit: Per tre muaj.

**Loti 1 Furnizim Vendosje Paisje Mobilimi,Aspirimi -Kondicionimi per Repartin e Rikonstruktuar te Urgjences per Spitalin Rajonal Berat.**

leke

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Banak per Reception	Cope	2		
2	Dollap Rrobash per zyra(nje kanata)	Cope	6		
3	Dollap Rrobash per zyra(dy kanate)	Cope	4		
4	Karrike Rrotulluese Zyre	Cope	4		
5	Karrike Tip Kinema	Cope	10		
6	Komedina dyshe (ushtari)	Cope	10		
7	Krevat Druri tek	Cope	2		
8	Tavoline per Dhome	Cope	8		
9	Tavolin e thjesht pune ne forme L	Cope	1		
10	Kredence e ulet	Cope	1		
11	Perde e levizeshme	Cope	5		
12	Perde fikse	Cope	12		
13	Grila Dritaresh	Cope	10		

14	F.V Sistem Aspirimi-Kondicionimi	komplet	1		
19	Vazo Lulesh	cope	10		
	vlera pa tvsh				2904660

**Loti 2;Furnizim Vendorsje Paisje Mjeksores per Repartin e Rikonstruktuar te Urgjences per Spitalin Rajonal Berat.**

**leke**

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
15	Troller Medical	Cope	10		
16	Shtrat Vizitash	Cope	5		
17	Shtrate Pacienti	Cope	10		
	vlera pa tvsh				1262000

