

**DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR
PROCEDURËN E HAPUR
SHËRBIME¹²**

(Marreveshje Kuader me 1 operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te pecaktuara)

“Avolxhim elektromotorresh, riparim pompash dhe transformatoresh”

¹ Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti /enti kontraktor do ti referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

² Seti i Dokumenteve Standarde të Tenderit për procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë hartohet në gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze. Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet variantit të setit në gjuhën shqipe me variantin në gjuhën angleze, do të merret për bazë seti në gjuhën shqipe.

NJOFTIME

NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT

(Për t'u Plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor nëse aplikohet)

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor;

Emri _____

Adresa _____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

☐

Njësi e autoriteteve vendore

☐

Institucioni i pavarur

☐

Të tjera

☐

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja
të veta

☐

I deleguar

☐

Organ Qendror blerës

☐

Ofrues shërbimi

Publik

☐

Privat

☐

Të tjera

☐

1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: _____

Tel/faks _____

E-mail _____

1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: _____

1.7 Tipi i kontratës: _____

1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor *(në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare)* :

1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër:

1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:

1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:

1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:

1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti/enti kontraktor:_____

NJOFTIMI I KONTRATËS*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)***Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor****1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor**

Emri:	Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Durres sha
Adresa:	L.17 Rr. Dalip Peza
Tel/Faks:	
E-mail:	Prokurimet.shrukd@ukdurre.al
Adresa e ueb-faqes:	www.shuk.al/durres
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	Z. Gentian Sufa gentian.sufa@ukdurre.al Znj. Esnaida Mullaj esnaida.mullaj@ukdurre.al

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

☐

Institucioni i pavarur

☐

Njësi e autoriteteve vendore

☐

Të tjera

X**1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

X

I deleguar

☐

Organ Qendror blerës

☐

Ofrues shërbimi

Publik ☐ Privat ☐

Të tjera

☐**1.4 Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:****Po**☐**Jo****X****1.5 Kontratë që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:**

Po	☐	Jo	X
----	--------------------------	----	---

1.6 Kontratë e rezervuar :

Po	☐	Jo	X
----	--------------------------	----	---

Seksioni 2: Objekti i Kontratës: Avolxhim elektromotorresh, riparim pompash dhe transformatoresh

2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve) REF-96412-08-17-2026

2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP) -Shërbim për riparimin dhe mirembajtjen e pompave 50511000-0

2.3 Lloji i Kontratës: “Kontratë Publike për Shërbime”

2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:

Po	X	Jo	☐
----	---	----	--------------------------

2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër:

Me një Operator Ekonomik X

Me disa Operatorë Ekonomikë ☐

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po X Jo ☐

2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes

Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:
--

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, arsyet e përzgjedhjes janë si më poshtë::

Kryerja e shërbimeve objekt prokurimi (avolxhimi i elektromotorëve, riparimi i pompave, transformatorëve dhe pajisjeve të tjera) nga operatorë të ndryshëm ekonomikë nuk do të ishte zgjidhja më e favorshme për Autoritetin Kontraktor, pasi do të shoqërohej me kosto
--

administrative shitesë dhe vonesa në realizimin e shërbimeve, për shkak të zhvillimit të procedurave të minikonkurrit për çdo kontratë të veçantë. Ndryshimi i OE në rast se kjo marrëveshje do të lidhej me disa OE ku të gjitha kushtet nuk janë të përcaktuara do të shkaktonte kosto shtesë, pasiguri dhe konfuzion për OE të suksesshëm, gjë që do të shoqërohej me rritjen e afateve të kryerjes së shërbimit. Lidhja e MK me një OE të vetëm, do të shoqërohej me mirëorganizimin e këtij të fundit për kryerjen e shërbimit në kohë.

Për më tepër, ndryshimi i operatorit ekonomik nga një kontratë në tjetrën do të krijonte vështirësi në koordinimin teknik, në ndjekjen e historikut të ndërhyrjeve dhe në organizimin e realizimit të shërbimeve. Ndërsa lidhja e marrëveshjes kuadër me një operator ekonomik të vetëm mundëson planifikim më të mirë të burimeve njerëzore, mjeteve teknike dhe kapaciteteve të nevojshme, duke garantuar realizimin e shërbimeve në kohë dhe sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor.

Marrëveshja kuadër me disa operatorë ekonomikë, kur jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara, nuk përbën në vetvete kontratë dhe nuk garanton lidhjen e kontratave të veçanta. Për rrjedhojë, Autoriteti Kontraktor nuk disponon mekanizma detyrues që sigurojnë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë të suksesshëm në minikonkurse. Kjo mund të sjellë vonesa ose dështime në realizimin e shërbimeve, duke ndikuar negativisht në funksionimin normal të aktivitetit të SHRUKD sh.a.

Me qëllim garantimin e realizimit të shërbimeve brenda afateve të përcaktuara, sigurimin e vazhdimësisë së funksionimit të sistemeve dhe administrimin sa më efikas të kontratës, Autoriteti Kontraktor vlerëson se lidhja e Marrëveshjes Kuadër me një operator ekonomik të vetëm përbën alternativën më të përshtatshme. Kjo garanton kryerjen e shërbimeve sipas kushteve të përcaktuara, brenda afateve të kërkuara dhe siguron stabilitet në menaxhimin e kontratës dhe në përmbushjen e nevojave të Autoritetit Kontraktor.

2.7 Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë:

Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër: ____ (Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër)

2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:

--	--	--

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër: SHRUKD sha

2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër :”Avolxhim elektromotorresh, riparim pompash dhe transformatorësh”

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: 49.522.300,00 (Dyzet e nente milion e pesëqind e njezet e dy mijë e treqind) Lekë pa TVSH.

Vlera e fondit Limit ne monedhen nderkombetare Euro sipas kursit te Bankes se Shqiperise eshte 533.300,66 (pesëqind e tridhjet e tre mijë e treqind presje gjashtedhjetë e gjashtë) **Euro.**

Kursi zyrtar i kembimit sipas Bankes te Shqiperise datë 17.08.2026 është 92.86 euro.

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është _____**

3. Burimi i financimit: Fondet e SHRUKD sha

4. Kodi Output: 0000000

5. Tipi:

Investime ☐ Kodi: _____ Vlera: _____

Shërbime **X** Kodi: 602 Vlera: 49.522.300

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:

Kohëzgjatja në muaj ☐☐☐ ose ditë ☐☐☐

Ose

Fillon më ☐☐☐☐☐ mbaron më ☐☐☐☐☐

2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 24 muaj nga dita e nesërme e punës pas nënshkrimit të marrëveshjes kuader. Afati i shërbimeve do të jetë 21 ditë pune nga marrja në dorëzim për çdo minikontratë

Kohëzgjatja në muaj: _____ ose ditë: _____ (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër)

Ose fillon më _____ / _____ / _____ (d/m/v)

mbaron më _____ / _____ / _____ (d/m/v)

2.12 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës: Magazinat SHRUKD sha

2.13 Ndarja në Lote:**Po****Jo****X**

Argumentimi në lidhje me Nenin 39, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar), për mos ndarjen në lote të procedurës së prokurimit:

Sqarim:Argumentimi për mosndarjen e procedurës në lote.

Referuar Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 2 ku prashikohet shprehimisht se: “Qëllimi i këtij ligji është:

- a) të rrisë efikasitetin dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik;
- b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;
- c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
- ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
- d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;
- dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.

Në kreun V, Neni 42, pikat 1 dhe 2 e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar parashikohet shprehimisht se:

1. Autoriteti/enti kontraktor e ndan një kontratë në lote sa herë kjo është e mundur. Në çdo rast, duhet të përcaktohet qartë madhësia dhe objekti i këtyre loteve.

2. Autoriteti kontraktor, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar, në rast se vendos të zhvillojë procedurën e prokurimit pa e ndarë në lote, duhet të parashikojë një përcaktim të arsyeve kryesore për këtë vendim, i cili bëhet pjesë e dosjes së tenderit. Ky detyrim nuk zbatohet në rastin e kontratave sektoriale.”

Në përputhje me nenin 42 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për rregullat e prokurimit publik”, autoriteti kontraktor ka detyrimin të vlerësojë mundësinë e ndarjes së kontratës në lote kur procedura është mbi kufirin e lartë monetar. Pas analizës së objektit të prokurimit “Avolxhim elektromotorresh, riparim pompash dhe transformatorësh”, është konstatuar se ndarja në lote nuk është e përshtatshme për arsyet e mëposhtme:

- Tërësia funksionale: Shërbimet e përfshira (avolxhimi i elektromotorëve, riparimi i pompave, riparimi i transformatorëve etj.) janë të ndërlidhura dhe përbëjnë një tërësi funksionale, e cila garanton mirëmbajtjen dhe rikthimin në gjendje pune të pajisjeve objekt prokurimi. Ndarja e procedurës në lote do të fragmentonte procesin e mirëmbajtjes, do të vështirësonte koordinimin ndërmjet operatorëve ekonomikë dhe mund të shkaktonte vonesa në realizimin e shërbimeve.

- Efikasiteti ekonomik: Procedura e unifikuar siguron ekonomi shkalle, ulje të kostove administrative dhe shmangje të menaxhimit të shumë kontratave. Kjo është në përputhje me parimin e përdorimit sa më efikas të fondeve publike.
- Koordinimi teknik: Shërbimet objekt prokurimi kërkojnë koordinim teknik të vazhdueshëm, diagnostikim, riparim dhe rikthim në funksion të pajisjeve brenda afateve të nevojshme të Autoritetit Kontraktor. Ndarja e procedurës në lote do të krijonte vështirësi në koordinimin ndërmjet operatorëve ekonomikë, do të rriste kohën e realizimit të shërbimeve dhe do të rrezikonte ndërprerjen ose vonesën e funksionimit normal të pajisjeve.
- Garancia dhe përgjegjësia: Një kontraktor i vetëm mund të ofrojë garanci të plotë për cilësinë e shërbimit. Në rast të ndarjes në lote, përgjegjësia do të shpërndahej dhe do të vështirësohej kontrolli i cilësisë.
- Interesi SHRUKD: Realizimi në kohë i shërbimeve të avolxhimit të elektromotorëve, riparimit të pompave, transformatorëve dhe pajisjeve të tjera objekt prokurimi është i domosdoshëm për garantimin e funksionimit të pandërprerë të sistemit të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve. Një kontratë e unifikuar siguron koordinim më efikas, redukton rrezikun e vonesave dhe garanton realizimin e shërbimeve sipas afateve dhe kërkesave të Autoritetit Kontraktor..
- Ndarja në lote nuk do të sillte përfitime reale për konkurrencën, pasi tregu ofron operatorë ekonomikë që mbulojnë të gjithë gamën e shërbimeve të kërkuara. Përkundrazi, ndarja do të krijonte barrë disproporcionale për administrimin e procedurës.

Për sa më lart AK gjykon dhe argumenton se nuk ka vend për ndarjen në lotë të procedurës objekt prokurimi.

2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

1. _____

2. _____

2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:

- ☐ një Lot,
- ☐ disa Lote,
- ☐ të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi _____

2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):

Po ☐ Jo ☒

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen

2.15 Pranoen variantet:

Po ☐ Jo ☒

2.15.1 Pranoet nënkontraktimi:

Po ☐ Jo ☒

Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:

(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)

2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:

Po ☐ Jo ☒

Shënime të tjera *(nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)*

2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilën ofertuesi ndalohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po

☐

Jo

X

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspektet kritike, që ndalohet mbështetja:

2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

☐

Jo

X

2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

☐

Jo

X

Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike

3.1 Sigurimi i ofertës: *(e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se sa prokurimi me vlerë të vogël).*

Në rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, në bazë të diskrecionit të tij, mund të kërkojë sigurimin e ofertës edhe për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 3.

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është **990.446,00** (nenteqind e nentedhjetë mijë e katerqind e dyzet e gjashtë) leke.

Ose 10.666,01 (Dhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtedhjetë e gjashtë presje zero nje) Euro.

Kursi zyrtar i kembimit sipas Bankes te Shqiperise datë 17.08.2026 është 92.86 euro

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Loti 1 _____ (shuma,monedha)

Loti 2 _____ (shuma monedha)

3.1.2 Autoriteti/ Enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor **CREDINS BANK sh.a 00001746811.**

3.1.3 Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:

i. garancisë bankare **X**

ose

ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente **X**

3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150 (shprehur në ditë)

Seksioni 4: Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E Hapur mbi kufirin e lartë monetar – Shërbime - Marreveshje kuader me 1 operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara

4.2. Është përdorur njoftimi paraprak / periodik i informacionit:

Po

☐

Jo

X

Nëse Po, numri i referencës është _____

4.2.1.Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po

☐

Jo X

4.3 Procedurë e rishpallur:

Po

☐

Jo

X

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit _____

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____ (shuma , monedha)

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A)³ **Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto** ☐

Sipas rëndësisë:

-çmimi ☐ pikët

- _____ ☐ ☐ pikët ☐ ☐

- _____ ☐ ☐ pikët ☐ ☐

- _____ ☐ ☐ pikët ☐ ☐

OSE

B) **oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X**

Në rastin e marrëveshjes kuadër, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasi të janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të vlerësuar).

4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data: **17.09.2026 ora 10:00**

Vendi: SPE

Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, www.app.gov.al.

³ Shënim. Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë. Në rastin e kontratave për shërbime me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme, kriter për shpalljen e ofertës fituese do të jetë “oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto”, ku çmimi do të ketë 20 pikë dhe propozimi teknik 80 pikë.

Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.

4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave, sipas parashikimeve në nenin 42, pika 6, të LPP (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po



Jo X

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

--

4.7 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:

Shqip

X

Anglisht

X

Seksioni 5: Informacione shtesë:

5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po



Jo

X

Nëse po

Monedha

Çmimi

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme)

Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

18.08.2026

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurrit]

FTESE PËR OFERTË

(shënoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për kryerjen e shërbimeve në vijim:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të shërbimeve të kërkuara:

Vendi i kryerjes së shërbimit: (jepni një përshkrim të shkurtër) _____

Kohëzgjatja e shërbimit: _____

Ofertat duhet të paraqiten në:

.....[jepni adresën e saktë]

Afati i fundit për pranimin e ofertave:

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Forma shkresore ☐

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.) ☐

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në
Buletinin e Njoftimeve Publike)*

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës sh.a

Adresa L.17 Rr.Dalip Peza

E-mail prokurimet.shrukd@ukdurrës.al

Web-faqe www.shuk.al/durres

2. Lloji i procedurës së prokurimit: **E Hapur mbi kufirin e larte monetar – shërbime – Marrëveshje Kuader me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara.**

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: **REF-96412-08-17-2026**

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: **Avolxhim elektromotorresh, riparim pompash dhe transformatoresh**

5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): **-Shërbim per riparimin dhe mirembajtjen e pompave 50511000-0**

6. **Fondi limit:** Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: 49.522.300,00 (Dyzet e nente milion e pesëqind e njetzet e dy mijë e treqind) Lekë pa TVSH.

Vlera e fondit Limit ne monedhen nderkombetare Euro sipas kursit te Bankes se Shqiperise eshte 533.300,66 (peseqind e tridhjet e tre mijë e treqind presje gjashtedhjetë e gjashtë) Euro.

Kursi zyrtar i kembimit sipas Bankes te Shqiperise datë 17.08.2026 është 92.86 euro.

7. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: **24 muaj nga dita e nesërme e punës pas nënshkrimit të marrëveshjes kuader. Afati i shërbimeve do të jetë 21 ditë pune nga marrja në dorezim për çdo minikontratë.**

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: **17.09.2026 Ora:10:00**

9. Procedurë e Rishpallur:

Po

☐

Jo

X

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit _____

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____ (shuma , monedha)

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

☐ Shërbime:		
Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t'u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër _____		
Numri i kontratës	Titulli i kontratës	Përshkrimi i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti/enti kontraktor dhe orientues për palët në proces.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit : _____

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumenteve të tenderit:

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar: _____

Shënim:

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentet e tenderit.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuadër: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër : _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit: _____

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e shërbimeve:

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër:

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): _____

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomikë:

Emri _____

NIPT: _____

Adresa _____

Kontaktet _____

15. Data e nënshkrimit të modifikimit: _____

16. Burimi i financimit: _____

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor _____

DOKUMENTET E TENDERIT

Përmbajtja:

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontratës.

Seksioni II: Shtojcat

Seksioni II përfshin Shtojcat, të cilat duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe Shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor si, specifikimet teknike, termat e references, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit.

Seksioni III. Termt dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Seksioni III përmban Kushtet e Përgjithshme dhe të Veçanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e sigurimit të kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

A. TË PËRGJITHSHME

1. Objekti i prokurimit

1. Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës.
2. Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP).

2. Operatorët Ekonomikë të përshtatshëm

a) “Operator ekonomik” është çdo person fizik ose juridik, ose ent publik apo grup personash/entesh, përfshirë shoqëritë me sipërmarrje të përkohshme të tyre dhe organizatat jofitimprurëse, të cilat ofrojnë kryerjen e punëve, furnizimin e mallrave ose ofrimin e shërbimeve në treg, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet").

Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):

- 1.1 të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare;
 - 1.2 BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.
- b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të cojë në refuzimin e Ofertës.

3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit

Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator

ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.

Autoriteti/Enti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.

4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit

1. Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime.
2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë sic është bërë publikimi i Dokumentave të Tenderit.
3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

B. PËRGATITJA E OFERTAVE

1. Shpenzimet e ofertimit

Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës.

2. Gjuha e Ofertës

Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës. Në procedurat e prokurimit nën kufijtë e lartë monetarë dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në gjuhën shqipe.

Në procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë, një ofertë është e kualifikueshme edhe nëse një pjesë e dokumentacionit të saj mund të jetë në gjuhën shqipe dhe një

pjesë në gjuhën angleze.

3. Dokumentet përbërëse të Ofertës

Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti/Enti kontraktor.

4. Formularët e tenderit dhe Listat e Çmimeve

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës Ekonomike në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqërues duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim, nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.

Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personi (at) e Autorizuar.

5. Ofertat Alternative

Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh.

6. Çmimet

1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës Ekonomike do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuara në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.

2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar shërbimet që do të kryhen dhe çmimin e tyre.

3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjitha Shërbimet pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë

dhe përbën vlerën totale të Ofertës.

5. Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.

7. Monedhat

Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.

8. Provueshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik

Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.

9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës

1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontratës pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.

2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërin nga format e mëposhtme:

a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor;

b) Garanci bankare;

c) Garanci sigurimi.

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.

3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti/Entin Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së

vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën.

Nëse autoriteti/Enti kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë operatori ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra sigurimi i ofertës së tij nuk konfiskohet.

10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave

Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE

11. Paraqitja e Ofertave

11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse.

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për kryerjen e Shërbimeve; Njoftimi Nr. ____.

**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA -----
--- d/m/v, në orën-----”.**

12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave

Oferta duhet të paraqitet brenda afatit të përcaktuar nga autoriteti/enti kontraktor. Nëse autoriteti/enti zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur.

Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti/enti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e

pamundur të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.

13. Ofertat me vonesë

Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i prokurimit elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.

14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet

1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij, në cdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimi të ofertave.

2. Në procedurat e prokurimit të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".

3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

15. Hapja e Ofertave

Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

E. SHQYRTIMI I OFERTAVE

16. Konfidencialiteti

Autoriteti/enti kontraktor duhet të ruaj konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.

17. Sqarimi i ofertave

Autoriteti/Enti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohej, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të

konfirmimit të korigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.

18. Përgjegjshmëria e ofertave

1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

- (a) "**Devijim**" është shmangia nga kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit;
- (b) "**Rezervim**" është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuara në Dokumentet e Tenderit; dhe
- (c) "**Mospranim**" është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit.

2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.

F. VLERËSIMI I OFERTAVE

19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik

1. Për një pjesë të kriterëve të pranimi të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklarate, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash. Operatori ekonomik mund të përdorë një formular vetëdeklarimi që është përdorur gjatë një procedure prokurimi të mëparshme, nëse informacioni që ajo përmban vazhdon të jetë i saktë dhe i vlefshëm.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret për të cilat nuk lejohet vetdeklarim.

Në rastin e operatorëve ekonomikë të huaj, dokumentet duhet të paraqiten në formën e kërkuar nga legjislacioni në

fuqi për njohjen e dokumentacionit. Në raste të dokumenteve që nuk lëshohen në vendin e origjinës, ky fakt duhet të provohet prej operatorëve ekonomikë.

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP).

20. Konvertimi në valutë të vetme

1. Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e kontratës.

21. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

1. Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto:

Në rastin kur oferta ekonomikisht më e favorshme identifikohet në bazë të koston, autoriteti ose enti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë vendosjen e çdo kriteri që do të përdorë, si dhe peshën specifike për secilin kriter, konkretisht, pikët që do të ketë çdo kriter dhe mënyrën e llogaritjes së pikëve për ofertuesit e njëpasnjëshëm. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

Formula që zbatohet për llogaritjen e pikëve është si më poshtë:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar,

që mund të jetë kriter me trend zbritës ose me trend rritës.

- a) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomikisht më të favorshme, për kriteret me trend zbritës, zbatohet formula si më poshtë:**

$$Pk1 = Vmink1 \times Pmaxk1 / Ok1$$

$Pk1$ _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

$Vmink1$ _____ Vlera më e ulët e ofruar për kriterin që po vlerësohet

$Pmaxk1$ _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$Ok1$ _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

- b) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomikisht më të favorshme, për kriteret me trend rritës, zbatohet formula si më poshtë:**

$$Pk1 = Ok1 \times Pmaxk1 / Vmaxk1$$

$Vmaxk1$ _____ Vlera më e lartë e ofruar për kriterin që vlerësohet

$Pmaxk1$ _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$Ok1$ _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

Në rastin e kontratave për shërbime me natyrë intelektuale ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme, autoritetet/entet kontraktore mund të përdorin kriteret e vlerësimit, si më poshtë:

Propozimi Teknik do të ketë 80 pikë

Kriteret e Vlerësimit

Pikët

- (i) Përvoja për Punë të Ngjashme të operatorit ekonomik**

Nënkriteret⁴

⁴ Në çdo rast, anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në mënyrë individuale duhet të argumentojnë dhe dokumentojnë lidhur me mënyrën e pikëzimit nënkritereve.

i/a Përvoja për punë të ngjashme

Operatorët ekonomikë, mund të vlerësohen sipas kontratave të sukseshme të ngjashme me objektin e prokurimit.

i/b. Kapaciteti ekonomik dhe certifikatat e standardeve të cilësisë

Operatorët ekonomikë mund të vlerësohen sipas kapacitetit ekonomik dhe certifikatave të standardeve të cilësisë së paraqitur në ofertë.

(ii) Metodologjia e Propozuar

Nënkriteret

ii/a. Përqasja teknike dhe metodologjia

ii.b Plani i punës dhe grafiku i dorëzimit të projektit

ii.c. Organizimi i Stafit

ii/a. Përqasja teknike dhe metodologjia: Operatori ekonomik duhet të shpjegojë që i ka kuptuar objektivat e detyrës së dhënë në Termat e Referencës, përqasjen teknike, metodologjinë për të realizuar aktivitetet e ndryshme duke përfutur rezultatet e pritura dhe shkallën e detajimit të këtyre rezultateve, të paraqesin problemet kryesore dhe rëndësinë e tyre dhe të shpjegojë përqasjen teknike që do të adaptojnë për zgjidhjen e tyre. Gjithashtu, duhet të shpjegohet metodologjia që propozojnë të adoptojë dhe të paraqesin kompatibilitetin e këtyre metodologjive me përqasjen e propozuar, duke mos përsëritur/kopjuar Termat e Referencës

ii/b. Plani i Punës dhe grafiku i dorëzimit të projektit: Operatori ekonomik duhet të propozojë aktivitetet kryesore të detyrës, përmbajtjen dhe kohëzgjatjen e dorëzimit të projektit, fazat dhe ndërlidhjen midis tyre, etapat e dorëzimit të raporteve dhe projektit. Plani i propozuar i punës duhet të përputhet me përqasjen teknike dhe metodologjinë, duke treguar se i ka kuptuar kërkesat e Termat e Referencës në plan pune konkret. Gjithashtu, duhet të tregojë aftësinë për t'i transformuar kërkesat e Termave të Referencës në plan pune konkret.

ii/c. Organizimi dhe Staf: Operatori ekonomik duhet të përshkruajë kompozimin dhe strukturën e stafit të tij, listën e ekspertëve kryesore, stafin mbështetës, CV e firmës dhe personelin ekonomiko-administrativ.

(iii) Kualifikimet e Stafit Kryesor të Propozuar

Numri i pikëve që do të vendoset për çdo pozicion apo specialitet duhet të përcaktohet duke marrë në konsideratë nënkriteret e mëposhtme dhe peshën përkatëse në përqindje:

a- Kualifikim i përgjithshëm

b. Eksperienca në fushën përkatëse

- Kualifikimi i përgjithshëm përfshin: arsimimin përkatës dhe trajnimet, vitet e eksperiencës.
- Eksperienca në fushën përkatëse përfshin: eksperienca në sektorin specifik, fushën përkatëse, të lidhura këto me pozicionin e përcaktuar në stafin kryesor.

2. Vlerësimi i Propozimeve Ekonomike kryhet sipas formulës së mëposhtme:

Propozimi Ekonomik do të ketë 20 pikë

Pe- Pikët për Propozimin Ekonomik

Çu- Çmimi më i Ulët i Ofruar

Ç – Çmimi Ofertues i Radhës (*duke filluar nga çmimi më i ulët*)

$$Pe = 100 \times \frac{\text{Çu}}{\text{Ç}}$$

(çmimi më i ulët = pikët maksimale për propozimin ekonomik)

Vlerësimi përfundimtar

Peshat për Propozimet Teknike dhe Financiare janë dhënë si më poshtë:

Pesha për Propozimin Teknik: $X = (\text{pikët e propozimit teknik} \times 0.8)$

pesha për Propozimin Ekonomik: $Y = (\text{pikët e propozimit ekonomik} \times 0.2)$

Oferta më e mirë do të jetë sipas kombinimit të pikëve të propozimit teknik dhe propozimit ekonomik. Formula e llogaritjes është si më poshtë:

Oferta më e mirë = $X + Y$

Opsioni 2) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme,

Bazuar në Çmim:

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

SHËNIM: 1. Autoriteti/Enti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor përdor si kriter vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

3. Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomikisht më e favorshme.

22. Korrigjimi i gabimeve aritmetike dhe ofertave anomalisht të ulëta

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike, autoriteti/enti i korrigjon këto gabime si më poshtë:

- (a) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje tek çmimi total, kur totali është shuma ose diferenca e nëntotaleve, çmimi i nëntotalit mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.
- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet shumës në fjalë dhe shumës në shifra, mbizotëron shuma në fjalë. Bën përjashtim nga ky rregull situata kur, shuma në fjalë ka mospërputhje me shumën në shifra, ndërkohë që kjo e fundit nuk ka gabime aritmetike në përlllogaritjen e zërave të ofertës.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;
- shuma absolute e të gjitha korrigjimeve është më pak se 2%, por nuk pranohet korrigjimi nga ofertuesi.

2. Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25% të fondit limit të përlogaritur.

Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Në procedurat e prokurimit me vlerë nën kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i refuzon ato, duke i skualifikuar nga procedura, pa i kërkuar sqarim ofertuesit/sve.

Në procedurat e prokurimit me vlerë mbi kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet ti kërkojë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe të vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin, në përputhje me dispozitat e këtij neni.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin/elementët specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O - Oferta

MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme

N - Numri i ofertave të vlefshme

PR (Zm) – Zbritje e mundshme

$$MO = O1 + O2 + O3 + \dots On / N$$

$$PR = 85 \% Mo$$

Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët.

3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes së shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

D. DHËNIA E KONTRATËS

23. Njoftimi i Fituesit

1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se, Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese.

24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/ Kontratës

1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.

Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:

- a) mundësi pagese nga ofertuesi në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit ose entit kontraktor;
- b) garanci bankare
- c) garanci nga shoqëri sigurimi.

DH. ANKESAT

25. Procedura e ankesës

1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes të ligjshëm për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen

ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

2. Në rastet e ankesave për vendimet e autoritetit ose entit kontraktor për përzgjedhjen e kandidatëve pas fazës së parakualifikimit ose për procesin e vlerësimit të ofertave, operatorët ekonomikë, të cilët kanë marrë pjesë në procedurën e prokurimit dhe mund të cenohen nga ankesa e paraqitur, kanë të drejtë të paraqesin argumentet e tyre në lidhje me këtë të fundit njëkohësisht pranë autoritetit ose entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.

Kundër vendimit të autoritetit ose entit kontraktor, operatorët ekonomikë të interesuar, të cilët kanë paraqitur argumentet e tyre në lidhje me ankesën, kanë të drejtën të ankohen pranë Komisionit të Prokurimit Publik.

3. Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

E. ANULIMI I PROCEDURËS

26. Anulimi i procedurës

1. Autoriteti / Enti kontraktor publikon Njoftimin për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.
2. Autoriteti/ enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:
 - a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë e përshtatshme në procedurat me faza;
 - b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;
 - c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
 - d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose

entit kontraktor ka ndryshuar;

e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 të LPP dhe nenin 75 të VKM 285/2021, të ndryshuar.

3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/ enti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.
4. Nëse, Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të rishpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna, nuk duhet të vijojë me rishpalljen e saj në Sistemin e Prokurimit Elektronik përpara përfundimit të afateve të ankimimit/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to.

SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1: Formulari i Ofertës [Ekonomike](#)

Shtojca 2: Lista e Çmimeve sipas elementëve përbërës të shërbimit

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4: Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklaratë mbi disponueshmërinë e anëtarit të stafit

Shtojca 6: Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 7: Formulari i Shërbimeve dhe Grafikut të ekzekutimit

Shtojca 8: Formulari i Termave të Referencës

Shtojca 9: Formulari i Kritereve të Përzgjedhjes së Ofertuesve

Shtojca 10: Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të skualifikimit

Shtojca 12: Formulari i Njoftimit të Fituesit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Fituesit, në përfundim të afateve të ankimimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit.

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër, në përfundim të afateve të ankimimit.

Shtojca 16: Formulari i Njoftimit të Anulimit të Procedurës së Prokurimit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

Shtojca 1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE⁵

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

- (a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:*[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]*, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.
- (b) Ne *[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rast]*, nuk jemi -të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës *[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]*.
- (c) Ne ofrojmë të kryejmë për Autoritetin/Entin Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Shërbimet për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve sipas elementëve përbërës të shërbimit dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.
 - (d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:
 - 1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
 - 2. Njoftimin e Kontratës;
 - 3. Kriteret e Përzgjedhjes;
 - 4. Specifikimet teknike, grafikun e ekzekutimit dhe termat e referencës;
 - 5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
 - 6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;

⁵ Vlera e ofertës ekonomike nuk duhet të kalojë dy shifra pas presjes dhjetore.

7. Lista e Çmimeve sipas elementëve përbërës të shërbimit.

- (e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**
- (f) Çmimi total i Ofertës sonë, **me TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca 2.*(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)***LISTA E ÇMIMEVE SIPAS ELEMENTËVE PËRBËRËS TË SHËRBIMIT****Data:** _____**Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:**
_____**Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë (në rast BOE):** _____**Monedha:** _____

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, do të zbatohen rregullat e përcaktuara në Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë elementëve përbërës të ofertës ekonomike duhet t'u vendoset çmimi i ofruar në këtë Listë, pasi elementët e Ofertës Ekonomike pa vlerë do të konsiderohen si shërbime të paofruara dhe do të cojnë në refuzimin e ofertës.

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
Nr.	Përshkrimi i elementëve të përbërës të Ofertës Ekonomike	Sasia	çmimi për njësi	Çmimi total (3 x 4X)	
1.					
2.					
3.					
4					
	Çmimi total				_____
Çmimi Neto pa TVSH					
TVSH (%)					
Çmimi total me TVSH:					
Emri i përfaqësuesit të ofertuesit					

Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca 3.

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit/entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 4

(Shtojcë për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)

Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial	Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni	Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni

VËMENDJE

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerrjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Përfaqësuesi i Ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 5.

(⁶Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik)

DEKLARATË

Mbi disponueshmërinë e anëtarit të stafit

Deklaratë për procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti/Enti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____, në cilësinë e anëtarit të stafit të operatorit ekonomik "....." për procedurën e prokurimit me objekt _____ nën përgjegjësinë time personale, **Deklaroj** se:

1. Autorizoj VETËM operatorin ekonomik "....." të paraqesë personin tim dhe të gjithë dokumentacion e nevojshëm, si anëtar i stafit të tij në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti/Enti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Deklarimi i personit tim, si anëtar i stafit nga ana e çdo operatori ekonomik tjetër, për procedurën e prokurimit me objektështë i pamiratuar dhe pa pëlqimin e personit tim.

2. Jam i disponueshëm në realizimin e objektit të prokurimit, sipas kushteve dhe afateve të përcaktuara nga autoriteti/enti kontraktor.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula

⁶ Kjo Shtojcë do të paraqitet në rastin e kontratave për shërbime me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme.

Shtojca 6.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Specifikimet Teknike të shërbimeve objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Në hartimin e specifikimeve teknike, autoritetet /entet kontraktore mbajnë në konsideratë detyrimet e përcaktuara në legjislacionin përkatës në fushat, si më poshtë:

- Kërkesat minimale të performancës së energjisë, siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi për efikasitetin e energjisë dhe për performancën energjetike në ndërtesa, konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji, përfshirë parashikimet për përdorimin e etiketave për produktet me ndikim në energji;
- Specifikimet teknike për produkte të caktuara, siç përcaktohet në aktet ligjore dhe nënligjore të fushës me qëllim përmirësimin e performancës energjetike dhe uljen e ndikimit;
- Çdo parashikim tjetër që buron nga legjislacioni mjedisor, energjetik, social dhe i punës.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Sasia e parashikuar për avolxhimin e elektromotorreve:

Tabela 1

Nr	Emertimi	Sasia
1	500 kW (electromotor centrifugal horizontal)	1

2	440 kW (elektromotor centrifugal horizontal)	2
3	350 kW (elektromotor zhytes uje I pijshem)	2
4	315 kW(elektromotor centrifugal horizontal)	2
5	200 kW(elektromotor centrifugal horizontal)	1
6	110 kW (elektromotor zhytes uje I pijshem)	2
7	75 kW(elektromotor zhytes kanalizime)	2
8	55 kW(elektromotor zhytes kanalizime)	1
9	30 kW(elektromotor zhytes kanalizime)	1
10	18.5 kW(elektromotor zhytes kanalizime)	1
11	300 kW(elektromotor centrifugal horizontal)	1
12	250 kW(elektromotor centrifugal horizontal)	1
13	125 kW(elektromotor centrifugal horizontal)	1
14	37 kW(elektromotor zhytes)	1
15	22 kW(elektromotor centrifugal horizontal)	1
16	17.5 kW(elektromotor zhytes)	1
17	15 kW(elektromotor zhytes)	1
18	11 kW(elektromotor vertikal siperfaqesor)	1
19	9 kW(elektromotor zhytes)	1
20	6 kW(elektromotor zhytes kanalizime)	1
21	5.5 kW(elektromotor zhytes)	1
22	5 kW(elektromotor zhytes)	1
23	4 kW(elektromotor zhytes)	1

Sasia e perashikuar per riparimin e pompave:

Tabela 2

Nr	Emertimi	Sasia
1	440 KW (Pompe horizontale centrifugale)	2
2	350 Kw (Pompe zhytese horizontale)	1
3	315 KW(Pompe horizontale centrifugale)	2
4	300 KW(Pompe horizontale centrifugale)	2
5	250 KW(Pompe horizontale centrifugale)	2
6	110 KW (Pompe zhytese)	1
7	75 kW(Pompe zhytese kanalizime)	4
8	30 KW(Pompe zhytese kanalizime)	2
9	18.5 kW(Pompe vertikale siperfaqesore)	4
10	500 KW (Pompe horizontale centrifugale)	2
11	125 kW(Pompe horizontale centrifugale)	1
12	55 KW(Pompe zhytese kanalizime)	1
13	22 KW(Pompe horizontale centrifugale)	4

14	18.5 kW(Pompe zhytëse kanalizime)	2
----	-----------------------------------	---

Sasia e perashikuar per riparimin e transformatoreve:

Tabela 3

Nr	Emertimi	Sasia
1	Transformator 250 kVA 6/0.4 kV	1
2	Transformator 100 kVA 6/0.4 kV	1
3	Transformator 2000 kVA 20/0.4 kV	1
4	Transformator 250 kVA 20/0.4 kV	1
5	Transformator 5600 kVA 35/20 kV	1
6	Transformator 100 kVA 10/0.4 kV	1
7	Transformator 50 kVA 10/0.4 kV	1
8	Transformator 250 kVA 10/0.4 kV	1
9	Transformator 400 kVA 20/6 kV	1
10	Transformator 1250 kVA 20/0.4 kV	1

SPECIFIKIMET TEKNIKE PER AVOLXHIM ELEKTROMOTORRESH

I.1	Emertimi	S_n	500 Kw (elektromotor horizontal centrifugal)		
I.2	Tensioni nominal I punes	$U (TM)$	6 kV		
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMENTIMEVE	Njesia			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1		

II.2	Hapja e kapakeve	komplet	1		
II.3	Nxjerrja e rotorit	cope	1		
II.4	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1		
III	PUNIME RIPARUESE				
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te T.M	cope	1		
III.2	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1		
III.3	Riparimi, pastrimi i kapakut	cope	2		
III.4	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
III.5	Pergatitja e nje peshtjelle te re te T.M	cope	3		
IV	PUNIME MONTIMI				
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
IV.2	Montimi i nje peshtjele te TM	cope	3		
IV.3	Montimi i zgjedhes	komplet	1		
IV.4	Tharja e peshtjellave T.M	komplet	1		
IV.5	Montimi i morseterise	cope	1		
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPARUESE				
V.1	Testet e izolacionit	grup	1		
V.2	Prova pa ngarkese	grup	1		
VI	PUNIME TE TJERA				
VI.1	Ngarkimi ne kamjon dhe transporti	komplet	1		
VI.2	Zevendesimi i guarnicioneve te ndryshem	cope	2		
VI.3	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te T.M	cope	6		
VI.4	Zevendesimi i kushinetave	cope	2		
VI.5	Nje bulon çeliku	cope	6		
VI.6	Nje bulon bronzi	cope	0		
VI.7	Zevendesimi i nje fleksibeli te T.M	cope	3		
VI.8	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	3		
VI.9	Lyerja e elektromotorit	grup	1		
VI.10	Montimi dhe venia ne pune ne impiantin e vendosur	grup	1		

I.1	Emertimi	S_n	440 Kw (e.motor horizontal centrifugal)		
I.2	Tensioni nominal I punes	$U (TM)$	6 kV		
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE	Njesia			

II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1		
II.2	Hapja e kapakeve	komplet	2		
II.3	Nxjerrja e rotorit	cope	1		
II.4	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1		
III	PUNIME RIPARUESE				
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te T.M	cope	1		
III.2	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1		
III.3	Riparimi, pastrimi i kapakut	cope	2		
III.4	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
III.5	Pergatitja e nje peshtjelle te re te T.M	cope	3		
IV	PUNIME MONTIMI				
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
IV.2	Montimi i nje peshtjele te TM	cope	3		
IV.3	Montimi i zgjedhes	komplet	1		
IV.4	Tharja e peshtjellave T.M	komplet	1		
IV.5	Montimi i morseterise	cope	1		
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPARUESE				
V.1	Testet e izolacionit	grup	1		
V.2	Prova pa ngarkese	grup	1		
VI	PUNIME TE TJERA				
VI.1	Ngarkimi ne kamjon dhe transporti	komplet	1		
VI.2	Zevendesimi i guarnicioneve te ndryshem	cope	2		
VI.3	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te T.M	cope	6		
VI.4	Zevendesimi i kushinetave	cope	2		
VI.5	Nje bulon çeliku	cope	6		
VI.6	Nje bulon bronzi	cope	0		
VI.7	Zevendesimi i nje fleksibeli te T.M	cope	3		
VI.8	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	3		
VI.9	Lyerja e elektromotorit	grup	1		
VI.10	Montimi dhe venia ne pune ne impiantin e vendosur	grup	1		

I.1	Emertimi	S_n	350 Kw (e.motor zhytes uje I pijshem)		
I.2	Tensioni nominal I punes	$U (TU)$	0.4 kV		

II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMENTIMEVE	Njesia			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1		
II.2	Hapja e kapakeve	komplet	2		
II.3	Nxjerrja e rotorit	cope	1		
II.4	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1		
III	PUNIME RIPARUESE				
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te T.U	cope	1		
III.2	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1		
III.3	Riparimi, pastrimi i kapakut	cope	2		
III.4	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.U per nje faze	cope	3		
III.5	Pergatitja e nje peshtjelle te re te T.U	cope	3		
IV	PUNIME MONTIMI				
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.U per nje faze	cope	3		
IV.2	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	3		
IV.3	Montimi i zgjedhes	komplet	1		
IV.4	Tharja e peshtjellave T.U	komplet	1		
IV.5	Montimi i morseterise	cope	1		
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPARUESE				
V.1	Testet e izolacionit	grup	1		
V.2	Prova pa ngarkese	grup	1		
VI	PUNIME TE TJERA				
VI.1	Ngarkimi ne kamjon dhe transporti	komplet	1		
VI.2	Zevendesimi i guarnicioneve te ndryshem	cope	2		
VI.3	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te T.U	cope	6		
VI.4	Zevendesimi i kushinetave	cope	2		
VI.5	Nje bulon çeliku	cope	6		
VI.6	Nje bulon bronzi	cope	0		
VI.7	Zevendesimi i nje fleksibeli te T.U	cope	3		
VI.8	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	3		
VI.9	Lyerja e elektromotorit	grup	1		
VI.10	Montimi dhe venia ne pune ne impiantin e vendosur	grup	1		

I.1	Emertimi	S_n	315 kW(e.motor horizontal centrifugal)		
I.2	Tensioni nominal I punes	$U (TU)$	0.4kV		
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE	Njesia			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1		
II.2	Hapja e kapakeve	komplet	2		
II.3	Nxjerrja e rotorit	cope	1		
II.4	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1		
III	PUNIME RIPARUESE				
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te T.U	cope	1		
III.2	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1		
III.3	Riparimi, pastrimi i kapakut	cope	2		
III.4	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
III.5	Pergatitja e nje peshtjelle te re te T.U	cope	3		
IV	PUNIME MONTIMI				
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
IV.2	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	3		
IV.3	Montimi i zgjedhes	komplet	1		
IV.4	Tharja e peshtjellave T.U	komplet	1		
IV.5	Montimi i morseterise	cope	1		
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPARUESE				
V.1	Testet e izolacionit	grup	1		
V.2	Prova pa ngarkese	grup	1		
VI	PUNIME TE TJERA				
VI.1	Ngarkimi ne kamjon dhe transporti	komplet	1		
VI.2	Zevendesimi i guarnicioneve te ndryshem	cope	2		
VI.3	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te T.U	cope	6		
VI.4	Zevendesimi i kushinetave	cope	2		
VI.5	Nje bulon çeliku	cope	6		
VI.6	Nje bulon bronzi	cope	0		
VI.7	Zevendesimi i nje fleksibeli te T.U	cope	3		
VI.8	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	3		
VI.9	Lyerja e elektromotorit	grup	1		
VI.10	Montimi dhe venia ne pune ne impiantin e vendosur	grup	1		

I.1	Emertimi	S_n	300 kW(e.motor centrifigal horizontal)		
I.2	Tensioni nominal I punes	$U (TU)$	0.4kV		
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE	Njesia			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1		
II.2	Hapja e kapakeve	komplet	2		
II.3	Nxjerrja e rotorit	cope	1		
II.4	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1		
III	PUNIME RIPARUESE				
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te T.U	cope	1		
III.2	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1		
III.3	Riparimi, pastrimi i kapakut	cope	2		
III.4	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
III.5	Pergatitja e nje peshtjelle te re te T.U	cope	3		
IV	PUNIME MONTIMI				
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
IV.2	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	3		
IV.3	Montimi i zgjedhes	komplet	1		
IV.4	Tharja e peshtjellave T.U	komplet	1		
IV.5	Montimi i morseterise	cope	1		
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPARUESE				
V.1	Testet e izolacionit	grup	1		
V.2	Prova pa ngarkese	grup	1		
VI	PUNIME TE TJERA				
VI.1	Ngarkimi ne kamjon dhe transporti	komplet	1		
VI.2	Zevendesimi i guarnicioneve te ndryshem	cope	2		
VI.3	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te T.U	cope	6		
VI.4	Zevendesimi i kushinetave	cope	2		
VI.5	Nje bulon çeliku	cope	6		
VI.6	Nje bulon bronzi	cope	0		
VI.7	Zevendesimi i nje fleksibeli te T.U	cope	3		
VI.8	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	3		
VI.9	Lyerja e elektromotorit	grup	1		

VI.10	Montimi dhe venia ne pune ne impiantin e vendosur	grup	1		

I.1	Emertimi	S_n	250 kW(e.motor centrifigal horizontal)		
I.2	Tensioni nominal I punes	$U (TU)$	0.4kV		
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE	Njesia			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1		
II.2	Hapja e kapakeve	komplet	2		
II.3	Nxjerrja e rotorit	cope	1		
II.4	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1		
III	PUNIME RIPARUESE				
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te T.U	cope	1		
III.2	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1		
III.3	Riparimi, pastrimi i kapakut	cope	2		
III.4	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
III.5	Pergatitja e nje peshtjelle te re te T.U	cope	3		
IV	PUNIME MONTIMI				
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
IV.2	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	3		
IV.3	Montimi i zgjedhes	komplet	1		
IV.4	Tharja e peshtjellave T.U	komplet	1		
IV.5	Montimi i morseterise	cope	1		
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPARUESE				
V.1	Testet e izolacionit	grup	1		
V.2	Prova pa ngarkese	grup	1		
VI	PUNIME TE TJERA				
VI.1	Ngarkimi ne kamjon dhe transporti	komplet	1		
VI.2	Zevendesimi i guarnicioneve te ndryshem	cope	2		
VI.3	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te T.U	cope	6		
VI.4	Zevendesimi i kushinetave	cope	2		
VI.5	Nje bulon çeliku	cope	6		
VI.6	Nje bulon bronzi	cope	0		
VI.7	Zevendesimi i nje fleksibeli te T.U	cope	3		

VI.8	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	3		
VI.9	Lyerja e elektromotorit	grup	1		
VI.10	Montimi dhe venia ne pune ne impiantin e vendosur	grup	1		

I.1	Emertimi	S_n	200 kW(e.motor centrifigal horizontal)		
	Tensioni nominal I punes	$U (TU)$	0.4kV		
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE	Njesia			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1		
II.2	Hapja e kapakeve	komplet	2		
II.3	Nxjerrja e rotorit	cope	1		
II.4	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1		
III	PUNIME RIPARUESE				
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te T.U	cope	1		
III.2	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1		
III.3	Riparimi, pastrimi i kapakut	cope	2		
III.4	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
III.5	Pergatitja e nje peshtjelle te re te T.U	cope	3		
IV	PUNIME MONTIMI				
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
IV.2	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	3		
IV.3	Montimi i zgjedhes	komplet	1		
IV.4	Tharja e peshtjellave T.U	komplet	1		
IV.5	Montimi i morseterise	cope	1		
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPARUESE				
V.1	Testet e izolacionit	grup	1		
V.2	Prova pa ngarkese	grup	1		
VI	PUNIME TE TJERA				
VI.1	Ngarkimi ne kamjon dhe transporti	komplet	1		
VI.2	Zevendesimi i guarnicioneve te ndryshem	cope	2		
VI.3	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te T.U	cope	6		
VI.4	Zevendesimi i kushinetave	cope	2		
VI.5	Nje bulon çeliku	cope	6		

VI.6	Nje bulon bronzi	cope	0		
VI.7	Zevendesimi i nje fleksibeli te T.U	cope	3		
VI.8	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	3		
VI.9	Lyerja e elektromotorit	grup	1		
VI.10	Montimi dhe venia ne pune ne impiantin e vendosur	grup	1		

I.1	Emertimi	S_n	125 kW(e.motor centrifigal horizontal)		
	Tensioni nominal I punes	$U (TU)$	0.4kV		
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE	Njesia			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1		
II.2	Hapja e kapakeve	komplet	2		
II.3	Nxjerrja e rotorit	cope	1		
II.4	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1		
III	PUNIME RIPARUESE				
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te T.U	cope	1		
III.2	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1		
III.3	Riparimi, pastrimi i kapakut	cope	2		
III.4	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
III.5	Pergatitja e nje peshtjelle te re te T.U	cope	3		
IV	PUNIME MONTIMI				
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
IV.2	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	3		
IV.3	Montimi i zgjedhes	komplet	1		
IV.4	Tharja e peshtjellave T.U	komplet	1		
IV.5	Montimi i morseterise	cope	1		
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPARUESE				
V.1	Testet e izolacionit	grup	1		
V.2	Prova pa ngarkese	grup	1		
VI	PUNIME TE TJERA				
VI.1	Ngarkimi ne kamjon dhe transporti	komplet	1		
VI.2	Zevendesimi i guarnicioneve te ndryshem	cope	2		
VI.3	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te T.U	cope	6		

VI.4	Zevendesimi i kushinetave	cope	2		
VI.5	Nje bulon çeliku	cope	6		
VI.6	Nje bulon bronzi	cope	0		
VI.7	Zevendesimi i nje fleksibeli te T.U	cope	3		
VI.8	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	3		
VI.9	Lyerja e elektromotorit	grup	1		
VI.10	Montimi dhe venia ne pune ne impiantin e vendosur	grup	1		

I.1	Emertimi	S_n	110 Kw (e.motor zhytes uje I pijshem)		
I.2	Tensioni nominal I punes	$U (TU)$	0.4 kV		
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE	Njesia			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1		
II.2	Hapja e kapakeve	komplet	2		
II.3	Nxjerrja e rotorit	cope	1		
II.4	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1		
III	PUNIME RIPARUESE				
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te T.U	cope	1		
III.2	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1		
III.3	Riparimi, pastrimi i kapakut	cope	2		
III.4	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.U per nje faze	cope	3		
III.5	Pergatitja e nje peshtjelle te re te T.U	cope	3		
IV	PUNIME MONTIMI				
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.U per nje faze	cope	3		
IV.2	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	3		
IV.3	Montimi i zgjedhes	komplet	1		
IV.4	Tharja e peshtjellave T.U	komplet	1		
IV.5	Montimi i morseterise	cope	1		
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPARUESE				
V.1	Testet e izolacionit	grup	1		
V.2	Prova pa ngarkese	grup	1		
VI	PUNIME TE TJERA				
VI.1	Ngarkimi ne kamjon dhe transporti	komplet	1		

VI.2	Zevendesimi i guarnicioneve te ndryshem	cope	2		
VI.3	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te T.U	cope	6		
VI.4	Zevendesimi i kushinetave	cope	2		
VI.5	Nje bulon çeliku	cope	6		
VI.6	Nje bulon bronzi	cope	0		
VI.7	Zevendesimi i nje fleksibeli te T.U	cope	3		
VI.8	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	3		
VI.9	Lyerja e elektromotorit	grup	1		
VI.10	Montimi dhe venia ne pune ne impiantin e vendosur	grup	1		

I.1	Emertimi	S_n	75 kW(e.motor zhytes kanalizime)		
I.2	Tensioni nominal I punes	$U (TU)$	0.4kV		
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE	Njesia			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1		
II.2	Hapja e kapakeve	komplet	2		
II.3	Nxjerrja e rotorit	cope	1		
II.4	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1		
III	PUNIME RIPARUESE				
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te T.U	cope	1		
III.2	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1		
III.3	Riparimi, pastrimi i kapakut	cope	2		
III.4	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
III.5	Pergatitja e nje peshtjelle te re te T.U	cope	3		
IV	PUNIME MONTIMI				
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
IV.2	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	3		
IV.3	Montimi i zgjedhes	komplet	1		
IV.4	Tharja e peshtjellave T.U	komplet	1		
IV.5	Montimi i morseterise	cope	1		
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPARUESE				
V.1	Testet e izolacionit	grup	1		
V.2	Prova pa ngarkese	grup	1		

VI	PUNIME TE TJERA				
VI.1	Ngarkimi ne kamjon dhe transporti	komplet	1		
VI.2	Zevendesimi i guarnicioneve te ndryshem	cope	2		
VI.3	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te T.U	cope	6		
VI.4	Zevendesimi i kushinetave	cope	2		
VI.5	Nje bulon çeliku	cope	6		
VI.6	Nje bulon alumini	cope	0		
VI.7	Zevendesimi i nje fleksibeli te T.U	cope	3		
VI.8	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	3		
VI.9	Lyerja e elektromotorit	grup	1		
VI.10	Montimi dhe venia ne pune ne impiantin e vendosur	grup	1		

I.1	Emertimi	S_n	55 kW(e.motor zhytes kanalizime)		
I.2	Tensioni nominal I punes	$U (TU)$	0.4kV		
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE	Njesia			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1		
II.2	Hapja e kapakeve	komplet	2		
II.3	Nxjerrja e rotorit	cope	1		
II.4	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1		
III	PUNIME RIPARUESE				
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te T.U	cope	1		
III.2	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1		
III.3	Riparimi, pastrimi i kapakut	cope	2		
III.4	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
III.5	Pergatitja e nje peshtjelle te re te T.U	cope	3		
IV	PUNIME MONTIMI				
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
IV.2	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	3		
IV.3	Montimi i zgjedhes	komplet	1		
IV.4	Tharja e peshtjellave T.U	komplet	1		
IV.5	Montimi i morseterise	cope	1		

V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPARUESE				
V.1	Testet e izolacionit	grup	1		
V.2	Prova pa ngarkese	grup	1		
VI	PUNIME TE TJERA				
VI.1	Ngarkimi ne kamjon dhe transporti	komplet	1		
VI.2	Zevendesimi i guarnicioneve te ndryshem	cope	2		
VI.3	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te T.U	cope	6		
VI.4	Zevendesimi i kushinetave	cope	2		
VI.5	Nje bulon çeliku	cope	6		
VI.6	Nje bulon bronzi	cope	0		
VI.7	Zevendesimi i nje fleksibeli te T.U	cope	3		
VI.8	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	3		
VI.9	Lyerja e elektromotorit	grup	1		
VI.10	Montimi dhe venia ne pune ne impiantin e vendosur	grup	1		

I.1	Emertimi	S_n	37 kW(e.motor zhytes uje I pijshem)		
I.2	Tensioni nominal I punes	$U (TU)$	0.4kV		
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE	Njesia			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1		
II.2	Hapja e kapakeve	komplet	2		
II.3	Nxjerrja e rotorit	cope	1		
II.4	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1		
III	PUNIME RIPARUESE				
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te T.U	cope	1		
III.2	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1		
III.3	Riparimi, pastrimi i kapakut	cope	2		
III.4	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
III.5	Pergatitja e nje peshtjelle te re te T.U	cope	3		
IV	PUNIME MONTIMI				
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
IV.2	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	3		
IV.3	Montimi i zgjedhes	komplet	1		
IV.4	Tharja e peshtjellave T.U	komplet	1		
IV.5	Montimi i morseterise	cope	1		

V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPARUESE				
V.1	Testet e izolacionit	grup	1		
V.2	Prova pa ngarkese	grup	1		
VI	PUNIME TE TJERA				
VI.1	Ngarkimi ne kamjon dhe transporti	komplet	1		
VI.2	Zevendesimi i guarnicioneve te ndryshem	cope	2		
VI.3	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te T.U	cope	6		
VI.4	Zevendesimi i kushinetave	cope	2		
VI.5	Nje bulon çeliku	cope	6		
VI.6	Nje bulon bronzi	cope	0		
VI.7	Zevendesimi i nje fleksibeli te T.U	cope	3		
VI.8	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	3		
VI.9	Lyerja e elektromotorit	grup	1		
VI.10	Montimi dhe venia ne pune ne impiantin e vendosur	grup	1		

I.1	Emertimi	S_n	30 kW(e.motor zhytes kanalizime)		
I.2	Tensioni nominal I punes	$U (TU)$	0.4kV		
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE	Njesia			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1		
II.2	Hapja e kapakeve	komplet	2		
II.3	Nxjerrja e rotorit	cope	1		
II.4	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1		
III	PUNIME RIPARUESE				
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te T.U	cope	1		
III.2	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1		
III.3	Riparimi, pastrimi i kapakut	cope	2		
III.4	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
III.5	Pergatitja e nje peshtjelle te re te T.U	cope	3		
IV	PUNIME MONTIMI				
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
IV.2	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	3		
IV.3	Montimi i zgjedhes	komplet	1		
IV.4	Tharja e peshtjellave T.U	komplet	1		

IV.5	Montimi i morseterise	cope	1		
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPARUESE				
V.1	Testet e izolacionit	grup	1		
V.2	Prova pa ngarkese	grup	1		
VI	PUNIME TE TJERA				
VI.1	Ngarkimi ne kamjon dhe transporti	komplet	1		
VI.2	Zevendesimi i guarnicioneve te ndryshem	cope	2		
VI.3	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te T.U	cope	6		
VI.4	Zevendesimi i kushinetave	cope	2		
VI.5	Nje bulon çeliku	cope	6		
VI.6	Nje bulon alumini	cope	0		
VI.7	Zevendesimi i nje fleksibeli te T.U	cope	3		
VI.8	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	3		
VI.9	Lyerja e elektromotorit	grup	1		
VI.10	Montimi dhe venia ne pune ne impiantin e vendosur	grup	1		

I.1	Emertimi	S_n	22 kW(e.motor centrifugal horizontal)		
I.2	Tensioni nominal I punes	$U (TU)$	0.4kV		
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE	Njesia			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1		
II.2	Hapja e kapakeve	komplet	2		
II.3	Nxjerrja e rotorit	cope	1		
II.4	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1		
III	PUNIME RIPARUESE				
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te T.U	cope	1		
III.2	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1		
III.3	Riparimi, pastrimi i kapakut	cope	2		
III.4	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
III.5	Pergatitja e nje peshtjelle te re te T.U	cope	3		
IV	PUNIME MONTIMI				

IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
IV.2	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	3		
IV.3	Montimi i zgjedhes	komplet	1		
IV.4	Tharja e peshtjellave T.U	komplet	1		
IV.5	Montimi i morseterise	cope	1		
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPARUESE				
V.1	Testet e izolacionit	grup	1		
V.2	Prova pa ngarkese	grup	1		
VI	PUNIME TE TJERA				
VI.1	Ngarkimi ne kamjon dhe transporti	komplet	1		
VI.2	Zevendesimi i guarnicioneve te ndryshem	cope	2		
VI.3	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te T.U	cope	6		
VI.4	Zevendesimi i kushinetave	cope	2		
VI.5	Nje bulon çeliku	cope	6		
VI.6	Nje bulon alumini	cope	0		
VI.7	Zevendesimi i nje fleksibeli te T.U	cope	3		
VI.8	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	3		
VI.9	Lyerja e elektromotorit	grup	1		
VI.10	Montimi dhe venia ne pune ne impiantin e vendosur	grup	1		

I.1	Emertimi	S_n	18.5 kW(e.motor zhytes kanalizime)		
I.2	Tensioni nominal I punes	$U (TU)$	0.4kV		
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE	Njesia			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1		
II.2	Hapja e kapakeve	komplet	2		
II.3	Nxjerrja e rotorit	cope	1		
II.4	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1		
III	PUNIME RIPARUESE				
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te T.U	cope	1		
III.2	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1		
III.3	Riparimi, pastrimi i kapakut	cope	2		
III.4	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
III.5	Pergatitja e nje peshtjelle te re te T.U	cope	3		

IV	PUNIME MONTIMI				
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
IV.2	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	3		
IV.3	Montimi i zgjedhes	komplet	1		
IV.4	Tharja e peshtjellave T.U	komplet	1		
IV.5	Montimi i morseterise	cope	1		
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPARUESE				
V.1	Testet e izolacionit	grup	1		
V.2	Prova pa ngarkese	grup	1		
VI	PUNIME TE TJERA				
VI.1	Ngarkimi ne kamjon dhe transporti	komplet	1		
VI.2	Zevendesimi i guarnicioneve te ndryshem	cope	2		
VI.3	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te T.U	cope	6		
VI.4	Zevendesimi i kushinetave	cope	2		
VI.5	Nje bulon çeliku	cope	6		
VI.6	Nje bulon alumini	cope	0		
VI.7	Zevendesimi i nje fleksibeli te T.U	cope	3		
VI.8	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	3		
VI.9	Lyerja e elektromotorit	grup	1		
VI.10	Montimi dhe venia ne pune ne impiantin e vendosur	grup	1		

I.1	Emertimi	S_n	17.5 kW(e.motor zhytes)		
I.2	Tensioni nominal I punes	$U (TU)$	0.4kV		
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE	Njesia			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1		
II.2	Hapja e kapakeve	komplet	2		
II.3	Nxjerrja e rotorit	cope	1		
II.4	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1		
III	PUNIME RIPARUESE				

III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te T.U	cope	1		
III.2	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1		
III.3	Riparimi, pastrimi i kapakut	cope	2		
III.4	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
III.5	Pergatitja e nje peshtjelle te re te T.U	cope	3		
IV	PUNIME MONTIMI				
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
IV.2	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	3		
IV.3	Montimi i zgjedhes	komplet	1		
IV.4	Tharja e peshtjellave T.U	komplet	1		
IV.5	Montimi i morseterise	cope	1		
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPARUESE				
V.1	Testet e izolacionit	grup	1		
V.2	Prova pa ngarkese	grup	1		
VI	PUNIME TE TJERA				
VI.1	Ngarkimi ne kamjon dhe transporti	komplet	1		
VI.2	Zevendesimi i guarnicioneve te ndryshem	cope	2		
VI.3	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te T.U	cope	6		
VI.4	Zevendesimi i kushinetave	cope	2		
VI.5	Nje bulon çeliku	cope	6		
VI.6	Nje bulon alumini	cope	0		
VI.7	Zevendesimi i nje fleksibeli te T.U	cope	3		
VI.8	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	3		
VI.9	Lyerja e elektromotorit	grup	1		
VI.10	Montimi dhe venia ne pune ne impiantin e vendosur	grup	1		

I.1	Emertimi	S_n	15 kW(e.motor zhytes)		
I.2	Tensioni nominal I punes	$U (TU)$	0.4kV		
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE	Njesia			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1		
II.2	Hapja e kapakeve	komplet	2		
II.3	Nxjerrja e rotorit	cope	1		
II.4	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1		

III	PUNIME RIPARUESE				
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te T.U	cope	1		
III.2	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1		
III.3	Riparimi, pastrimi i kapakut	cope	2		
III.4	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
III.5	Pergatitja e nje peshtjelle te re te T.U	cope	3		
IV	PUNIME MONTIMI				
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
IV.2	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	3		
IV.3	Montimi i zgjedhes	komplet	1		
IV.4	Tharja e peshtjellave T.U	komplet	1		
IV.5	Montimi i morseterise	cope	1		
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPARUESE				
V.1	Testet e izolacionit	grup	1		
V.2	Prova pa ngarkese	grup	1		
VI	PUNIME TE TJERA				
VI.1	Ngarkimi ne kamjon dhe transporti	komplet	1		
VI.2	Zevendesimi i guarnicioneve te ndryshem	cope	2		
VI.3	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te T.U	cope	6		
VI.4	Zevendesimi i kushinetave	cope	2		
VI.5	Nje bulon çeliku	cope	6		
VI.6	Nje bulon alumini	cope	0		
VI.7	Zevendesimi i nje fleksibeli te T.U	cope	3		
VI.8	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	3		
VI.9	Lyerja e elektromotorit	grup	1		
VI.10	Montimi dhe venia ne pune ne impiantin e vendosur	grup	1		

I.1	Emertimi	S_n	11 kW(e.vertikal siperfaqesor)		
I.2	Tensioni nominal I punes	$U (TU)$	0.4kV		
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE	Njesia			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1		

II.2	Hapja e kapakeve	komplet	2		
II.3	Nxjerrja e rotorit	cope	1		
II.4	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1		
III	PUNIME RIPARUESE				
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te T.U	cope	1		
III.2	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1		
III.3	Riparimi, pastrimi i kapakut	cope	2		
III.4	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
III.5	Pergatitja e nje peshtjelle te re te T.U	cope	3		
IV	PUNIME MONTIMI				
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
IV.2	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	3		
IV.3	Montimi i zgjedhes	komplet	1		
IV.4	Tharja e peshtjellave T.U	komplet	1		
IV.5	Montimi i morseterise	cope	1		
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPARUESE				
V.1	Testet e izolacionit	grup	1		
V.2	Prova pa ngarkese	grup	1		
VI	PUNIME TE TJERA				
VI.1	Ngarkimi ne kamjon dhe transporti	komplet	1		
VI.2	Zevendesimi i guarnicioneve te ndryshem	cope	2		
VI.3	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te T.U	cope	6		
VI.4	Zevendesimi i kushinetave	cope	2		
VI.5	Nje bulon çeliku	cope	6		
VI.6	Nje bulon alumini	cope	0		
VI.7	Zevendesimi i nje fleksibeli te T.U	cope	3		
VI.8	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	3		
VI.9	Lyerja e elektromotorit	grup	1		
VI.10	Montimi dhe venia ne pune ne impiantin e vendosur	grup	1		

I.1	Emertimi	S_n	9 kW(e.zhytes)		
I.2	Tensioni nominal I punes	$U (TU)$	0.4kV		
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMENTIMEVE	Njesia			

II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1		
II.2	Hapja e kapakeve	komplet	2		
II.3	Nxjerrja e rotorit	cope	1		
II.4	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1		
III	PUNIME RIPARUESE				
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te T.U	cope	1		
III.2	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1		
III.3	Riparimi, pastrimi i kapakut	cope	2		
III.4	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
III.5	Pergatitja e nje peshtjelle te re te T.U	cope	3		
IV	PUNIME MONTIMI				
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
IV.2	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	3		
IV.3	Montimi i zgjedhes	komplet	1		
IV.4	Tharja e peshtjellave T.U	komplet	1		
IV.5	Montimi i morseterise	cope	1		
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPARUESE				
V.1	Testet e izolacionit	grup	1		
V.2	Prova pa ngarkese	grup	1		
VI	PUNIME TE TJERA				
VI.1	Ngarkimi ne kamjon dhe transporti	komplet	1		
VI.2	Zevendesimi i guarnicioneve te ndryshem	cope	2		
VI.3	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te T.U	cope	6		
VI.4	Zevendesimi i kushinetave	cope	2		
VI.5	Nje bulon çeliku	cope	6		
VI.6	Nje bulon alumini	cope	0		
VI.7	Zevendesimi i nje fleksibeli te T.U	cope	3		
VI.8	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	3		
VI.9	Lyerja e elektromotorit	grup	1		
VI.10	Montimi dhe venia ne pune ne impiantin e vendosur	grup	1		

I.1	Emertimi	S_n	6 kW(e.motor zhytes kanalizime)		
I.2	Tensioni nominal I punes	$U (TU)$	0.4kV		

II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMENTIMEVE	Njesia			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1		
II.2	Hapja e kapakeve	komplet	2		
II.3	Nxjerrja e rotorit	cope	1		
II.4	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1		
III	PUNIME RIPARUESE				
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te T.U	cope	1		
III.2	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1		
III.3	Riparimi, pastrimi i kapakut	cope	2		
III.4	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
III.5	Pergatitja e nje peshtjelle te re te T.U	cope	3		
IV	PUNIME MONTIMI				
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
IV.2	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	3		
IV.3	Montimi i zgjedhes	komplet	1		
IV.4	Tharja e peshtjellave T.U	komplet	1		
IV.5	Montimi i morseterise	cope	1		
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPARUESE				
V.1	Testet e izolacionit	grup	1		
V.2	Prova pa ngarkese	grup	1		
VI	PUNIME TE TJERA				
VI.1	Ngarkimi ne kamjon dhe transporti	komplet	1		
VI.2	Zevendesimi i guarnicioneve te ndryshem	cope	2		
VI.3	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te T.U	cope	6		
VI.4	Zevendesimi i kushinetave	cope	2		
VI.5	Nje bulon çeliku	cope	6		
VI.6	Nje bulon alumini	cope	0		
VI.7	Zevendesimi i nje fleksibeli te T.U	cope	3		
VI.8	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	3		
VI.9	Lyerja e elektromotorit	grup	1		
VI.10	Montimi dhe venia ne pune ne impiantin e vendosur	grup	1		

I.1	Emertimi	S_n	5.5 kW(e.motor zhytes)
------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------

I.2	Tensioni nominal I punes	U (TU)	0.4kV		
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE	Njesia			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1		
II.2	Hapja e kapakeve	komplet	2		
II.3	Nxjerrja e rotorit	cope	1		
II.4	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1		
III	PUNIME RIPARUESE				
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te T.U	cope	1		
III.2	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1		
III.3	Riparimi, pastrimi i kapakut	cope	2		
III.4	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
III.5	Pergatitja e nje peshtjelle te re te T.U	cope	3		
IV	PUNIME MONTIMI				
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
IV.2	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	3		
IV.3	Montimi i zgjedhes	komplet	1		
IV.4	Tharja e peshtjellave T.U	komplet	1		
IV.5	Montimi i morseterise	cope	1		
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPARUESE				
V.1	Testet e izolacionit	grup	1		
V.2	Prova pa ngarkese	grup	1		
VI	PUNIME TE TJERA				
VI.1	Ngarkimi ne kamjon dhe transporti	komplet	1		
VI.2	Zevendesimi i guarnicioneve te ndryshem	cope	2		
VI.3	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te T.U	cope	6		
VI.4	Zevendesimi i kushinetave		2		
VI.5	Nje bulon çeliku	cope	6		
VI.6	Nje bulon alumini	cope	0		
VI.7	Zevendesimi i nje fleksibeli te T.U	cope	3		
VI.8	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	3		
VI.9	Lyerja e elektromotorit	grup	1		
VI.10	Montimi dhe venia ne pune ne impiantin e vendosur	grup	1		

I.1	Emertimi	S_n	5 kW(e.motor zhytes)		
I.2	Tensioni nominal I punes	$U (TU)$	0.4kV		
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE	Njesia			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1		
II.2	Hapja e kapakeve	komplet	2		
II.3	Nxjerrja e rotorit	cope	1		
II.4	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1		
III	PUNIME RIPARUESE				
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te T.U	cope	1		
III.2	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1		
III.3	Riparimi, pastrimi i kapakut	cope	2		
III.4	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
III.5	Pergatitja e nje peshtjelle te re te T.U	cope	3		
IV	PUNIME MONTIMI				
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
IV.2	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	3		
IV.3	Montimi i zgjedhes	komplet	1		
IV.4	Tharja e peshtjellave T.U	komplet	1		
IV.5	Montimi i morseterise	cope	1		
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPARUESE				
V.1	Testet e izolacionit	grup	1		
V.2	Prova pa ngarkese	grup	1		
VI	PUNIME TE TJERA				
VI.1	Ngarkimi ne kamjon dhe transporti	komplet	1		
VI.2	Zevendesimi i guarnicioneve te ndryshem	cope	2		
VI.3	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te T.U	cope	6		
VI.4	Zevendesimi i kushinetave		2		
VI.5	Nje bulon çeliku	cope	6		
VI.6	Nje bulon alumini	cope	0		
VI.7	Zevendesimi i nje fleksibeli te T.U	cope	3		
VI.8	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	3		
VI.9	Lyerja e elektromotorit	grup	1		
VI.10	Montimi dhe venia ne pune ne impiantin e vendosur	grup	1		

--	--	--	--	--	--

I.1	Emertimi	S_n	4 kW(e.motor zhytes)		
I.2	Tensioni nominal I punes	$U (TU)$	0.4kV		
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE	Njesia			
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1		
II.2	Hapja e kapakeve	komplet	2		
II.3	Nxjerrja e rotorit	cope	1		
II.4	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1		
III	PUNIME RIPARUESE				
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te T.U	cope	1		
III.2	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1		
III.3	Riparimi, pastrimi i kapakut	cope	2		
III.4	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
III.5	Pergatitja e nje peshtjelle te re te T.U	cope	3		
IV	PUNIME MONTIMI				
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjellave T.M per nje faze	cope	3		
IV.2	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	3		
IV.3	Montimi i zgjedhes	komplet	1		
IV.4	Tharja e peshtjellave T.U	komplet	1		
IV.5	Montimi i morseterise	cope	1		
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPARUESE				
V.1	Testet e izolacionit	grup	1		
V.2	Prova pa ngarkese	grup	1		
VI	PUNIME TE TJERA				
VI.1	Ngarkimi ne kamjon dhe transporti	komplet	1		
VI.2	Zevendesimi i guarnicioneve te ndryshem	cope	2		
VI.3	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te T.U	cope	6		
VI.4	Zevendesimi i kushinetave		2		
VI.5	Nje bulon çeliku	cope	6		
VI.6	Nje bulon alumini	cope	0		
VI.7	Zevendesimi i nje fleksibeli te T.U	cope	3		
VI.8	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	3		

VI.9	Lyerja e elektromotorit	grup	1		
VI.10	Montimi dhe venia ne pune ne impiantin e vendosur	grup	1		

SPECIFIKIMET TEKNIKE PER RIPARIM POMPASH

			500 KW (Pompe horizontale centrifugale)		
Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	F.V Kushinete pasqyre	cop	1		
2	Riparim helikash	cop	8		
3	F.V Aksi I ri Ø 120mm(lingote celik I kromuar)	ml	1.7		
4	Kiaveta 12x8x100mm	cop	8		
5	Baronim dhe tornim suport kushinetash	cop	2		
6	Riparim I dhomave te helikave	cop	8		
7	Frezim kanal kiavetash	cop	8		
8	F.V Permistop	cop	0		
9	Tornim dhe balancim aksi	cop	1		
10	F.V Helikash	cope	0		
11	F.V Bokulla	cop	8		
12	F.V Prezhonier Ø 40mm	cop	8		
13	F.V Dado Ø 40mm	cop	16		
14	F.V Litar grasato	ml	2		

			440 KW (Pompe horizontale centrifugale)		
Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	F.V Kushinete pasqyre	cop	1		
2	Riparim helikash	cop	8		
3	F.V Aksi I ri Ø 110mm(lingote celik I kromuar)	ml	1.7		
4	Kiaveta 12x8x100mm	cop	8		
5	Baronim dhe tornim suport kushinetash	cop	2		
6	Riparim I dhomave te helikave	cop	8		
7	Frezim kanal kiavetash	cop	8		
8	F.V Permistop	cop	0		
9	Tornim dhe balancim aksi	cop	1		
10	F.V Helikash	cop	0		

11	F.V Bokulla	cop	8		
12	F.V Prezhonier Ø 40mm	cop	8		
13	F.V Dado Ø 40mm	cop	16		
14	F.V Litar grasato	ml	2		

			350 Kw (Pompe zhytëse horizontale uje I pijshem)		
Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	F.V Set Bokulla gomine	set	1		
2	Riparim helikash	cop	4		
3	F.V Aksi I ri Ø 90mm(lingote celik I kromuar)	ml	1.5		
4	F.V Bullona Ø 12mm	cop	8		
5	F.V Helikash	cop	0		
6	Riparim I dhomave te helikave	cop	4		
7	F.V Bokulla konike	cop	4		
8	F.V Permistop	cop	1		
9	Tornim dhe balancim aksi	cop	1		
10	F.V Dado Ø 12mm	cop	8		

			315 KW(Pompe horizontale centrifugale)		
Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	F.V Kushinete	cop	2		
2	Riparim helikash	cop	6		
3	F.V Aksi I ri Ø 60mm(lingote celik I kromuar)	ml	1.4		
4	Kiaveta 10x8x60mm	cop	6		
5	Baronim dhe tornim suport kushinetash	cop	2		
6	Riparim I dhomave te helikave	cop	6		
7	Frezim kanal kiavetash	cop	6		
8	F.V Permistop	cop	0		
9	Tornim dhe balancim aksi	cop	1		
10	F.V Helikash	cop	0		
11	F.V Bokulla	cop	2		
12	F.V Prezhonier Ø 40mm	cop	8		
13	F.V Dado Ø 40mm	cop	16		
14	F.V Litar grasato	ml	2		

			300 KW(Pompe horizontale centrifigale)		
Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	F.V Kushinete	cop	2		
2	Riparim helikash	cop	6		
3	F.V Aksi I ri Ø 60mm(lingote celik I kromuar)	ml	1.4		
4	Kiaveta 10x8x60mm	cop	6		
5	Baronim dhe tornim suport kushinetash	cop	2		
6	Riparim I dhomave te helikave	cop	6		
7	Frezim kanal kiavetash	cop	6		
8	F.V Permistop	cop	0		
9	Tornim dhe balancim aksi	cop	1		
10	F.V Helikash	cop	0		
11	F.V Bokulla	cop	2		
12	F.V Prezhonier Ø 40mm	cop	8		
13	F.V Dado Ø 40mm	cop	16		
14	F.V Litar grasato	ml	2		

			250 KW(Pompe horizontale centrifigale)		
Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	F.V Kushinete	cop	2		
2	Riparim helikash	cop	6		
3	F.V Aksi I ri Ø 60mm(lingote celik I kromuar)	ml	1.4		
4	Kiaveta 10x8x60mm	cop	6		
5	Baronim dhe tornim suport kushinetash	cop	2		
6	Riparim I dhomave te helikave	cop	6		
7	Frezim kanal kiavetash	cop	6		
8	F.V Permistop	cop	0		
9	Tornim dhe balancim aksi	cop	1		
10	F.V Helikash	cop	0		
11	F.V Bokulla	cop	2		
12	F.V Prezhonier Ø 40mm	cop	8		
13	F.V Dado Ø 40mm	cop	16		
14	F.V Litar grasato	ml	2		

			125 kW(Pompe horizontale centrifigale)		
Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	F.V Kushinete	cop	2		
2	Riparim helikash	cop	2		
3	F.V Aksi I ri Ø 60mm(lingote celik I kromuar)	ml	1.4		
4	Kiaveta 10x8x60mm	cop	4		
5	Baronim dhe tornim suport kushinetash	cop	2		
6	Riparim I dhomave te helikave	cop	2		
7	Frezim kanal kiavetash	cop	4		
8	F.V Permistop	cop	0		
9	Tornim dhe balancim aksi	cop	1		
10	F.V Helikash	cop	0		
11	F.V Bokulla	cop	2		
12	F.V Prezhonier Ø 40mm	cop	8		
13	F.V Dado Ø 40mm	cop	4		
14	F.V Litar grasato	ml	2		

			110 KW (Pompe zhytse uje I pijshem)		
Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	F.V Set Bokulla gomine	set	1		
2	Riparim helikash	cop	4		
3	F.V Aksi I ri Ø 45mm(lingote celik I kromuar)	ml	1.5		
4	F.V Bullona Ø 12mm	cop	8		
5	F.V Helikash	cop	0		
6	Riparim I dhomave te helikave	cop	4		
7	F.V Bokulla konike	set	4		
8	F.V Permistop	cop	1		
9	Tornim dhe balancim aksi	cop	1		
10	F.V Dado Ø 12mm	cop	8		

			75 kW(Pompe zhytëse kanalizime)		
Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	F.V Kushinete	cop	1		
2	Riparim helikash	kit	1		
3	F.V Permistop	cop	1		
4	Kiaveta 10x8x60mm	cop	1		
5	Baronim dhe tornim suport kushinetash	cop	1		
6	Riparim I dhomave te helikave(Kermill)	cop	1		
7	Frezim kanal kiavetash	cop	1		
8	F.V Helikash	kit	1		
9	Tornim dhe balancim aksi	cop	1		
10	F.V Gomina O Ring	cop	1		
11	F.V Bullona inox Ø 16mm	cop	6		
12	F.V Bullona inox Ø 14mm	cop	6		

			55 KW(Pompe zhytëse kanalizime)		
Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	F.V Kushinete	cop	1		
2	Riparim helikash	kit	1		
3	F.V Permistop	cop	1		
4	Kiaveta 10x8x60mm	cop	1		
5	Baronim dhe tornim suport kushinetash	cop	1		
6	Riparim I dhomave te helikave(Kermill)	cop	1		
7	Frezim kanal kiavetash	cop	1		
8	F.V Helikash	kit	1		
9	Tornim dhe balancim aksi	cop	1		
10	F.V Gomina O Ring	cop	1		
11	F.V Bullona inox Ø 14mm	cop	6		
12	F.V Bullona inox Ø 12mm	cop	6		

			30 KW(Pompe zhytëse kanalizime)		
Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	F.V Kushinete	cop	1		
2	Riparim helikash	kit	1		
3	F.V Permistop	cop	1		
4	Kiaveta 8x5x40mm	cop	1		
5	Baronim dhe tornim suport kushinetash	cop	1		

6	Riparim I dhomave te helikave(Kermill)	cop	1		
7	Frezim kanal kiavetash	cop	1		
8	F.V Helikash	kit	1		
9	Tornim dhe balancim aksi	cop	1		
10	F.V Gomina O Ring	cop	1		
11	F.V Bullona inox Ø 12mm	cop	6		
12	F.V Bullona inox Ø 10mm	cop	6		

			22 KW(Pompe horizontale centrifugale)		
Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	F.V Kushinete	cop	2		
2	Riparim helikash	cop	4		
3	F.V Aksi I ri Ø 32mm(lingote celik I kromuar)	ml	1.2		
4	Kiaveta 8x6x40mm	cop	5		
5	Baronim dhe tornim suport kushinetash	cop	2		
6	Riparim I dhomave te helikave	cop	4		
7	Frezim kanal kiavetash	cop	5		
8	F.V Permistop	cop	0		
9	Tornim dhe balancim aksi	cop	1		
10	F.V Helikash	cop	0		
11	F.V Bokulla	cop	5		
12	F.V Prezhonier Ø 32mm	cop	4		
13	F.V Dado Ø 32mm	cop	8		
14	F.V Litar grasato	ml	2		

			18.5 kW(Pompe zhytese kanalizime)		
Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	F.V Kushinete	cop	1		
2	Riparim helikash	kit	1		
3	F.V Permistop	cop	1		
4	Kiaveta 8x5x40mm	cop	1		
5	Baronim dhe tornim suport kushinetash	cop	1		
6	Riparim I dhomave te helikave(Kermill)	cop	1		
7	Frezim kanal kiavetash	cop	1		

8	F.V Helikash	kit	1		
9	Tornim dhe balancim aksi	cop	1		
10	F.V Gomina O Ring	cop	1		
11	F.V Bullona inox Ø 12mm	cop	6		
12	F.V Bullona inox Ø 10mm	cop	6		

		18.5 kW(Pompe vertikale siperfaqesore)			
Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	F.V Kushinete	cop	2		
2	Riparim helikash	cop	2		
3	F.V Permistop	cop	0		
4	Kiaveta 16x8x110mm	cop	3		
5	Baronim dhe tornim suport kushinetash	cop	2		
6	Riparim I dhomave te helikave	cop	2		
7	Frezim kanal kiavetash	cop	3		
8	F.V Helikash	cop	0		
9	Tornim dhe balancim aksi	cop	1		
10	F.V Gomina O Ring	cop	2		
11	F.V Bullona inox Ø 12mm	cop	4		
12	F.V Bullona inox Ø 14mm	cop	4		
13	F.V Aksi I ri Ø 42-55mm(lingote celik I kromuar)	ml	1.2		
14	F.V Prezhonier Ø 22mm	cop	4		

SPECIFIKIMET TEKNIKE PER RIPARIM TRANSFORMATORESH

I.1	Kompania riparuese:	<i>S n</i>	250 kVA / 3 Fazor
I.2	Vendi i riparimit:	<i>U (TL)</i>	6/0.4 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMENTIMEVE	Njesia	Sasia
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope	1
II.3	Heqja e vajit	litra	1
II.4	Hapja e kapakut	komple t	1
II.5	Hapja e zgjedhes	komple t	1

II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komple t	1
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komple t	1
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komple t	1
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope	1
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope	1
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1
III	PUNIME RIPARUESE		
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope	1
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope	1
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope	1
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope	1
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope	1
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope	1
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope	1
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope	1
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope	1
IV	PUNIME MONTIMI		
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope	1
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope	1
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope	1
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	1
IV.5	Montimi i zgjedhes	komple t	1
IV.6	Montimi i rregullatorit te tensionit	komple t	1
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope	1
IV.8	Tharja e pjese aktive	komple t	1
IV.9	Mbushja me vaj	litra	1
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope	1
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE		
V.1	Testet rutine	grup	1
V.2	Testimi i vajit	grup	1
V.3	PCB test	grup	1
VI	PUNIME TE TJERA		
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komple t	1
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra	1

VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra	1
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope	1
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope	1
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope	1
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope	1
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope	1
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope	1
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope	1
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope	1
VI.12	Nje bulon bronzi	cope	1
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope	1
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	1
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup	1

I.1	Kompania riparuese:	<i>S n</i>	100 kVA / 3 Fazor
I.2	Vendi i riparimit:	<i>U (TL)</i>	6/0.4 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMTIMEVE	Njesia	Sasia
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope	1
II.3	Heqja e vajit	litra	1
II.4	Hapja e kapakut	komplet	1
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet	1
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet	1
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet	1
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet	1
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope	1
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope	1
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1
III	PUNIME RIPARUESE		
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope	1
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope	1
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope	1
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope	1
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope	1
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL	cope	1

	dhe TU per nje faze		
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope	1
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope	1
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope	1
IV	PUNIME MONTIMI		
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope	1
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope	1
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope	1
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	1
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet	1
IV.6	Montimi i regullatorit te tensionit	komplet	1
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope	1
IV.8	Tharja e pjeseve aktive	komplet	1
IV.9	Mbushja me vaj	litra	1
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope	1
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE		
V.1	Testet rutine	grup	1
V.2	Testimi i vajit	grup	1
V.3	PCB test	grup	1
VI	PUNIME TE TJERA		
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet	1
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra	1
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra	1
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope	1
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope	1
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope	1
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope	1
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope	1
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope	1
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope	1
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope	1
VI.12	Nje bulon bronzi	cope	1
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope	1
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	1
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup	1

I.1	Kompania riparuese:	<i>S n</i>	2000 kVA / 3 Fazor
I.2	Vendi i riparimit:	<i>U (TL)</i>	20/0.4 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DENTIMEVE	Njesia	Sasia

II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope	1
II.3	Heqja e vajit	litra	1
II.4	Hapja e kapakut	komplet	1
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet	1
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet	1
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet	1
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet	1
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope	1
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope	1
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1
III	PUNIME RIPARUESE		
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope	1
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope	1
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope	1
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope	1
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope	1
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope	1
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope	1
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope	1
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope	1
IV	PUNIME MONTIMI		
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope	1
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope	1
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope	1
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	1
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet	1
IV.6	Montimi i rregullatorit te tensionit	komplet	1
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope	1
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet	1
IV.9	Mbushja me vaj	litra	1
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope	1
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE		
V.1	Testet rutine	grup	1
V.2	Testimi i vajit	grup	1
V.3	PCB test	grup	1
VI	PUNIME TE TJERA		
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet	1
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra	1
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra	1

VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope	1
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope	1
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope	1
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope	1
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope	1
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope	1
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope	1
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope	1
VI.12	Nje bulon bronzi	cope	1
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope	1
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	1
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup	1

I.1	Kompania riparuese:	<i>S n</i>	250 kVA / 3 Fazor
I.2	Vendi i riparimit:	<i>U (TL)</i>	20/0.4 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMTIMEVE	Njesia	Sasia
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope	1
II.3	Heqja e vajit	litra	1
II.4	Hapja e kapakut	komplet	1
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet	1
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet	1
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet	1
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet	1
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope	1
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope	1
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1
III	PUNIME RIPARUESE		
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope	1
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope	1
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope	1
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope	1
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope	1
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope	1
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope	1
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope	1
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope	1
IV	PUNIME MONTIMI		
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL	cope	1

	dhe TU per nje faze		
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope	1
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope	1
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	1
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet	1
IV.6	Montimi i regullatorit te tensionit	komplet	1
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope	1
IV.8	Tharja e pjeseve aktive	komplet	1
IV.9	Mbushja me vaj	litra	1
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope	1
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE		
V.1	Testet rutine	grup	1
V.2	Testimi i vajit	grup	1
V.3	PCB test	grup	1
VI	PUNIME TE TJERA		
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet	1
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra	1
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra	1
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope	1
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope	1
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope	1
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope	1
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope	1
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope	1
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope	1
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope	1
VI.12	Nje bulon bronzi	cope	1
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope	1
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	1
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup	1

I.1	Kompania riparuese:	<i>S n</i>	5600 kVA / 3 Fazor
I.2	Vendi i riparimit:	<i>U (TL)</i>	35/20 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMENTIMEVE	Njesia	Sasia
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope	1
II.3	Heqja e vajit	litra	1
II.4	Hapja e kapakut	komplet	1
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet	1
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet	1
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet	1

II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet	1
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope	1
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope	1
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1
III	PUNIME RIPARUESE		
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope	1
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope	1
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope	1
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope	1
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope	1
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope	1
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope	1
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope	1
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope	1
IV	PUNIME MONTIMI		
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope	1
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope	1
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope	1
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	1
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet	1
IV.6	Montimi i rregullatorit te tensionit	komplet	1
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope	1
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet	1
IV.9	Mbushja me vaj	litra	1
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope	1
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE		
V.1	Testet rutine	grup	1
V.2	Testimi i vajit	grup	1
V.3	PCB test	grup	1
VI	PUNIME TE TJERA		
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet	1
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra	1
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra	1
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope	1
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope	1
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope	1
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope	1
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope	1
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope	1
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope	1

VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope	1
VI.12	Nje bulon bronzi	cope	1
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope	1
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	1
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup	1

I.1	Kompania riparuese:	<i>S n</i>	100 kVA / 3 Fazor
I.2	Vendi i riparimit:	<i>U (TL)</i>	10/0.4 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE	Njesia	Sasia
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope	1
II.3	Heqja e vajit	litra	1
II.4	Hapja e kapakut	komplet	1
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet	1
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet	1
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet	1
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet	1
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope	1
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope	1
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1
III	PUNIME RIPARUESE		
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope	1
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope	1
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope	1
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope	1
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope	1
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope	1
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope	1
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope	1
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope	1
IV	PUNIME MONTIMI		
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope	1
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope	1
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope	1
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	1
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet	1
IV.6	Montimi i regullatorit te tensionit	komplet	1

IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope	1
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet	1
IV.9	Mbushja me vaj	litra	1
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope	1
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE		
V.1	Testet rutine	grup	1
V.2	Testimi i vajit	grup	1
V.3	PCB test	grup	1
VI	PUNIME TE TJERA		
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet	1
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra	1
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra	1
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope	1
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope	1
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope	1
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope	1
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope	1
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope	1
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope	1
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope	1
VI.12	Nje bulon bronzi	cope	1
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope	1
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	1
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup	1

I.1	Kompania riparuese:	<i>S n</i>	50 kVA / 3 Fazor
I.2	Vendi i riparimit:	<i>U (TL)</i>	10/0.4 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE	Njesia	Sasia
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope	1
II.3	Heqja e vajit	litra	1
II.4	Hapja e kapakut	komplet	1
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet	1
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet	1
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet	1
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet	1
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope	1
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope	1
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1
III	PUNIME RIPARUESE		
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope	1
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope	1

III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope	1
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope	1
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope	1
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope	1
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope	1
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope	1
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope	1
IV	PUNIME MONTIMI		
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope	1
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope	1
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope	1
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	1
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet	1
IV.6	Montimi i regullatorit te tensionit	komplet	1
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope	1
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet	1
IV.9	Mbushja me vaj	litra	1
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope	1
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE		
V.1	Testet rutine	grup	1
V.2	Testimi i vajit	grup	1
V.3	PCB test	grup	1
VI	PUNIME TE TJERA		
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet	1
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra	1
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra	1
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope	1
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope	1
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope	1
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope	1
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope	1
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope	1
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope	1
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope	1
VI.12	Nje bulon bronzi	cope	1
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope	1
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	1
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup	1

I.1	Kompania riparuese:	<i>S n</i>	250 kVA / 3 Fazor
I.2	Vendi i riparimit:	<i>U (TL)</i>	10/0.4 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR i DEMTIMEVE	Njesia	Sasia
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope	1
II.3	Heqja e vajit	litra	1
II.4	Hapja e kapakut	komplet	1
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet	1
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet	1
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet	1
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet	1
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope	1
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope	1
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1
III	PUNIME RIPARUESE		
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope	1
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope	1
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope	1
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope	1
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope	1
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope	1
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope	1
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope	1
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope	1
IV	PUNIME MONTIMI		
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope	1
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope	1
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope	1
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	1
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet	1
IV.6	Montimi i regullatorit te tensionit	komplet	1
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope	1
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet	1
IV.9	Mbushja me vaj	litra	1
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope	1
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN		

	RIPRUESE		
V.1	Testet rutine	grup	1
V.2	Testimi i vajit	grup	1
V.3	PCB test	grup	1
VI	PUNIME TE TJERA		
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet	1
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra	1
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra	1
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope	1
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope	1
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope	1
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope	1
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope	1
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope	1
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope	1
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope	1
VI.12	Nje bulon bronzi	cope	1
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope	1
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	1
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup	1

I.1	Kompania riparuese:	<i>S n</i>	400 kVA / 3 Fazor
I.2	Vendi i riparimit:	<i>U (TL)</i>	20/6 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE	Njesia	Sasia
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope	1
II.3	Heqja e vajit	litra	1
II.4	Hapja e kapakut	komplet	1
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet	1
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet	1
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet	1
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet	1
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope	1
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope	1
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1
III	PUNIME RIPARUESE		
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope	1
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope	1
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope	1
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope	1

III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope	1
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope	1
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope	1
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope	1
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope	1
IV	PUNIME MONTIMI		
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope	1
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope	1
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope	1
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	1
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet	1
IV.6	Montimi i regullatorit te tensionit	komplet	1
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope	1
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet	1
IV.9	Mbushja me vaj	litra	1
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope	1
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE		
V.1	Testet rutine	grup	1
V.2	Testimi i vajit	grup	1
V.3	PCB test	grup	1
VI	PUNIME TE TJERA		
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet	1
VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra	1
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra	1
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope	1
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope	1
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope	1
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope	1
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope	1
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope	1
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope	1
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope	1
VI.12	Nje bulon bronzi	cope	1
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope	1
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	1
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup	1

I.1	Kompania riparuese:	<i>S n</i>	1250 kVA / 3 Fazor
------------	----------------------------	-------------------	-----------------------------------

I.2	Vendi i riparimit:	U (TL)	20/0.4 kV
II	PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMENTIMEVE	Njesia	Sasia
II.1	Matjet paraprake dhe vleresimi	grup	1
II.2	Çmontimi i izolatoreve	cope	1
II.3	Heqja e vajit	litra	1
II.4	Hapja e kapakut	komplet	1
II.5	Hapja e zgjedhes	komplet	1
II.6	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL	komplet	1
II.7	Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU	komplet	1
II.8	Çmontimi i rregullatorit te tensionit	komplet	1
II.9	Çmontimi i peshtjellave te TL	cope	1
II.10	Çmontimi i peshtjellave te TU	cope	1
II.11	Raporti perfundimtar i demtimeve	grup	1
III	PUNIME RIPARUESE		
III.1	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL	cope	1
III.2	Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU	cope	1
III.3	Riparimi, pastrimi i nuklit	cope	1
III.4	Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit	cope	1
III.5	Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore	cope	1
III.6	Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit	cope	1
III.7	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope	1
III.8	Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope	1
III.9	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL	cope	1
III.10	Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU	cope	1
IV	PUNIME MONTIMI		
IV.1	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze	cope	1
IV.2	Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze	cope	1
IV.3	Montimi i nje peshtjele te TL	cope	1
IV.4	Montimi i nje peshtjele te TU	cope	1
IV.5	Montimi i zgjedhes	komplet	1
IV.6	Montimi i regullatorit te tensionit	komplet	1
IV.7	Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje	cope	1
IV.8	Tharja e pjeses aktive	komplet	1
IV.9	Mbushja me vaj	litra	1
IV.10	Montimi i izolatoreve	cope	1
V	TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE		
V.1	Testet rutine	grup	1
V.2	Testimi i vajit	grup	1
V.3	PCB test	grup	1
VI	PUNIME TE TJERA		
VI.1	Ngarkimi ne kamjon	komplet	1

VI.2	Furnizimi me vaj te ri	litra	1
VI.3	Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)	litra	1
VI.4	Zevendesimi i nje izolatori te TL	cope	1
VI.5	Zevendesimi i nje izolatori te TU	cope	1
VI.6	Zevendesimi i guarnicionit te kapakut	cope	1
VI.7	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL	cope	1
VI.8	Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU	cope	1
VI.9	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope	1
VI.10	Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL	cope	1
VI.11	Nje bulon çeliku se bashku me dado	cope	1
VI.12	Nje bulon bronzi	cope	1
VI.13	Zevendesimi i nje fleksibeli te TU	cope	1
VI.14	Saldimi i pjeseve prej çeliku	cm	1
VI.15	Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij	grup	1

Shënim:

Vlera totale e shërbimeve të avolxhimit për secilin elektromotorr,te riparimit për secilen pompe dhe riparimit per secilin transformatore shumezohet me sasitë e parashikuara ne tabelat 1, 2 dhe 3 te sasive të parashikuara.

Afatet e ekzekutimit: Afati i shërbimeve do të jetë 21 ditë pune nga marrja ne dorezim për çdo minikontratë.

Shtojca 7.

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

FORMULARI I SHËRBIMEVE DHE GRAFIKUT TË EKZEKUTIMIT

Shërbimi që kërkohet: “Avolxhim elektromotorresh, riparim pompash dhe transformatoresh”

Afatet e ekzekutimit:

Nr	Përshkrimi	Vendi i kryerjes së shërbimit	Afati i shërbimit
1	Avolxhim elektromotorresh, riparim pompash dhe transformatoresh	Shpërndarja: vendndodhja e elektromotrive dhe pompave për të cilët do të ofrohet ky shërbim shtrihet për të gjithë Shoqërinë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës sh.a përkatësisht: 1. Durrës, 2. Fushë Kuqe, 3. Fushë Krujë, 4. Kavajë 5. Rrogozhinë	24 muaj nga dita e nensërme e punës pas nënshkrimit të marrëveshjes kuadër. Afati i shërbimeve do të jetë 21 ditë pune nga marrja në dorezim për çdo minikontratë.

Operatori Ekonomik/Bashkimi i operatorëve, merr përsipër transportin e elektromotrive dhe pompave nga vendndodhja e tyre deri në Repartin e riparimit të operatorit ekonomik fitues dhe anasjelltas.

Koha për kryerjen e riparimit nuk do të tejkalojë afatin maksimal prej 21 ditësh kalendarike, nga data e nënshkrimit të minikontratës.

Kontraktori dhe Autoriteti kontraktor mbajnë procesverbal për konstatimin e defekteve të mundshme të elektromotrive/pompave të demtuara dhe në përfundim të kryerjes së shërbimit

elektromotorret/pompat e riparuarat duhet te jete nenshtruar testeve te matjeve, etj dhe te mbahet akti i kolaudimit.

Ne momentin e dorezimit te elektromotorreve/pompave midis paleve duhet te mbahet edhe proces verbali i dorezimit.

Shpërndarja: Vendi i kryerjes së shërbimeve: Reparti i Operatorit Ekonomik/Bashkimit te operatorëve Fitues.

Shtojca 8.

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

FORMULARI I TERMAVE TË REFERENCËS

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: “Avolxhim elektromotorresh, riparim pompash dhe transformatorësh”

Detyrat: Operatori Ekonomik/Bashkimi i operatorëve, merr persiper transportin e elektromotorreve dhe pompave nga vendodhja e tyre deri ne Repartin e riparimit te operatorit ekonomik fitues dhe anasjelltas.

Koha per kryerjen e riparimit nuk do te tejkaloje afatin maksimal prej 21 ditesh kalendarike, nga data e nënshkrimit të minikontratës.

Kontraktori dhe Autoriteti kontraktor mbajne pocesverbal per konstatimin e difekteve te mundshme te elektromotorreve/pompave te demtuara dhe ne perfundim te kryerjes se sherbimit elektromotorret/pompat e riparuar duhet te jete nenshtuar testeve te matjeve, etj dhe te mbahet akti i kolaudimit.

Ne momentin e dorezimit te elektromotorreve/pompave midis paleve duhet te mbahet edhe proces verbali i dorezimit.

Shpërndarja: Vendi i kryerjes së shërbimeve: Reparti i Operatorit Ekonomik/Bashkimit te operatorëve Fitues.

TERMAT E REFERENCËS

Objekti i kontratës: "Avolxhim elektromotorësh, riparim pompash dhe transformatorësh"

1. Qëllimi i kontratës

Qëllimi i kësaj kontrate është sigurimi i shërbimit të avolxhimit, riparimit, dhe rikthimit në gjendje pune të elektromotorëve, pompave elektrike dhe transformatorëve të autoritetit kontraktor, me qëllim garantimin e funksionimit normal dhe të pandërprerë të pajisjeve.

2. Objekti i shërbimit

Operatori ekonomik do të kryejë:

- Çmontimin dhe diagnostikimin e defekteve.

-
- **Avolxhimin e elektromotorëve.**
 - **Riparimin e pompave elektrike.**
 - **Riparimin e transformatorëve.**
 - **Zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara kur është e nevojshme.**
 - **Tharjen dhe impregnimin e mbështjelljeve.**
 - **Ndërrimin e kushinetave, vulave, izolatorëve dhe elementëve të tjerë konsumues.**
 - **Montimin dhe provat funksionale.**
 - **Matjen e rezistencës së izolimit dhe testet elektrike.**
 - **Dorëzimin e pajisjes në gjendje pune.**

3. Përshkrimi teknik i shërbimit

Shërbimi duhet të kryhet sipas praktikave më të mira profesionale dhe standardeve teknike në fuqi.

Punimet përfshijnë, por nuk kufizohen në:

- **avolxhim të plotë ose të pjesshëm të statorit;**
- **zëvendësim të telit të bakrit sipas parametrave të prodhuesit;**
- **izolim me materiale cilësore;**
- **impregnimin me llak izolues;**
- **tharje në furrë teknologjike;**
- **zëvendësim të kushinetave;**
- **balancim të rotorit kur kërkohet;**
- **riparim të pompave centrifugale ose zhytëse;**
- **zëvendësim të guarnicioneve dhe elementëve mekanikë;**
- **riparim të transformatorëve, përfshirë mbështjelljet, izolimin dhe zëvendësimin e vajit (kur është e aplikueshme);**
- **prova elektrike dhe mekanike pas riparimit.**

4. Kërkesat teknike

Operatori ekonomik duhet:

- **të përdorë materiale të reja dhe të certifikuara;**

-
- të respektojë parametrat teknikë të prodhuesit;
 - të mos ndryshojë karakteristikat nominale të pajisjeve;
 - të garantojë cilësinë e punimeve të kryera;
 - të disponojë pajisjet dhe mjetet e nevojshme për diagnostikim, avolxhim dhe testim.

5. Afati i realizimit

- Diagnostikimi i defektit: brenda 2 ditëve pune nga dorëzimi i pajisjes.
- Riparimi: sipas natyrës së defektit, por jo më shumë se 19 ditë pune, përveç rasteve kur nevojiten pjesë të veçanta që nuk gjenden në treg.
- Në raste emergjente, operatori ekonomik duhet të ndërhyjë me përparësi.

6. Garancia

Operatori ekonomik duhet të ofrojë garanci jo më pak se 12 muaj për punimet e kryera dhe materialet e përdorura, duke riparuar pa pagesë çdo defekt që lidhet me cilësinë e riparimit gjatë periudhës së garancisë.

7. Vendi i kryerjes së shërbimit

Shërbimi do të kryhet në ambientet e operatorit ekonomik ose, kur natyra e defektit e lejon, në ambientet e autoritetit kontraktor. Transporti i pajisjeve kryhet sipas kushteve të kontratës.

8. Dorëzimi dhe pranimi

Për çdo pajisje të riparuar do të hartohet procesverbal pranimi, ku do të evidentohen:

- defekti i konstatuar;
- punimet e kryera;
- pjesët e zëvendësuara;
- rezultatet e provave;
- data e dorëzimit;
- afati i garancisë.

9. Rezultatet e pritshme

Në përfundim të kontratës pritet:

- rikthimi në funksion normal i elektromotorëve;

-
- funksionim i sigurt i pompave;
 - funksionim normal i transformatorëve;
 - ulje e kohës së ndërprerjeve të shërbimit;
 - rritje e jetëgjatësisë së pajisjeve.

Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi;
- dh) nuk ka pagesa të pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të Pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

j) ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi;

k) zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 10.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti/EntiKontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

➤ Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.

➤ Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 10.*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2023, 2024, 2025 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% të fondit limit.

Kërkesa e mësipërme konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomike arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar

2.2.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë pasqyrat financiare vjetore (bilancet) gjatë 3 (tre) viteve të fundit (2023, 2024, 2025) të certifikuar nga organet tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 i ndryshuar, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me akt-ekspertizën e ekspertit kontabël të autorizuar.

Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 40 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

a). për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe fatura tatimore të shitjes të deklaruara në organet tatimore, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara,

b)për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes të deklaruara në organet tatimore, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikimet vetiake objekti i së cilës të jete në përputhje me objektin e prokurimit. Si më poshtë:

- SSH/UNI/DIN/EN ISO 9001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë”, ose ekuivalente/të barazvlefshme;

- SSH/UNI/DIN/EN ISO 45001 “Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë” ose ekuivalente/ të barazvlefshme;

- SSH/UNI/DIN/EN ISO 14001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit të mjedisit”, ose ekuivalente/ të barazvlefshme;

Certifikatat duhet të jene lëshuar nga nje organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues të njohura nga Republika e Shqipërisë.

2.3.3 Operatori ekonomik te disponoje makinerite e nevojshme per realizimin e sherbimit

1. Torno
2. Freze
3. Piale
4. Furre Pjekje
5. Bobinatrice
6. Tegolatrice
7. Izolatrice Fondotorno
8. Kompjuter Kolaudimi
9. Strapatrice
10. Pajisje per testim me tension te induktuar 2(UN) me frekuence 100hz
11. Filter vakumi per pastrimin kimik te vajit
12. Pajisje per matjen e tensioni te cpimit te vajit deri ne 80 kV

Për të vërtetuar përmbushjen e këtij kriteri duhet të paraqesin:

Dokumenta qe vertetojne se këto pajisje i ka aktualisht në pronësi ose me qera, ose me huapërdorje (faturave tatimore te blerjes/ dokumente zhdoganimi / kontrata qiraje / kontrata huapërdorje / kontratë dhurimi / çdo dokument tjetër me anë të të cilit fitohet e drejta e pronësisë ose përdorimit sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë).

Shenim :Ky Kriter konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 10 të DT. Deklarata provuese të kërkuara më sipër, do të paraqiten nga ofertuesi i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit ose nëse kërkohen sqarime nga Autoriteti Kontraktor.

2.3.4 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e shërbimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor, si më poshtë:

- Te pakten 1 (nje) Inxhinier Elektrik

- Te pakten 1(nje) punetor, te pajisur me kartela personale te sigurimit teknik grupi IV, te leshurara nga organe kopetente te akredituara sipas ligjit 8734 date 01.02.2001 i ndryshuar.

Në lidhje me punonjësin në pikën (a), duhet të paraqitet:

- diploma e arsimit të lartë

-kontratë pune me afat vlefshmerie brenda afatit të zbatimit të shërbimeve për këtë objekt prokurimi.

-Listepagesa e sigurimeve shoqerore dhe shëndetsore për periudhën Prill – Qershor 2026 të konfirmuara nga administrata tatimore

-CV

Në lidhje me punonjësin në pikën (b), duhet të paraqitet:

- kartelat perkatese te sigurimit teknik
- Listepagesa e sigurimeve shoqerore dhe shëndetsore për periudhën Prill – Qershor 2026 të konfirmuara nga administrata tatimore

Shenim :Ky Kriter konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 10 të DT. Deklarata provuese të kërkuara më sipër, do të paraqiten nga ofertuesi i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit ose nëse kërkohen sqarime nga Autoriteti Kontraktor.

2.4 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

2.4.1 Operatori ekonomik duhet të provojë se disponon ambient me sipërfaqe jo më të vogël se 200 m², ku ushtron veprimtarinë për kryerjen e shërbimit objekt prokurimi.

Për të vërtetuar përmbushjen e këtij kriteri duhet të paraqesin:

- Dokumentacionin që vërteton pronësinë, ose qiramarrjen, ose huapërdorjen (certifikatë pronësie/ kontrata qiraje/ kontrata huapërdorje/ çdo dokument tjetër të vlefshëm, me anë të të cilit fitohet e drejta e pronësisë ose përdorimit sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë).

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Shtojca 10.

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT

I. Unë i nënshkruari _____ në cilësinë e _____ të operatorit ekonomik
_____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

A. Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik

Identifikimi	Përgjigjja
Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE)	-----
Numri NIPT/et:	-----
Adresa postare: Qyteti / qyteti; Kodi postar	-----
Përfaqësuesi (emri):	-----
Telefoni:	-----
E-mail:	-----

B: DEKLARATË

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

Emri i nënkontraktorit të propozuar	NIPT –i	Përqindja e nënkontraktimit	Mallrat/ shërbimet e lidhura me to për t'u nënkontraktuar

- Informacione për nënkontraktorin
- Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik

Emri (at) e subjekteve	NIPT-i	Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik	Specifiko konkretisht kapacitetin/et	

Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit

A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

Deklarata
Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë: _____ _____ etj. nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë të dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi

<i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv). <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi. Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori Ekonomik nuk ka shfaqur mangësi të rëndësishme apo të vazhdueshme në përmbushjen e një kriteri thelbësor të një kontrate të mëparshme me një autoritet ose ent kontraktor apo një kontrate koncesionare që ka çuar në përfundimin e kësaj kontrate. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së. Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi. <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____
Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi. <i>Sqarime</i> _____ <i>nëse</i> _____ <i>vlerësohet</i> _____ <i>e</i> <i>nevojshme</i> _____

B: DEKLARATA

Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura

Në cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik, Deklaroj Se:

Jam në dijeni të pasojave që vinë ndaj meje lidhur me këtë Deklaratë, në respektim të ligjit nr. 9121/2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës” dhe ligjit nr. 162/2020, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Kam përgatitur ofertën në mënyrë të pavarur, pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër⁷.

Në veçanti, pa kufizuar si më lart, nuk kam pasur kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent me qëllim cënimin e konkurrencës, në lidhje me:

çmimet;
metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.

Nuk kam pasur marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent, me qëllim cënimin e konkurrencës, në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë.

Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t’u bëhen të njohura, me qëllim cënimin e konkurrencës, në çdo mënyrë qoftë, konkurrentëve të tjerë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj.

C: DEKLARATA

Mbi Konfliktin e Interesit

Deklarata

Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon:

Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.

Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit,

⁷ Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që: a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor; b) është një ofertues i mundshëm, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.

Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtorit të Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie.

Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. **bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit.**

Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli i Pasurive, si dhe Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik".

Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.

D: DEKLARATA

Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Deklarata
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:
- Operatori ekonomik _____ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi. - Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të

veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.

- Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme

Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

A: DEKLARATË

Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës:

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojnë të gjitha specifikimet teknike dhe termat e referencës, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë (nëse kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e shërbimeve dhe grafikun e ekzekutimit të përcaktuar nga Autoriteti/Enti kontraktor.	Po [] Jo []

B: DEKLARATË

Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen)

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: Unë kam punonjës të nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar, nëse fitoj, ose nëse më kërkohen	<u>Punonjës</u> Po [] Jo [] Nëse, po, numri i punonjësve: _____ Profili i punonjësve _____

sqarime nga autoriteti/enti kontraktor.	<u>Makineri e mjete</u>
	Po [] Jo []
	Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete:
Emri, Mbiemri _____ Firma _____ Vula _____ Data e dorëzimit të deklaratës _____	

Ju lutemi sigurohuni që:

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.
- Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.
- Çdo vetdeklarim i pavërtetë/pasaktë nga ana e operatorëve ekonomikë jo vetëm që përbën shkak për skualifikimin nga procedura konkrete, por përbën shkak edhe për përjashtimin e tyre nga e drejta për të fituar kontrata publike deri në 3 vjet, sipas parashikimeve të ligjit për prokurimin publik.
- Operatorët ekonomikë që ofertojnë në procedurat e prokurimit të vetdeklarojnë në çdo rast informacionin e saktë që i korrespondon gjendjes së tyre faktike.

Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.

- Në procedurat e prokurimit me një fazë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike.
- Në procedurat e prokurimit me faza, ky dokumentacion i kërkohet të gjithë kandidatëve të kualifikuar në fazën e parë, përpara nisjes së afateve të ankimit.
- Ofertuesi i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, për dokumentat e ofertës të ngarkuara në Sistemin e Prokurimit Elektronik duhet të dorëzojë dokumentat provuese, të cilat duhet të jenë në origjinal ose në kopje të njehsuara.
- Ndërsa, dokumentet provuese, që do të paraqiten për të provuar vetëdeklarimet e bëra, duhet të paraqiten në origjinal ose të njehsuara me origjinalin dhe të provojnë gjendjen faktike të ofertuesit në kohën e ofertimit të tij.

-
- **Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.**

Shtojca 11.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

Formulari i Njoftimit të Skualifikimit 8

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

Nëse mendoni se autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve në Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

⁸Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

Shtojca 12.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT
FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT**

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: *[Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: _____

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletin e Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]* _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomisht më e favorshme bazuar në kosto ☐

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-t*

Vlera _____
(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it*

Vlera _____
(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet e mëposhtme*

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-it* *arsyet e mëposhtme*

* * *

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit fitues*], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej _____ [*shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra*] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si ofertues i sukseshëm.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Shtojca 13.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: _____

⁹Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit [Data] [Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Formulari, ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyet

OE/BOE me nënkontraktor

⁹ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se, oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta fituese.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Nëse nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar të parashikuar në dokumentet e tenderit, apo tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do t'ju konfiskohet siguri i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 "Për prokurimin publik", të ndryshuar.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☐

Nëse Po (Nr. __ Datë __ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

[Titullari i autoritetit /Entit kontraktor]

Shtojca 14.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË
AFATET E ANKIMIMIT**

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

* * *

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: _____

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletin e Njoftimeve Publike [Data] [Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Formulari bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyet

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyet

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, informojmë se, operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si ofertues i sukseshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it

Vlera/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *Numri i NIPT-it* _____

Vlera e ofruar/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____
e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Shtojca 15.

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: _____

Lloji i Procedurës së prokurimit: _____

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit _____

¹⁰Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit, [Data]
[Numri] _____

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

¹⁰ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____ arsyet _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ Numri i NIPT-it _____ arsyet _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqiteni tek [emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor] brenda _____ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☐

Nëse Po (Nr. __ Datë __ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

[Titullari i Autoritetit /Entit Kontraktor]

Shtojca 16.

(Shtojce për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Formulari i Njoftimit të Anulimit të Procedurës së Prokurimit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimit

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Numri i Referencës së procedurës/lotit:

4. Objekti i Kontratës _____

5. Fondi Limit _____

6. Arsytet e Anulimit:

- ☐ në procedurat me fazë nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
- ☐ në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
- ☐ konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
- ☐ për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
- ☐ kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
- ☐ kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

7. Informacion shtesë

Me publikimin e këtij formulari, nisin afatet e ankimit sipas parashikimeve të nenit 110 të Ligjit 162/2020 “Per prokurimin publik”, të ndryshuar.

Seksioni III Termet dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Ky Seksion përmban :

Shtojca 17: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 18: Kushtet e Veçanta të Kontratës

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 20: Draftmarrëveshja kuadër ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 21: Draftmarrëveshja kuadër ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 17

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

Neni 1 Dispozitat e përgjithshme

1.1 Përkufizimet

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

1.1.1 Kontrata

- 1.1.1.1** "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve ose enteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.
- 1.1.1.2** "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.
- 1.1.1.3** "Çmimi i Kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.
- 1.1.1.4** "Përfundimi" do të thotë përmbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.
- 1.1.1.5** "Ndërprerje e Kontratës" do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 23.
- 1.1.1.6** "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Shërbimeve objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.
- 1.1.1.7** "Termet e Referencës" shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojnë detyrat, kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.

1.1.1.8 “Listat” do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuara nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë . Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.

1.1.1.9 “Ofertë” do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.

1.1.1.1
0 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.1.1.1
1 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

1.1.2 Palët e Kontratës

1.1.2.1 “Palë” do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.

1.1.2.2 “Blerës” do të thotë Autoriteti/Enti Kontraktor përfituesi i Shërbimeve objekt kontrate.

1.1.2.3 "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që kryen furnizimine Shërbimeve objekt kontrate.

1.1.2.4 "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për kryerjen e një pjese të Shërbimeve.

1.1.3 Llogaritja e afateve

1.1.3.1 "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.

1.1.4 Shërbimet

1.1.4.1 "Shërbime" do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Furnizuesi sipas Kontratës.

1.1.5 Përkufizime të tjera

1.1.5.1 "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.

1.1.5.2 "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 20 “Forca Madhore”.

1.1.5.3 "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 11 “Sigurimi i Kontratës”.

1.1.5.4 “Vendi i kryerjes së Shërbimeve”, do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.

1.1.5.5 “E paparashikueshme” ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektivist e

pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës.

1.1.5.6 Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 23.

1.1.5.7 "Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK.

1.1.5.8 "Praktikat e Ndalura" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.

1.2 Interpretimi

1.2.1 Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:

(a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;

(b) fjalët që tregojnë njëjësin përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjësin;

(c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

1.2.2 Modifikimi

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.

1.2.3 Heqja dorë

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

1.2.4 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

1.3 Komunikimet

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime

do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rena dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

Dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

1.4 Ligji dhe gjuha

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruara nga Furnizuesi.

1.5 Prioriteti i Dokumenteve

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

1.6 Hartimi i Kontratës

1.6.1 Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

1.6.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

1.7 E drejta e autorit

- 1.7.1** Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

1.8 Detaje Konfidenciale

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Shërbimeve të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

1.9 Pajtueshmëria me ligjet

Gjatë realizimit të Kontratës Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta:

- (a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të tij dhe (ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkohen për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës;
- (b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë

Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës (a) të këtij neni këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penalteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cënuar Nenin 9.1.

1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidarë

Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi

Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluar, ose (ii) monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 2 Praktikave të Ndaluar

2.1 Furnizuesi nuk do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktika të Ndaluar në lidhje me prokurimin, dhënien ose ekzekutimin e Kontratës.

2.2

Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme. Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

Neni 3 Njoftimet

3.1 Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.

3.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 4 Objekti i Furnizimit

-
- 4.1** Shërbimet që do të furnizohen duhet të jenë sipas termave të referencës dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.
- 4.2** Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

Neni 5 Dorëzimi

- 5.1** Dorëzimi i Shërbimeve do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit

- 6.1** Furnizuesi do të jetë përgjegjës për kryerjen e të gjitha Shërbimeve në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Furnizuesit

- 7.1** Furnizuesi duhet t'i kryejë Shërbimet dhe përmbushë detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikatat profesionale të pranuar në përgjithësi.
- 7.2** Furnizuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurt.
- 7.3** Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Blerësit, në pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështesë dhe ruajë gjithmonë interesin publik.
- 7.4** Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të ushtrojë kujdes të plotë në marrëdhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashtë kompetencës së tij në përfaqësimin e Blerësit.

Neni 8

Detyrimet e Veçanta të Furnizuesit

- 8.1** Furnizuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e Referencës.
- 8.2** Furnizuesi duhet t'i paraqesë Blerësit të gjitha shërbimet, në sasi të përcaktuara, siç kërkojnë nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.

-
- 8.3** Furnizuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në kontratë.

Neni 9 Çmimi i Kontratës

- 9.1** Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 21.

Neni 10 Kushtet e Pagesës

- 10.1** Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.
Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Shërbimet e kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.
- 10.2** Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.
- 10.3** Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.
- 10.4** Në rast të verifikimit të vonësive në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 11 Sigurimi i Kontratës

- 11.1** Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.
- 11.2** Në përputhje me Nenin 11.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK.
- 11.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërmbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.
- 11.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përmbushjes së detyrimeve së Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

Neni 12 Nënkontraktimi

-
- 12.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.
- 12.2** Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për shërbimet që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit.
- 12.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

Neni 13 Specifikime dhe Skicime

- 13.1** Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të përgatisë të gjitha specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranura dhe të njohura në përgjithësi të pranueshme për Blerësin dhe të marrë parasysh standartet më të fundit.
- 13.2** Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të sigurojë se të gjitha specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë përgatitur në bazë asnjansë përsa i përket nxitjes së konkurrencës në prokurimin e objekteve të skicimit.

Neni 14 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

- 14.1** Furnizuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave të njohura në përgjithësi për profesionin për ta zhdëmtuar Blerësin për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.
- 14.2** Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Furnizuesi duhet të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithësi si të mjaftueshme nën rrethanat e Shërbimeve që po sigurohen.

Neni 15 Dëmet e likujduara

- 15.1** Dëmet e likujduara për kryerjen e vonuar të shërbimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.
- b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.
- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

Neni 16 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor

- 16.1** Furnizuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Blerësi përpara

heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në ofertën e Furnizuesit.

16.2 Furnizuesi do të zëvendësojë çdo punonjës nëse Blerësi zbulon se personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Blerësi është mjafit i pakënaqur nga puna e personit.

16.3 Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Furnizuesi duhet të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më të mira.

16.4 Furnizuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur shkak i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Blerësit.

Neni 17 Zhdëmtimi i Patentës

17.1 Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:

(a) ofrimit të shërbimeve nga Furnizuesi ose përdorimit të shërbimeve në vendin e dorëzimit të Shërbimeve;

dhe

(b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Shërbimet.

Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Shërbimet ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.

17.2 Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 15.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.

17.3 Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

Neni 18 Kufizimi i Përgjegjësisë

18.1 Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

(a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t'i paguar Blerësit dëmet e likujduara; dhe

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e dëmeve të rezultuara nga gabimet ose mangësitë në kryerjen e shërbimeve, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me shkeljen e patentës.

Neni 19 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjorë

19.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 20 Forca madhore

20.1 Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.

20.2 Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e

pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.

- 20.3** Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

Neni 21 Modifikimi i Kontratës

- 21.1** Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.
- 21.2** Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përllogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.
- 21.3** Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe Blerësit.

Neni 22 Zgjatja e afatit

- 22.1** Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë kryerjen në kohë të Shërbimeve në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.
- 22.2** Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 20, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në përputhje

me parashikimet në kontratë.

Neni 23 Ndërprerja e Kontratës

23.1 Njoftim për të korigjuar

Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.

23.2 Ndërprerja për mospërmbushje

Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

- (i) nëse Furnizuesi nuk ka përmbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 23.1 të këtij neni;
- (ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 22; ose
- (iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndaluara, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

23.3 Ndërprerja për paaftësi paguese

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenojë ose ndikojë në ndonjë të drejtë padie apo mjeti ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.

23.4 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen.

c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Shërbimet e kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 24 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

- 24.1** Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.
- 24.2** Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

Shtojca 18.**Kushtet e Veçanta të Kontratës**

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme**1.1 Blerësi është: *[vendos emrin e Blerësit]***

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

1.2 Furnizuesi është: *[vendos emrin e Furnizuesit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.

1.3 Gjuha për komunikimet është *[specifiko gjuhën për komunikime]:*Gjuha është: *[specifiko gjuhën]***Neni 2 Sigurimi i Kontratës**

2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej *(10% të vlerës së saj)* duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Monedha do të jetë: *[specifikoni monedhën]*

2.3 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm

- 2.4 Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:

Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.

Neni 3 Vendndodhja e Shërbimeve

- 3.1 Shërbimet do të kryhen në: _____

Neni 4 Informacion që duhet dhënë nga Blerësi

- 4.1 Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Blerësi duhet t'i japë Furnizuesit informacionin dhe dokumentat e mëposhtme:

5.1 Neni 5 Kërkesat e Raportimit

Gjatë zgjatjes së kontratës, Furnizuesi duhet të sigurojë raporte për Blerësin sipas formularit të mëposhtëm:

Neni 6 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

- 6.1 Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin/entin Kontraktor me prova për siguracionin e përgjegjësisë profesionale me shumë minimale si vijon:
-

Neni 7 Çmimi i Kontratës

Çmimi i Kontratës është: _____ me tvsh

Neni 8 Kushtet e pagesës

- 8.1 (a) Pagesa për Shërbimet do të bëhet brenda _____ ditëve nga data e pranimi të Shërbimeve ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën _____. Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën Shqiptare.

- 8.2 Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.

9.1 Neni 9 Garancia

Periudha e vlefshmërisë së garancisë do të jetë si më poshtë:

Shtojca 19.

[*Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik*]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[*Data*]

Për: [*Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor*]

Në emër të: [*Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar*]

* * *

Procedura e prokurimit: [*lloji i procedurës*]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [*objekti*]

Publikimi (*nëse zbatohet*): Buletini i Njoftimeve Publike [*Data*] [*Numri*]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [*emri i ofertuesit të përcaktuar fitues*] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [*emri i ofertuesit të përcaktuar fitues*] ka derdhur një depozitë pranë [*emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve*] në një shumë prej [*monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra*] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [*emri i autoritetit/entit kontraktor*]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [*emri i autoritetit /entit kontraktor*] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[*Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve*]

Shtojca 20.**DRAFT I MARRËVESHJES KUADËR KU PËRCAKTOHEN TË GJITHA KUSHTET****SHËRBIME**

[Përdorimi i kësaj drafte marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet/entet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . ____

datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë shërbimet, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Listën e Çmimeve sipas elementëve përbërës të shërbimit.

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e shërbimeve të mëposhtme.

[Përshkrim i përgjithshëm]

- 1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit/entit kontraktor.
- 1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin/Entin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti/Enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuara dhe / ose nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes

Kuadër: _____

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për shërbime përshkruhen në Listën e Çmimeve sipas elementëve përbërës të shërbimit.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktorin

Për Autoritetin /Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 21.

**DRAFT MARRËVESHJA KUADËR KU NUK PËRCAKTOHEN TË GJITHA
KUSHTET
SHËRBIME**

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin: <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

Neni 1 Objekti.

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për shërbime.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti /enti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrit

4.1 Procesi i mini-konkurrit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë për shërbime nga ana e Autoritetet/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për shërbime, Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër _____

Firmat dhe Data _____

Për Kontraktorin

Për Autoritetin/Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

SEKSIONI IV

Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Shtojca 22: Formulari i Ankesës pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 23: Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 24: Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

Shtojca 25: Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 26: Formulari i Anulimit të Procedurës së Prokurimit, në përfundim të afateve të ankimimit

Shtojca 22.

**FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE
KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik ☐

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e references së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.

Procedurë e hapur

☐

Procedurë e hapur e thjeshtuar

☐

Procedurë e kufizuar

☐

Procedurë konkurruese me negociim

☐

Partneritet për inovacion

☐

Dialog konkurrues

☐

Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit

☐

Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

☐
☐

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga procedurat e prokurimit të parashikuara në LPP

☐

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

(Vlera e përllogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marreveshjes Kuadër

(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader).

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

(Data (viti/muaji/dita))

7. Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit
(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

8. **Data e nënshkrimit të kontratës**
(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavarshmërinë e kontratës)

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit

☐

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

☐

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

☐

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavarshmëri kontrate

☐

(Citoni kontratën për të cilën kërkon pavarshmërinë)

- Tjetër

☐

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet

Përshkruani rrethanat e faktit.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkelet e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.

5. Kërkesë për ekspertizë të posacme

Po

☐

Jo

☐

(Nëse po, specifíkoni llojin e ekspertizës që kërkon)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

7. Lista e informacionit konfidencial:

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në Sistemin e Ankesave Elektronike.**

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik në **Sistemin e Ankesave Elektronike.**

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar

Shtojca 23.

**FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT
EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR
DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik ☐

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

☐

Procedurë e hapur e thjeshtuar

☐

Procedurë e kufizuar

☐

Procedurë konkurruese me negociim

☐

Partneritet për inovacion

☐

Dialog konkurrues

☐

Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit

☐

Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

☐

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

Vlera e përllogaritur e kontratës/ Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:
(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

Data (viti/muaji/dita)

Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.

3. Lista e informacionit konfidencial

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë

Shtojca 24.

(Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti/enti kontraktor)

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar**Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor****1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor**

Emri	_____
Adresa	_____
Tel/Faks	_____
E-mail	_____
Ueb-faqe	_____

I.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror	Institucion i pavarur
☐	☐
Njësia e Qeverisjes Vendore	Të tjera
☐	☐

1.3 Procedura e prokurimit për lidhjen e kësaj kontrate është zhvilluar nga:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta	Organ Qendror blerës	Ofruesi Shërbimit
☐	☐	Publik ☐ Privat
I deleguar		Të tjera
☐		☐

Seksioni 2. Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit

2.2 Lloji i Kontratës: "Kontratë Publike për Shërbime"

2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po ☐ Jo ☐

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik ☐

Me disa operatorë ekonomik ☐

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po ☐ **Jo** ☐

2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

2. Fondi limit _____

3. Burimi i financimit _____

4. Objekti i Kontratës _____

2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në **muaj** ose **ditë**

ose

Duke nisur dhe përfunduar në

2.6 Ndarja në LOTE:

Po ☐ Jo ☐

Nëse po, numri i LOTEVE: ☐☐

2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐

Sipas rëndësisë: Çmimi ☐☐ pikët ☐

etj. ☐☐ pikë

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

3.3 Numri i ofertave të paraqitura: ☐☐☐

Numri i ofertave të rregullta: ☐☐☐

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ Jo ☐

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

Po ☐ Jo ☐

Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës

4.1 Numri i kontratës: _____ Data e kontratës

□□/□□/□□□□

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontrakttime):

Vlera	_____	Monedha	_____
	(pa TVSH)		

Vlera	_____	Monedha	_____
	(me TVSH)		

4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: _____

Vlera	_____	Monedha	_____
	(pa TVSH)		

Vlera	_____	Monedha	_____
	(me TVSH)		

4.4 Informacion Shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi □□/□□/□□□□

Shtojca 25.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor

Emri	
Adresa	
Tel/Faks	
E-mail	
Ueb-faqe	

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës

4. Numri i referencës së procedurës / Lotit _____

5. Fondi Limit

6. Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit :

¹¹Data e Publikimit në Buletinin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit *[Data]* (*Numri*)

7. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):

Vlera _____ Monedha _____

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____
Adresa _____

¹¹ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

Numri i NIPT-it _____

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Vlera e nënkontraktimit _____ me TVSH Monedha _____

8. Data e nënshkrimit të kontratës

Shtojca 26.*(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)***Formulari i Anulimit të Procedurës së Prokurimit, në përfundim të afateve të ankimit****1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor**

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: Hapur**3. Numri i Referencës së procedures/lotit:****4. Objekti i Kontratës** _____**5. Fondi Limit** _____**6. Arsytet e Anulimit:**

- ☐ në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
- ☐ në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
- ☐ konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
- ☐ për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
- ☐ kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
- ☐ kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

7. Data e publikimit në SPE të Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: _____

¹²Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Anullimit nga i cili nisin afatet e ankimit [Nr] [date]

¹² Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

8. Ankesa pas Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☐

Nëse Po (Nr. __ Datë __ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

Në përfundim të afatit për paraqitjen e ankesave _____/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to, procedura e prokurimit me objekt “ _____”, anulohet.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

Me respekt,

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor